

Bogotá D.C., febrero 04 de 2013

Señores
HOSPITAL UNIVERSIDAD DE LA SAMARITANA E.S.E.
Ciudad

**Asunto: Solicitud de Aclaraciones a la Evaluación de la
Convocatoria Suministro de Repuestos No.15 de 2013**


Respetados Señores:

De acuerdo al pliego de condiciones del proceso en referencia, realizamos las siguientes observaciones:

1. Solicitamos por favor confirmar el motivo por el cual el ítem 132 fue calificado como No Cumple, ya que G. Barco S.A. es el único distribuidor autorizado por el fabricante, igualmente la referencia oferta 682014 se ha comprado por el Hospital desde 2011 para el servicio de radiología. De acuerdo a esto y para una reevaluación adjuntamos muestra del producto en referencia.
2. Solicitamos por favor confirmar el motivo por el cual los ítems No. 6, 16, 17, 18, 64 Bombillos de marca Welch Allyn fueron calificados como No Cumple, ya que los presentados por G. Barco S.A. son de esta marca y fueron vendidos al Hospital en 2011 por lo cual su aval técnico puede ser verificado.
3. Solicitamos por favor confirmar el motivo por el cual los ítems No. 8 y 9 de la unidad funcional de Zipaquirá fue calificado como No Cumple. Ya que los ítems corresponde a los sensores de Equipo Rad 5 (Masimo) distribuido por G. Barco.

Quedamos atentos a su evaluación y respuesta. Agradecemos su amable atención, para mayor información adicional con gusto la atenderemos a nuestro PBX 6510700 Ext. 1228 - 1266 - 1236 o al Fax No. 2568496-9254 o dirección electrónica drozo@gbarco.com.co y tramos@gbarco.com.co

Cordialmente,



Carlos Julio Cagua Forero
Representante Legal
G. BARCO S.A.



Barranquilla Carrera 53 No. 82 - 86 Oficina 211 - Teléfonos 385 1331 Fax: 385 2941 - e-mail: barranquilla@gbarco.com.co
Bogotá D.C. Calle 99 No. 14 - 76 piso 2 PBX: 651 0700 Fax: 256 8496 - 256 9254 e-mail ventas@gbarco.com.co
Bucaramanga Carrera 49 73-04 Casa 3 Teléfono: 636 8457 Celular: 312 4576208 e-mail bucaramanga@gbarco.com.co
Cali Av. Pasoancho No. 78 - 54 Of. 203 - 204 Teléfonos: 331 8454 - 315 1932 Fax: 339 1442 e-mail cali@gbarco.com.co
Manizales Carrera 23 No. 56 - 81 Of. 207 Teléfono 885 6611 Celular: 313 333 - 3538 Fax 885 3655 e-mail manizales@gbarco.com.co
Medellín Calle 7 sur No. 42 - 70 Local 211 Edificio FORUM Tels: 605 2005 Fax: 605 2006 e-mail medellin@gbarco.com.co

Somos Autorretenedores y Grandes contribuyentes según Resoluciones Nros. 133 y 2509 de dic. 3 de 1992
Agente retenedor IVA Reg. Común N° 03-3108-20 Ac. Ec. ICA 5136

NIT. 860.044.349-4

Bogotá D.C. 5 de Febrero de 2013

NIT. 899.999.032-5
EM024-13

Señores:
G-BARCO S.A
Atn: Carlos Julio Cagua Forero
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Aclaración calificación evaluación técnica

Cordial Saludo:

De acuerdo a su solicitud radicada el lunes 4 de febrero se realizan las siguientes aclaraciones:

BOGOTA

1. Ítem 132 Se solicita el transductor de Ref 682018 y el proponente oferta Ref 682014, sin G-bargo con la muestra presentada la calificación se cambia a **CUMPLE**


GIRARDOT

2. **Ítems 6,16,17,18,64** Se cambia la calificación a **CUMPLE** (inicialmente no se presento ficha)

ZIAPAQUIRA

3. **Ítems 8 y 9** El conector no corresponde **NO CUMPLE**

Atentamente,


ING MAYTE LILIANA BERNAL JIMENEZ
Profesional Coordinador Asociado
Equipos Médicos



c.c. Archivo