

1  
EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA 24  
ITEM 17 PRUEBA DE ESFUERZO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BANDA DE ESFUERZO	BIOMEDICOS & ASOCIADOS	OBSERVACIONES	G. BARCO	OBSERVACIONES	HOSPIMEDICS	OBSERVACIONES	LIRCOM DE COLOMBIA	OBSERVACIONES	TECNICA ELECTROMEDICA	OBSERVACIONES
¿El equipo es una prueba de esfuerzo con sistema de diagnóstico cardiográfico.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO, NI CATALOGO, EN CD.	CUMPLE	
¿Cuenta con capacidad de monitorizar simultaneamente 12 derivaciones en pantalla?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
¿El equipo se basa en un programa de software interpretativo?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO, NI PAG DE CD, VER CATALOGO.	CUMPLE	
¿Permite determinaciones de la señal ST, y mediciones generales. Que se puedan modificar en cualquier momento, tanto en tendencia grafica como en una tabla, antes durante o después de la prueba?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	INDICA EN PAG 270 DE CD, AMPLITUDES DE ST, PENDIENTE, INTEGRAL, INDICE, HASTA 16 DERIVACIONES. NO ESPECIFICA que se puedan modificar en cualquier momento, tanto en tendencia grafica como en una tabla, antes durante o después de la prueba?	CUMPLE	
¿Puede almacenar cada tanto de las 12 derivaciones durante toda la prueba?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO Y EN PAG 270 DE MANUAL USUARIO CD NO SE IDENTIFICA	CUMPLE	
¿Se pueden realizar comparaciones con otras pruebas diagnósticas?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con detección de arritmias y marcapasos?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
¿Durante la prueba de esfuerzo permite mostrar formatos de 3, 6 o 12 derivaciones seleccionadas por el usuario, siendo posible revisar otras derivaciones facilmente durante la grabación?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con función de desplazamiento hacia atrás?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
¿Permite confirmar anomalías del ECG e imprime la parte seleccionada de la grabación durante la supervisión?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
¿Cuenta con facilidad para recuperar, editar y revisar archivos directamente en la pantalla?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
¿Permite imprimir informes de forma automática, 2x6 y 4x3 derivaciones, promedios, gráficos de tendencias, informes tabulares y resúmenes?	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO EN FOLIO INDICADO	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO EN FOLIO 265 INDICADO	CUMPLE		NO CUMPLE	PAG 231 INDICA FORMATOS DE IMPRESION PERO NO ESPECIFICAN LO QUE SE SOLICITA. Informes de forma automática, 2x6 y 4x3 derivaciones, promedios, gráficos de tendencias, informes tabulares y resúmenes?	CUMPLE	
¿Permite calcular complejos promedio del ECG a intervalos regulares?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

¿Permite resumir los promedios por etapa de cada derivación?	NO CUMPLE	EN LOS FOLIOS INDICADOS NO SE ESPECIFICA LO SOLICITADO SEGUN EL ITEM.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Permite que la tabla ST se actualice continuamente destacando la derivación con mayor ST?	NO CUMPLE	NO SE INDICA FOLIO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Permite Seleccionar información relevante de la prueba, incluyendo gráficos de tendencias, mediante reportes personalizados?	NO CUMPLE	NO SE CUMPLE LO SOLICITADO SEGUN EL FOLIO INDICADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Cuenta con capacidad para personalizar los protocolos adicionales para las preferencias personalizadas de cada usuario?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Puede almacenar miles de registros con facilidad?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Permite acceder a la información desde diferentes sitios como sala de examen, consultorios?	NO CUMPLE	NO SE CUMPLE LO SOLICITADO SEGUN EL FOLIO INDICADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Permite crear archivos en formatos PDF, XML, enviando los resultados de la prueba por correo electrónico y capacidad de interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología del fabricante?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS ESPECIFICADOS NO DESCRIBEN LO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE
¿Permita generar usuarios con contraseña de seguridad?	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA EN FOLIO INDICADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿El software permite el uso de adaptación de un hardware diferente?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Permita la transferencia de datos del ECG a otras aplicaciones en formato analogico, TTL trigger o formato digital?	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA EN FOLIO INDICADO	CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS ESPECIFICADOS NO DESCRIBEN LO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE
¿Permite realizar todos los protocolos de estrés de uso común?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Cuenta con la capacidad de integrar en el mismo PC las funciones de ECG en reposo?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Permite imprimir los resultados en papel blanco estándar?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Permite realizar formatos de seguimiento 1x12, 4x3, 2x6?	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN EL FOLIO INDICADO	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con formatos de impresión: 4x3, 2x6, Resumen, Tendencias, tendencias ST, Mediciones ST, medios complejos, la difusión?	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN EL FOLIO INDICADO	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO EN FOLIO 321 INDICADO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con velocidad de impresión: 5, 10, 12, 25, 50 y opcional a 100 mm/seg?	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN EL FOLIO INDICADO	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con Computador de escritorio?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS ESPECIFICADOS NO DESCRIBEN LO SOLICITADO	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con procesador i5 en delante de cuarta generación?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS ESPECIFICADOS NO DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ CD	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con memoria RAM 4,00 GB dd7?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS ESPECIFICADOS NO DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ CD	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE




¿La Banda caminadora soporta Capacidad para usuario, con carga mínima de 200Kg o más?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Permite elevación automática, con un ángulo de 0 a 25%, variable continua?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Cuenta con tiras de la banda antideslizante?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO EN FOLIO 321 INDICADO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con pasamanos de soportes laterales largos o barras de sujeción?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con superficie Larga o mayor de funcionamiento de la banda?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con base estable y Silenciosa?	NO CUMPLE	FOLIO INDICADO NO ESPECIFICA LO SOLICITADO.	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO EN FOLIO 321 INDICADO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con sistema de parada de emergencia manual?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿La alimentación AC, entrada de voltaje para la banda de esfuerzo es de 120 Voltios o 220 voltios?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Cuenta como mínimo con 2 (hp) caballos de fuerza para el motor de arrastre?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
¿Cuenta con protección de corrientes de fuga con chasis en tierra?	NO CUMPLE	FOLIO INDICADO NO ESPECIFICA LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	EN EL FOLIO 342 NO SE ESPECIFICA LO SOLICITADO	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con 1 UPS para protección de picos de voltaje del computador?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ CD	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿La UPS cuenta con entrada de Voltaje a 110 Voltios con valor nominal a 10% de 50 a 60Hz y con capacidad de 2KVA?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ CD	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Permite la salida de Voltaje nominal a 120/240 VAC +/- 1% 50 - 60 Hz Forma de onda: 100% con Onda Senoidal y Distorsión de Voltaje: <2% THD (Línea cargada), <6% THD (Línea no cargada)?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ CD	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con Batería Sellada que sea libre de Mantenimiento con tiempo de respaldo de 15 minutos y Tiempo de recarga no mayor a 2 horas?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ CD	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Permite BY PASS	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ CD	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
automático en sobrecarga, y falla de la misma. Y tiempo de transferencia de 0 ms. (AC a DC e Inversor a Bypass)?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ CD	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con UPS tipo Online, con pantalla LCD, que permita visualizar Indicadores de la UPS, Estatus de UPS, Voltajes de entrada y salida, Frecuencia, % de carga, Voltaje de Baterías, % de Baterías, Temperatura, Modelo, Especificaciones, y Registro de ev	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ CD	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE

¿Cuenta con alarma audible por falla en batería, sobrecarga y falla general?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS ESPECIFICADOS NO DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con supresor de picos de voltaje?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS ESPECIFICADOS NO DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con carro de transporte para ubicar computador base para el monitor y compartimento para la CPU?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LOS FOLIOS ESPECIFICADOS NO DESCRIBEN LO SOLICITADO, INFORMACION NO SE ENCONTRÓ	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿El carro de transporte para el computador cuenta con canastilla, y sistema de seguridad para CPU, pantalla y monitor?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿El carro de transporte para el computador cuenta con pintura electrostática, y ruedas antideslizantes con freno?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con monitor de presión sanguínea?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿El monitor de presión sanguínea es de fácil manejo?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿El equipo cumple con las normas, AAMI?	NO CUMPLE	FOLIO INDICADO NO ESPECIFICA LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con rango de Tensión arterial Adulto Sistolico de 50mmHg o menor, a 220mmHg, o mayor.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con rango de Tensión Arterial Diastólico de 20mmHg o menor, a 150 mmHg o mayor?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con resolución de 1 mmHg, como mínimo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO EN FOLIO 258 INDICADO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Permite mediciones de presión sanguínea con paciente en movimiento?	NO CUMPLE	FOLIO 79 NO INDICA LO SOLICITADO EN PRESION SANGUINEA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con despliegue numerico de Saturación de oxígeno, Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con modos para la toma de tensión manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con batería interna recargable con duración de al menos 2,5 horas, con cargador inter construido e indicador de bajo nivel en pantalla?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con alarmas audibles y visibles priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: Saturación de Oxígeno Presión arterial no invasiva (sistóli	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con silenciador de alarmas opcional?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Permite indicación del estado de funcionamiento del monitor por medio de las alarmas del sistema?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿Cuenta con Interface, menús y mensajes en español?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE
¿El peso del equipo es de 6,5 Kg o menor incluyendo la batería?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE

¿Cuenta con soporte para pared para instalación segura del equipo? Manual de usuario y técnico, en español	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE	
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE	
<b>OBLIGACIONES DEL OFERENTE</b>	<b>BIOMÉDICOS &amp; ASOCIADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>G-BARCO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>HOSPIMEDICS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>LIPCOM DE COLOMBIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>TECNICA ELECTRONICA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a anexar en la entrega del o los equipos el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Regi	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	FOLIO 77 A 83	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entre	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	FOLIO 94	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomenad	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	FOLIO 94 Y 100	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anexando una lista de insumos y repuestos para el equipo y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?	NO CUMPLE	EL DOCUMENTO ADJUNTADO NO CORRESPONDE A FABRICANTE, ES DE DISTRIBUIDOR DE LA MARCA.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	FOLIO 94	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país e instalado 1 equipo de las mismas o sup	NO CUMPLE	SE DEBE ANEXAR DOCUMENTO DE FABRICANTE, DONDE CERTIFIQUE LO SOLICITADO POR EL HOSPITAL, Y NO DOCUMENTO DEL OFERTANTE SEGUN FOLIO 85	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO, NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO ORIGINAL POR FABRICANTE QUE VALIDE LA INFORMACION SOLICITADA.	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUIS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además realizar la capacitación técnica y de mantenimiento al personal de equipo médico, o	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	FOLIO 94	CUMPLE	
Presenta documento con los siguientes datos: Dirección de la sede más próxima al hospital, Números telefónico, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de técnicos y nivel académico?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE	
Cuenta con documento donde el certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnología propuesta?	NO CUMPLE	EL DOCUMENTO ADJUNTADO NO ES LEGIBLE LA FECHA NI LO REFERENCIADO EN EL FOLIO #4	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE	

Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo?	NO CUMPLE	EL DOCUMENTO ADJUNTADO NO ES LEGIBLE LA FECHA NI LO REFERENCIADO EN EL FOLIO 84	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo de similares?	NO CUMPLE	EL DOCUMENTO ADJUNTADO NO ES LEGIBLE LA FECHA NI LO REFERENCIADO EN EL FOLIO 84	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibración anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de aseguramiento metodológico durante el tiempo de garantía?	CUMPLE		NO CUMPLE	LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACION, SE ENTREGARAN SOLO AL MOMENTO DE LA ENTREGA Y NO RESPALDAN EL TIEMPO DE LA GARANTIA CON ASEGURAMIENTO METROLOGICO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique las fechas de mantenimientos preventivos recomendados por fabrica que se le realizaran al equipo durante los años de garantía del equipo?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde se comprometa a entregar el certificado de calibración del equipo ofertado no mayor a 1 año?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tiene una garantía mínima de 2 años y dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descritos por fabrica, necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos y que deberá cambi	NO CUMPLE	EL DOCUMENTO ADJUNTADO NO ES LEGIBLE LA FECHA NI LO REFERENCIADO EN EL FOLIO 84	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICA FOLIO	CUMPLE	
<b>EVALUACION TECNICA FINAL FACTORES DE CALIFICACION</b>	NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE			
<b>COSTO DEL EQUIPO</b>										
<b>65 PUNTOS</b>										
<b>COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DESPUES DE LA GARANTIA</b>									\$ 870.000	
<b>5 PUNTOS</b>										VALOR CON IVA INCLUIDO, NO INCLUYE REPUESTOS, OFERTA 3 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO MAS CORRECTIVOS
<b>TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL</b>									1 AÑO	
<b>20 PUNTOS</b>										
<b>ESTIMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA</b>									NO	
<b>10 PUNTOS</b>										
<b>CALIFICACION FINAL</b>										90

  
 ING. JAIRO ANDRÉS BERRÓN S.  
 Profesional Especializado de  
 Equipos Médicos en Misión

  
 DR. CARLOS ANTONIO MARTÍNEZ  
 Sub Director Bienes Compras y Suministros

  
 ANGÉLICA GUTIERREZ ALMARAZ  
 Técnica de Equipos Médicos en Misión