

EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA 24
ITEM 12 MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS	TECNICA ELECTROMEDICA	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA	OBSERVACIONES	HOSPIMEDICS	OBSERVACIONES	MEDICAL DEVICES	OBSERVACIONES	IMCOLMEDICA	OBSERVACIONES
Que cubra uso adulto?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA
Cuenta Monitor con pantalla de 10 pulgadas o inferior?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA
Cuenta Con Pantalla a color tecnología LCD TFT o tecnología superior?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA
SPO2 TECNOLOGIA NELLCORE	TECNICA ELECTROMEDICA	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA	OBSERVACIONES	HOSPIMEDICS	OBSERVACIONES	MEDICAL DEVICES	OBSERVACIONES	IMCOLMEDICA	OBSERVACIONES
Cuenta con Despliegue numerico de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con Rango de medición: 1% a 100%?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con Precisión: $\pm 3\%$ o menor?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con Resolución: 1% o menor?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA
Cuenta con Rango de medición: 25 lpm a 240 lpm?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUENTA CON EL RANGO SOLICITADO
Cuenta con Precisión: ± 5 lpm o menor?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con Resolución: 1 lpm o menor?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA
TEMP	TECNICA ELECTROMEDICA	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA	OBSERVACIONES	HOSPIMEDICS	OBSERVACIONES	MEDICAL DEVICES	OBSERVACIONES	IMCOLMEDICA	OBSERVACIONES
Cuenta con Despliegue numerico de 1 canal de temperatura?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con Rango de medición: 25°C o menor a 42°C o mayor?	CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

OBLIGACIONES DEL OFERENTE	TECNICA ELECTROMEDICA	OBSERVACIONES	S Y D COLOMBIA	OBSERVACIONES	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA	OBSERVACIONES	HOSPIMEDICS	OBSERVACIONES	MEDICAL DEVICES	OBSERVACIONES	IMCOLMEDICA	OBSERVACIONES
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a anexar en la entrega del o los equipos: el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Regi.	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entre	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomen	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anexando una lista de insumos y repuestos para el equipo y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país e instalado 1 equipo de las mismas o sup	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	NO CUMPLE	SEGUN FOLIO 46 REGISTRO INVIMA DE LA OFERTA SE CONTRADICE YA MANIFIESTA QUE LA TECNOLOGIA SE ENCUENTRA EN EL PAIS DESDE EL 2010 Y NO SE MANIFIESTA EN LA CARTA DEL FOLIO 45	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	ESTE CERTIFICADO DEBE SER ENTREGADO POR EL FABRICANTE
Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además realizar la capacitación técnica y de mantenimiento al personal de equipo médico, o	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA FOLIO QUE SUSTENTE RESPUESTA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Presenta documento con los siguientes datos: Dirección de la sede más próxima al hospital, Números telefónicos, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de técnicos y nivel académico?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con documento donde el certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnología propuesta?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo de similares	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibración anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de aseguramiento metrológico durante el tiempo de garantía?	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuenta con un documento donde indique las fechas de mantenimientos preventivos recomendados por fábrica que se le realizarán al equipo durante los años de garantía del equipo?	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuenta con un documento donde se comprometa a entregar el certificado de calibración del equipo ofertado no mayor a 1 año?	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tiene una garantía mínima de 2 años y dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descritos por fábrica, necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos y que deberá cambiarse?	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ANEXO CUESTIONARIO TECNICO EN SU OFERTA DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR EVALUACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA	OBSERVACIONES	HOSPIEDICOS	OBSERVACIONES	MEDICAL DEVICES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FACTORES DE CALIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COSTO DEL EQUIPO	\$	94.060.781	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
65 PUNTOS	65		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DESPUES DE LA GARANTIA	\$	21.311.520	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
5 PUNTOS	5		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	1 AÑO ADICIONAL		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
20 PUNTOS	20.00		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTIMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA	NO		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
10 PUNTOS	90,00		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

ING. JAIRO ANDRÉS BELTRAN GARCHEZ
 PROP. ESP. DE EQUIPOS MEDICOS

DR. CARLOS ALEJANDRO MARTINEZ
 SUB DIR. DE BIENESTAR COMUNITARIO