ITEM 43. MONITOR DE SIGNOS VITALES	MEDICAL DEVICES S.A. MINDRAY IPM 10		TECNICA ELECTROMEDICA S.A. MINDRAY IMEC 10		HOSPITECNICA S.A.S. G. MEDITECH / MENNER G3E		GYC MEDICAL COMEN / NC10		ET SERVICES COMEN - C50		LM INSTRUMENTS S.A. LUTECH / DATALYS 700		HOSPIMEDICS GOLDWAY G40		AMAREY NOVAMEDICA S.A. NIHON KOHDEN / BSM 3562		QUIRURGIL S.A. SPACELABS HEALTHCARE / QUBE 91390		COMERCIAL MEDICA C.L. EDAN IM80	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
El equipo permite monitorizar pacientes desde neonato hasta adulto?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El monitor es modular con pantalla de 10 pulgadas como mínimo?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo es modular (opcional)?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El monitor tiene capacidad para conectarse a red de monitores?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con sincronía para desfibrilador?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
La pantalla es a color con tecnología LCD TFT o tecnología superior?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con despliegue de curvas fisiológicas de al menos 4 curvas simultáneas?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo tiene respaldo de batería de al menos 90 minutos operando todos los parámetros?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de ecg permite el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas de 7 derivaciones?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo monitorea y despliega el segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas y frecuencia de pulso?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 121 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo permite la detección de por lo menos 8 arritmias?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo permite el despliegue numérico de frecuencia cardiaca?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con protección contra descarga de desfibrilador?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO [illegible] NO SE ESPECIFICA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 121 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo permite la detección de marcapasos?	NO CUMPLE	FOLIO 10 A 12 LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA NO SE EVIDENCIA EN ESTOS FOLIOS.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con filtros para monitoreo, diagnóstico y cirugía o automáticos (inmersos dentro de la configuración automática del equipo)?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El rango de medición en el parámetro de ecg es de 30 lpm o menos hasta 300 lpm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de ecg la precisión máxima es de ± 3 lpm?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de ecg la resolución es de 1 lpm?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO [illegible] NO SE ESPECIFICA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO [illegible] NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con curva de pletismografía?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo permite el despliegue numérico de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de spo2 el rango de medición es de 1% a 100%?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO [illegible] NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de spo2 la precisión es de ± 3%?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de spo2 la resolución es de 1%?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con frecuencia de pulso de 30 lpm o menos hasta 250 lpm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de frecuencia de pulso la precisión es de ±3 lpm?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO [illegible] NO SE ESPECIFICA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de de frecuencia de pulso la resolución es de 1lpm?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO [illegible] NO SE ESPECIFICA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con curva de respiración?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO [illegible] NO SE ESPECIFICA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo permite el despliegue numérico de frecuencia respiratoria?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO [illegible] NO SE ESPECIFICA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de respiración el rango de medición es de 4 rpm o menos hasta 120 rpm o mayor?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de respiración la precisión máxima es de ± 5 rpm?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO [illegible] NO SE ESPECIFICA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de respiración la resolución es de 1 rpm?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 175 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO [illegible] NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
El equipo permite el despliegue numérico de al menos 1 canal de temperatura?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA
En el parámetro de temperatura el rango de medición es de 10°C o menos hasta 45°C o mayor?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TÉCNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACIÓN DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA

En el parametro de temperatura la precisión es de ± 0,1°C?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 090 NO SE ESPECIFICA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
En el parametro de temperatura la resolucion es de 0.1°C?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo permite el despliegue numerico de presion no invasiva (sistolica, diastolica y media)?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo permite la toma de presion manual, automatica y con diferentes intervalos de tiempo?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
En adulto el rango de medicion de presion no invasiva en SIS es de 30mmHg o menor hasta 250mmHg o mayor con precision Maxima de ± 5 mmHg y con resolucion de 1 mmHg?	NO CUMPLE	LA CARACTERISTICA DE RANGO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE	LA CARACTERISTICA DE RANGO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO	NO CUMPLE	EN FOLIO 41 y 42 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 608 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
En adulto el rango de medicion de presion no invasiva en MED es de 20mmHg o menor hasta 230mmHg o mayor, con precision Maxima de ± 5 mmHg y resolucion de 1 mmHg?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	FOLIO 177 INDICADO, NO SE EVIDENCIA LO SOLICITADO	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 608 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
En adulto el rango de medicion de presion no invasiva en DIAS es de 10mmHg o menor hasta 210mmHg o mayor, con precision Maxima de ± 5 mmHg y resolucion de 1 mmHg?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 608 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
En pediatrico el rango de Medicion de presion no invasiva en SIS es de 30mmHg o menor hasta 170mmHg o mayor, con precision Maxima de ± 5 mmHg y resolucion de 1 mmHg?	NO CUMPLE	LA CARACTERISTICA DE RANGO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE	LA CARACTERISTICA DE RANGO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO FOLIO 265	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 608 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
En pediatrico el rango de medicion de presion no invasiva en MED es de 20mmHg o menor hasta 150mmHg o mayor, con precision Maxima de ± 5 mmHg y resolución del mmHg?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	FOLIO 177 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 608 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
En pediatrico el rango de medicion de presion no invasiva en DIAS es de 10mmHg o menor hasta 130mmHg o mayor, con precision Maxima de ± 5 mmHg y resolucion de 1 mmHg?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 608 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
En neonato el rango de medicion de presion no invasiva en SIS es de 30mmHg o menor hasta 130mmHg o mayor, con precision Maxima de ± 5 mmHg y resolucion de 1 mmHg?	NO CUMPLE	LA CARACTERISTICA DE RANGO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE	LA CARACTERISTICA DE RANGO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO FOLIO 265	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 608 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
En neonato el rango de medicion de presion no invasiva en MED es de 20mmHg o menor hasta 110mmHg o mayor, con precision Maxima de ± 5 mmHg y resolución del mmHg?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	FOLIO 177 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 608 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
En neonato el rango de medicion de presion no invasiva en DIAS es de 10mmHg o menor hasta 100mmHg o mayor, con precision Maxima de ± 5 mmHg y resolución de 1 mmHg?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 131 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 608 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El parametro de PI cuenta con al menos un canal?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo permite el etiquetado del sitio de medicion de al menos seis de los siguientes: presion arterial, presion venosa central, presion genérica o especial o definida por el usuario, arteria pulmonar, intracraneal, auricula derecha, auricula izquierda	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN FOLIOS 167 A 172 LO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo trabaja con rangos de medicion de -40mmHg o menor hasta 300mmHg o mayor con precision maxima de ± 2mmHg y resolucion de 1 mmHg?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 090 NO SE ESPECIFICA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con tendencias graficas y numericas minimo de 24 a 72 horas en resolucion de minuto a minuto de todos los parametros, seleccionables por el usuario	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 090 NO SE ESPECIFICA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
Cuenta con capacidad de almacenamiento de eventos?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con funcion o perfil de calculos hemodinamicos (opcional)?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con alarmas audibles y visibles?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN FOLIOS 167 A 172 LA CARACTERISTICA SOLICITADA.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
Las alarmas del equipo permiten priorizar en al menos tres niveles con funcion para revisar y modificar los limites superior e inferior de los siguientes parametros: Saturacion de oxigeno, Frecuencia cardiaca, Presion arterial no invasiva (sistolica, diastolica, media), Temperatura, Frecuencia respiratoria, Presion invasiva?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN FOLIOS 167 A 172 LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con alarma de apnea?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN FOLIOS 167 A 172 LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con alarma de asistolia?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN FOLIOS 167 A 172 LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN FOLIOS 167 A 172 LA CARACTERISTICA SOLICITADA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo permite silenciar alarmas de 2 minutos como minimo?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN FOLIOS 167 A 172 LA CARACTERISTICA SOLICITADA.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con interfase, menus y mensajes en español?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN FOLIOS 167 A 172 LA CARACTERISTICA SOLICITADA.	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 090 NO SE ESPECIFICA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 118 NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
Oferta sistema para fijacion de cada monitor: Con montaje a pared con base giratoria?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo cuenta con una base para montaje en la pared?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CD PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA

Se realiza la entrega de accesorios Neonatales según lo solicitado: por cada equipo: (2) Cable neonatal y accesorios multisitio conectiva para oximetría de pulso. (2) Sensor reusable de temperatura tipo piel o superficie) por cada canal. (5) Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva neonatal en cuatro medidas (1, 2, 3, y 4 por cada tamaño). (2) Manguera con conector para los brazaletes neonatales. (2) Cable troncal de paciente para ECG de 3 derivadas neonatales. (2) Cables de paciente (banguillos) para ECG de 3 derivadas tipo pinza Neonatal.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CR PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
El equipo incluye certificado de calibración de todas las magnitudes?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL CUESTIONARIO TECNICO, NO SE EVIDENCIA CR PARA VERIFICACION DE LO SOLICITADO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL DOCUMENTO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CARACTERISTICA SOLICITADA
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	**RESPUESTA**	**FOLIO**	**RESPUESTA**	**FOLIO**	**RESPUESTA**	**FOLIO**	**RESPUESTA**	**FOLIO**	**RESPUESTA**	**FOLIO**	**RESPUESTA**	**FOLIO**	**RESPUESTA**	**FOLIO**	**RESPUESTA**	**FOLIO**	**RESPUESTA**	**FOLIO**	**RESPUESTA**	**FOLIO**
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a atender en la entrega de los equipos el certificado de buenas practicas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Medicos, CCAA y el Registro sanitario para dispositivos medicos correspondiente o su certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, permiso de comercializacion y vigilancia sanitaria de los dispositivos medicos para uso humano?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 149 NO SE EVIDENCIA QUE SEA DISTRIBUIDOR DIRECTO DE FABRICANTE.
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalizacion en Colombia de los equipos ofrecidos, tales como aquellos que acrediten la importacion y nacionalizacion de los mismos o un certificado de fabricacion nacional si el equipo no es soportado al momento de ser entregados los equipos ofertados?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 105 SE EVIDENCIA EN CUERPO DEL DOCUMENTO QUE SE COMPROMETE A ENTREGAR LO SOLICITADO, Y EN FOLIO 106,107,108 NO SE EVIDENCIA LO SOLICITADO PARA FABRICANTE LOTUS II PUNTO ES PARA MONITOR OFERTADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un diligenciado donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo equipos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (upgrades y upgrades) despues de vencida la garantia, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fabrica de mantenimientos preventivos, los correctivos necesarios y los empalmes necesarios al personal tecnico y medico que opera los equipos?	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA EN FOLIO 85 ACTUALIZACION DE SOFTWARE, CAPACITACIONES Y SOLO OFERTAN 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE	FOLIO 105 OFERTAN 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y NO LO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO SOLICITADO
Cuenta con un documento que certifique la garantia de stock de repuestos por un minimo de 5 años incluyendo una lista de insumos y repuestos para el equipo incluyendo numero de parte, referencia y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	FOLIO 154 DESCRIBEN STOCK DE REPUESTOS, NO LOS AÑOS SOLICITADOS
Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como minimo (5) cinco años en el pais, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con minimo de 2 años de representacion directa en el pais, certificado de instalaciones y desempeño de 1 equipo de las mismas o superiores caracteristicas (salud mujer y linea) al ofertado, este certificacion debe venir firmada por el responsable tecnico de la instalaciones y el Director Administrativo de acuerdo al formato interno del HUS?	NO CUMPLE	154 LA PAGINA DE LA CERTIFICACION ESTA FUERA DE LA FECHA SOLICITADA	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO QUE LA DESCRIPCION DE LA TIENE A FECHA DE NOVIEMBRE , EN EL FOLIO 107	NO CUMPLE	FOLIO 7 NO SE EVIDENCIA CON TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL DOCUMENTO SOLICITADO	NO CUMPLE	FOLIO 007 NO SE EVIDENCIA EL DOCUMENTO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	DOCUMENTO ENTREGADO POR DISTRIBUIDOR, Y NO POR FABRICANTE DE LA MARCA TRIAL, NO SE EVIDENCIAN LOS 2 AÑOS DE REPRESENTACION DIRECTA DE LA MARCA EN EL PAIS PUES EL MISMO SANO TAMO PARMA NO CORresponde A DISTRIBUIDOR DIRECTO DE LA MARCA.
Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, ademas y posteriormente realizara calificación de diseño e instalacion segun formato del HUS?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CERTIFICACION EL DISEÑO E INSTALACION EN EL FOLIO RELACIONADO 107	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO CON LO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Certifica que estabilizo la capacitacion tecnica y de mantenimiento que contemple los siguientes temas: Operacion y Funcionamiento, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento correctivo, Fallas mas frecuentes, Bloqueos del equipo, Protocolo de Limpieza y Desinfección, Aplicaciones Medicas y Clinicas, esta capacitacion debera ir dirigida hacia el personal de equipo medico con una duracion no menor a 16 horas certificadas. Estas capacitaciones se dictaran en el numero que sean necesarios durante el tiempo de garantia, es de obligatoriedad entrega evidencia de que recibio dichas capacitaciones, ademas debera entregar plan de capacitacion que contemple como minimo los siguientes items: Objetivo de la capacitacion, Competencias intangibles a desarrollar segun perfil, contenido de la capacitacion, metodologia, descripcion de como se realizara la evaluacion por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Certifica que garantiza la capacitacion al personal medico y asistencial que operara los equipos que contemple los siguientes temas: Operacion y Funcionamiento, Protocolo de Limpieza, Desinfección y recomendaciones de cuidado, Aplicaciones Medicas y Clinicas, las cuales deberan ser certificadas y se dictaran en la sede de instalacion del equipo, en el numero que sean necesarios durante el tiempo de garantia, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los temas en que se adhiere la capacitacion, ademas debera entregar plan de capacitacion que contemple como minimo los siguientes items. Objetivo de la capacitacion, Competencias intangibles a desarrollar segun perfil, contenido de la capacitacion, metodologia, descripcion de como se realizara la evaluacion por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Certifica que entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como minimo: Operacion y Funcionamiento, Protocolo de Limpieza, Desinfección y recomendaciones de cuidado?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con documento donde certifique que entregara los manuales de uso y operacion (traduccion al español y original), Manuales de servicio y Tecnico, planos tecnicos, Claves de servicio tecnico, Protocolos de Mantenimiento de fabrica, Protocolo de Limpieza y desinfección, Protocolo de Disposicion final del equipo y de sus componentes y Ficha tecnica de su consumo de energia en standby y en operacion e instalara Fichas de Guia Rapida de Manejo y claves rapidas enfocadas a la seguridad del usuario, equipo y paciente segun formato del HUS en cuanto de los equipos?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Cuenta con documento donde certifique que una vez culmine la instalación, se realizaran pruebas de funcionamiento a satisfacción del personal medico y del personal de ingeniería biomédica quienes deben verificar que los requerimientos para operación y funcionamiento se cumplan de acuerdo a lo establecido en el formato de calificacion de desempeño por lo menos 3 semanas despues de su instalacion y Certificaran el recibo a satisfacion por el Hospital?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con documento donde certifique que el oferente es el autorizado responsable de entregar los diseños de instalacion reformas civiles, electricas, area acondicionado, ventilacion mecanica, modificacion de mobiliario, etc.) para el equipo o los equipos ofertados una vez sean adjudicados contando con un tiempo no mayor a 1 semana y sera el encargado de validar dichas presentaciones, la cual cuenta al HUS de cualquier contratiempo o faltante pre-existente una vez aceptadas dichas instalaciones las cuales seran asumidas por el proveedor de no ser informadas.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Presenta documento con los siguientes datos: Direccion de la sede mas proxima al hospital, Numeros telefonicos, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de tecnicos y nivel academico?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con documento donde certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnologia propuesta?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA CERTIFICADO DE CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR EQUIPO DE RESPALDO EN CASO DE PROLONGARSE LA FALLA.
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo maximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 6 horas maximo?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo maximo garantizado de solucion del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas maximo y si supera este tiempo suministran un equipo de respaldo de similares o mejores caracteristicas?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	EN FOLIO 369 CERTIFICAN SOLUCION DE FALLA DEL EQUIPO EN 3 HORAS, Y EN FOLIO 256 INFORMAN LA NO CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR EQUIPO DE RESPALDO EN CASO DE PROLONGARSE LA FALLA.
Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibracion anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de mantenimiento metrologico durante el tiempo de garantia?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL DOCUMENTO SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique la cantidad de mantenimientos preventivos recomendadas por fábrica que se le realizaran al equipo durante los años de garantia del equipo?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO PRESENTA EVIDENCIA DE DOCUMENTO DONDE INDIQUE LA CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS RECOMENDADOS POR FABRICA PARA EL TIEMPO DE GARANTIA.
Cuenta con un documento donde se compromete a entregar el certificado de calibracion del equipo ofertado no mayor a 3 meses?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	SE CONFUNDE LA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIBRACION CON EL CERTIFICADO DE GARANTIA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	4/6	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tenga una garantia minima de 2 años o mas y dicha garantia debera incluir el cambio de los elementos desgastes por fabrica, necesarios para el optimo funcionamiento de los equipos y que deberan cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones tecnicas, si llegara a presentar alguna falla que no se mantenga durante la garantia y de igual manera garantizar un equipo de respaldo en caso de falla que amerite suspension del mismo hasta de la institucion?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LA CARACTERISTICA SOLICITADA
EVALUACION TECNICA FINAL	NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION															RESPUESTA					
COSTO DEL EQUIPO															$ 938,762,016					
20 PUNTOS															20					
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DESPUES DE LA GARANTIA															$ 2,450,000					
5 PUNTOS															5					
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL															0					
40 PUNTOS															0					
CALIFICACION FINAL															60					

Evalua parte tecnica:

Ing. Angelica Cabrera C.
Tecnico de Equipos Médicos

Revisa parte tecnica:

Ing. Jhon Andres De Jesus Gomez
Prof. Especialista de Equipos Médicos

Revisa parte economica:

Carlos Alberto Gonzalez
Subdirector de Compras y Suministros