

ITEM 2º MESA QUIRURGICA GINECO - OBSTETRICIA	MEDICAL DEVICES S.A.		TECNICA ELECTROMEDICA S.A.		QUIRURGICOS		COMERCIAL MEDICA	
	GEM HEALTHCARE	OBSERVACIONES	MINDRAY - HYBASE 300	OBSERVACIONES	BELTMON DR-2000	OBSERVACIONES	TRIDENT - NOT-500MSQ(P-47)	OBSERVACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS	CALIFICACION		CALIFICACION		CALIFICACION		CALIFICACION	
Mesa electrodinamica rodante, controlada por Control de mano alambrico y pedal de comando para los movimientos electrodinamicos con Batena de soporte con indicador de carga.	NO CUMPLE	SOLO TRAE CONTROL DE MANO Y NO DE PIE	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
Que soporte un peso de 180 Kg como minimo dinamico o en movimiento.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	SOPORTE MAXIMO 150Kg
Con sistema de frenos independiente a las funciones de la mesa.	NO CUMPLE	PAG. 178 NO LO ESPECIFICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Longitud total con extension de cabecera y piernas de 200cm +/- 10cm.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo niquel o polimero resistente al alto impacto.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al cromo niquel.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Estructura de la superficie y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo niquel.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Superficie radiolucida y accesible al equipo de rayos X.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Mesa dividida en al menos cuatro secciones: Cabecera, Dorsal, Pélvis y Miembros inferiores o piernas.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Permite dar los siguientes movimientos: posición de sentado, posición de acostado, posición de parto, posición de operaciones y posición para examen.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO LO ESPECIFICA
Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de 20º.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0º a 90º hacia abajo y con movimiento de tijera.	NO CUMPLE	PAG. 174-178 15º / 30º	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Angulo Flex 15º piecero como mínimo / 20º cabecero como mínimo.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Angulo Rellex 40º piecero como mínimo / 20º cabecero como mínimo.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
La mesa debe tener la capacidad para dar la posición de nefrectomia.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 105cm. +/- 10cm. Con resaca al piso.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Trendelenburg y Trendelenburg inverso de 25º.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Inclinación lateral izquierda y derecha de 20º como mínimo.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Desplazamiento longitudinal del tablero de 20cm como mínimo para un óptimo acceso del arco en C.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Control de mano alambrico para los movimientos electrodinamicos.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Pedal de comando para los movimientos electrodinamicos.	NO CUMPLE	PAG. 174 - 178 NO LO ESPECIFICA	NO CUMPLE	PAG. 216 NO ESPECIFICA CONTROL AUXILIAR Y NO ESPECIFICA SI ACTIVA LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA	CUMPLE		NO CUMPLE	EL CONTROL DE PIE ES OPCIONAL
Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO LO ESPECIFICA
Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal o cero (0).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO LO ESPECIFICA
Batena de soporte con indicador de carga para 2 horas como mínimo.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO LO ESPECIFICA
Cojines electroicamente conductivos o antiestaticos, removibles sin costuras, de facil limpieza y desinfecion.	NO CUMPLE	PAG. 174 - 178 NO LO ESPECIFICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

MANEJO DE EQUIPOS	NO CUMPLE	PAG. 174 - 178 NO LO ESPECIFICA	CUMPLE	OBSERVACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES	CALIFICACION	NO CUMPLE	NO LO ESPECIFICA
Manija maniquera fabricadas en acero inoxidable recubiertas en caucho antistático que se fijan a los rieles laterales por medio de Clamp que facilitan la sujeción a la paciente.	NO CUMPLE	PAG. 174 - 178 NO LO ESPECIFICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	NO LO ESPECIFICA
Banda con soporte de drenaje.	NO CUMPLE	PAG. 174 - 178 NO LO ESPECIFICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
Sistema de drenaje con cubeta para la recolección de residuos.	NO CUMPLE	PAG. 174 - 178 NO LO ESPECIFICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
Accesorios de la misma marca de la mesa.	CUMPLE								
Soporte acoplado para brazo con fijador (2 piezas).	CUMPLE								
Perneras articuladas tipo Goppel con fijadores (2 piezas).	CUMPLE								
Arco de anestesia con fijadores.	CUMPLE	PAG. 174 - 178 NO LO ESPECIFICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
Manual técnico y operativo en español.	NO CUMPLE	PAG. 174 - 178 NO LO ESPECIFICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE									
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado al momento de ser entregados los equipos al cliente?	CUMPLE		CUMPLE						
Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vendida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por la marca de mantenimiento preventivos, los correctivos necesarios, y las reparaciones necesarias al personal técnico y medios que opere los equipos?	NO CUMPLE	PAG. 64 NO INCLUYE REPUESTOS, CORRECTIVOS, CAPACITACIONES, ACTUALIZACIONES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	NO LO ANEXA
Cuenta con un documento que certifique la garantía de sueldos y prestaciones para un mínimo de 5 años incluyendo una lista de insumos y repuestos para el equipo incluyendo número de parte o referencia, y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (5) años en el país, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país, certificado de instalación y decomiso de 1 equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) al ofertado, esta certificación debe venir firmada por el responsable técnico de la institución y el Director Administrativo de acuerdo al formato interno del HUS?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ENTREGA TODAS LAS CERTIFICACIONES	CUMPLE			NO CUMPLE	NO ANEXA CERTIFICACIONES SOLICITADAS
Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de especificaciones, además y posteriormente realizar la calificación de diseño e instalación según formato del HUS?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	

<p>Certifica que garantiza la capacitación técnica y de mantenimiento que contemple los siguientes temas: Operación y Funcionamiento, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento correctivo, Fallas más frecuentes, Bloques del equipo, Protocolo de Limpieza y Desinfección, Aplicaciones Médicas y Clínicas, esta capacitación deberá ir dirigida hasta el personal de equipo médico con una duración no menor a 10 horas certificadas. Estas capacitaciones se dictarán en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad entregar evidencia de que realizaron dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes temas: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p>	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
<p>Certifica que garantiza la capacitación al personal médico y asistencial que opera los equipos que contemple los siguientes temas: Operación y Funcionamiento, Protocolo de Limpieza, Desinfección y recomendaciones de cuidados, Aplicaciones Médicas y Clínicas, las cuales deberán ser certificadas y se dictarán en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencias de que realizó dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes temas: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p>	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
<p>Certifica que entregará un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: Operación y Funcionamiento, Protocolo de Limpieza, Desinfección y recomendaciones de cuidado?</p>	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
<p>Cuando con documento donde certifique que entregará los manuales de uso y operación (traducción al español y original), Manuales de servicio y Tesis, planos (temeros, Claves de servicio técnico, Protocolos de Mantenimiento de fábrica, Protocolo de Limpieza y Desinfección, Protocolo de Disposición final del equipo y de sus componentes) y Ficha técnica de su consumo de energía en stand by y en operación e instalará fichas de Guía Rápida de Manejo y Guías rápidas enfocadas a la seguridad del usuario, equipo y paciente según formato del HUS en cada uno de los equipos</p>	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
<p>Cuando con documento donde certifique que una vez culmine la instalación, se realizarán pruebas de funcionamiento y validación del personal médico y del personal de enfermería hospitalaria quienes deberán verificar que los requerimientos para operación y funcionamiento de cada equipo se cumplan de acuerdo a lo establecido en el formato de validación de desempeño por lo menos 3 semanas después de su instalación y Certificarán el resultado a satisfacción por escrito.</p>	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
<p>Cuando con documento donde certifique que el oferente es el responsable de entregar los diseños de protección mecánica, (tubos civiles eléctricos, aros acondicionados, ventilación mecánica, modificación de mobiliario, etc.) para el equipo o los equipos ofertados una vez sean adjudicados existiendo con un tiempo no mayor a 1 semana y será el encargado de validar dichas preinstalaciones, lo cual entregará al HUS de cualquier contratiempo o falencia presentado una vez acopleadas dichas preinstalaciones las cuales serán asumidas por el proveedor de no ser informadas.</p>	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE

