

ITEM 21 INCUBADORA NEONATAL	HOSPIMEDICS		ET SERVICES		COMERCIAL MEDICA		QUIRURGIL	
	ATOM V 808		DISON BB100		TI 2000 SIN LOGO		OLIDEF CZ RWT/M	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	CALIFICACION	OBSERVACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES
¿Cuenta con superficie de visualización en panel de control que sea completamente liso de fácil limpieza, sellado herméticamente a prueba de filtraciones de agua?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TECNICA ORIGINAL NI MANUAL TECNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACION SEGUN FOLIO 63 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Cuenta con control de modo servo controlado, rango de ajuste de temperatura control de aire menor o igual a 23 °C hasta una temperatura mayor o igual a 38°C.	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TECNICA ORIGINAL NI MANUAL TECNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACION SEGUN FOLIO 63 Y 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Cuenta con resolución mínima de 0.1 °C?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TECNICA ORIGINAL NI MANUAL TECNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACION SEGUN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Cuenta con rango de medición o visualización en el display de temperatura de aire menor o igual a 23 °C hasta una temperatura mayor o igual a 38°C.	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TECNICA ORIGINAL NI MANUAL TECNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACION SEGUN FOLIO 63 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Cuenta con exactitud $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TECNICA ORIGINAL NI MANUAL TECNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACION SEGUN FOLIO 64 Y 65 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Permite un rango de visualización para modo piel o temperatura de paciente en el display con un rango menor o igual a 30 °C hasta una temperatura mayor o igual a 42°C. Con exactitud de $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ o menor.?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TECNICA ORIGINAL NI MANUAL TECNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACION SEGUN FOLIO 64 Y 65 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	SEGUN FICHA LA GAMA DE TEMPERATURA BEBE: 34°C - 37°C. NO ES LO SOLICITADO PARA LA INSTITUCION. LA PRECISION DEL SENSOR DE LA TEMPERATURA PIEL ES DE 0.3°	CUMPLE	
¿El Tiempo de Calentamiento es menor o igual a 40 minutos?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TECNICA ORIGINAL NI MANUAL TECNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACION SEGUN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Cuenta con Indicador de potencia o encendido del calefactor o que indique Rango de 25% o menor hasta 100%?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TECNICA ORIGINAL NI MANUAL TECNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACION SEGUN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Permite Monitoreo y despliegue en pantalla de temperatura piel paciente medida y programada?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TECNICA ORIGINAL NI MANUAL TECNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACION SEGUN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	

¿La Alimentación de entrada AC es 110V±10% del valor nominal?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL EQUIPO NO MANEJA VOLTAGE DE ENTRADA A 110V SEGÚN FICHA TÉCNICA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ES CA AC220V-230V/50Hz	CUMPLE	
¿Cuenta con Frecuencia a 60 Hz?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO FOLIO NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Cuenta con batería que tenga una duración mayor o igual a 90 minutos sin conexión AC?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 65 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿El voltaje de alimentación interna es de 12 VDC?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 65 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Permite un tiempo de carga para la batería máximo 10 horas?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Cuenta con Doble pared transparente?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	
¿Permite que la cúpula sea rebatible o que se pueda retraer en acrílico resistente, y que no se deforme su material a condiciones externas como temperaturas altas o	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO 512, PAG 6 MANUAL NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR EL HOSPITAL LA CÚPULA DEBE SER REBATIBLE DE LA CAMA DE LA INCUBADORA.
¿Cuenta con lámpara luminosa de examen que proporcione luz clara para observación, tratamiento o diagnóstico mayor a 1000 luxes?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 65 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL BOMBILLO SOLICITADO DEBE EXCEPCION CANTIDAD DE LUXES EN FOLIO 516 NUMERAL 147 NO LO INDICA MEDIDA SOLICITADA PARA LUX DE EXAMEN O DIAGNOSTICO.
¿Permite acceso frontal y lateral tipo cabecera?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO 526 PAG 53 MANUAL INDICA PUERTA LATERAL NO ES TIPO CABECERA SEGÚN DISEÑO DE FABRICANTE EL ACCESO FRONTAL ES HACIA LOS PIES.
¿Cuenta con colchoneta de baja resistencia, que tenga un grosor mayor o igual a 3cm?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO 527 PAG 57 MANUAL INDICA COLCHON ERGONOMICO DEL TIPO INACTIVO. FOLIO 545 PAG 75 MANUAL INDICA 15 MM DE ESPESURA. NO CUMPLE CON LA CARACTERISTICA SOLICITADA
¿Filtro electrostático o que sea menor de 0.5 micras, para recolección de polvo y partículas de forma eficaz. Y se mantenga un ambiente limpio dentro de la cabina?	CUMPLE		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CCTP Y EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE	CUMPLE	

¿Cuenta como mínimo con cuatro ventanillas o ventanas de acceso?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 65 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	NO CUMPLE	FOLIO 519 PAG 22 NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR EL HOSPITAL PAG 20 Y 21 DEL MANUAL. DETALLA SOLAS VENTANILLAS SE REQUIEREN COMO MÍNIMO 4.
¿Cuenta con alarma de Circulación o flujo de Aire por fallo en el ventilador?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 65 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
¿Cuenta con alarma sonda o sensor de temperatura piel?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
¿Cuenta con alarma por falla del sistema?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA ALARMA EXPLICITAMENTE SOLICITADA EN FOLIO 544 NO SE PUEDE ASUMIR QUE SEA UN CONJUNTO DE TODAS LAS ALARMAS ANTERIORMENTE.
¿Cuenta con alarma por fallo de encendido o de energía?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
¿Cuenta con alarma por temperatura Alta o exceso de temperatura?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
¿Cuenta con alarma por Baja Batería o Batería descargada?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
¿Cuenta con alarma límite de concentración de Oxígeno?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 64 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	NO CUMPLE	FOLIO 544 PAG 77 ESPECIFICA LOS SOLICITADO COMO UNA FALLA Y NO COMO ALARMA INCENDIARIA POR LO TANTO NO CUMPLE.
¿La Capacidad de Humidificación: En operación o funcionamiento es de 50% RH o menor hasta 75% RH?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 65 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	NO CUMPLE	FOLIO 546 PAG 76 EN NUMERAL 14.8 DESCRIBE CONDICIONES AMBIENTALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
¿Permite un Nivel de Ruido Interno: menor o igual a 60 dB?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 65 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	NO CUMPLE	FOLIO 546 PAG 76 EN NUMERAL 14.8 DESCRIBE CONDICIONES AMBIENTALES PARA FUNCIONAMIENTO. LO QUE SOLICITA EL HOSPITAL ES NIVEL DE RUIDO INTERNO EN OPERACIÓN DEL EQUIPO.
¿Cuenta con soporte para recipientes de bala de gases medicinales, compatible con cilindros de gases medicinales con un diámetro menor a 12 cm. y longitud mayor o igual a 55 cm de alto?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 65 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTP Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	

¿Cuenta con cilindro portable de oxígeno con regulador de presión con capacidad de 150 ltrs. con regulación de presión de salida de 0 a 15 ltrs.?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 66 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTT Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	NO DESCRIBE EN FOLIO 516 PAG 13 Y 16 DE MANUAL LO SOLICITADO POR EL HOSPITAL QUE LA SUPERFICIE PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE SE EVIDENCIA QUE EL CASERO ES PLEGABLE EN FOLIO 514 INDICA QUE ES EN ALUMINIO CON SISTEMA DE FRENS EN LAS 4 RUEDAS
¿Cuenta con base con Superficie de Plataforma en acero inoxidable y carro plegable con sistema de frenos en al menos 2 de las 4 ruedas gratoras antestáticas?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 65 Y 66 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTT Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	NO CUMPLE	
¿Cuenta Soporte para Porta sueros y bombas de infusión?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 66 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTT Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
¿Soporte para colocar monitor de signos vitales?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 66 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTT Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
¿Cuenta con un peso total con soporte de la unidad de transporte menor a 88kg?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 66 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTT Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
¿Cuenta con Sistema de concentración de oxígeno que cubra rango de concentración máxima de oxígeno: mayor o igual a 60% con rango de flujo: de 10l/min. Y rango de concentración de oxígeno de 15 a 105%?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 66 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTT Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	NO CUMPLE	NO DESCRIBE EN FOLIO 540 PAG 64 DE MANUAL LO SOLICITADO POR EL HOSPITAL NO INDICA LOS RANGOS DE CONCENTRACION MAXIMA DE OXIGENO Y TAMPOCO DESCRIBE QUE LO TENGA POR LO TANTO SE LE DA NO CUMPLE.
¿Permite que la concentración de oxígeno dentro de la incubadora sea mostrada digitalmente para tener control preciso sobre el oxígeno administrado al paciente?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 66 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTT Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EN EL FOLIO 546 EN EL MODELO DE EQUIPO OFERTADO NO SE EVIDENCIA SISTEMA DE CONCENTRACION DE OXIGENO, POR LO TANTO NO SE ACEPTA CARTA DE MODIFICACION DEL FABRICANTE YA QUE POR ESTO ESTARIA ENTREGANDO UN MODELO DIFERENTE AL OFERTADO
¿Cuenta con Sistema de suministro de Humedad: Permita concentración de humedad en un rango de 50% o menor, al 70% o mayor?	CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO ANEXA FICHA TÉCNICA ORIGINAL NI MANUAL TÉCNICO DONDE SE PUEDA CORROBORAR INFORMACIÓN SEGÚN FOLIO 66 INDICADO. LA SOLICITUD ES CLARA EN EL PUNTO 9 DEL CCTP. POR LO CUAL SE LE DA NO CUMPLE.	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTT Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
¿Se entregan dos sondas de Temperatura piel?	CUMPLE	CUMPLE	FOLIO 67	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTT Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
¿Se entregan 4 filtros de aire por la incubadora?	CUMPLE	CUMPLE	FOLIO 67	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTTT Y EN LA FICHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	

¿Cuenta con banda de fijación a Neonato?	CUMPLE		CUMPLE	FOLIO 67	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTIP Y EN LA FECHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	NO CUMPLE	NO DESCRIBE EN FOLIO 512 PAG 6 NO INDICA QUE CUENTE CON BANDA DE FIJACION
¿Se entrega con Certificado de calibración de todas las magnitudes?	CUMPLE		CUMPLE	FOLIO 67	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO SUSTENTA RESPUESTA CON RESPECTIVO CTIP Y EN LA FECHA NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LOS SOLICITADO POR LA INSTITUCION POR LO TANTO NO CUMPLE.	CUMPLE	
OBLIGACIONES DEL OFERENTE	RESPUESTA	FOLIO	RESPUESTA	FOLIO	RESPUESTA	FOLIO	RESPUESTA	FOLIO
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a anexar en la entrega del o los equipos: el certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA y el Registro sanitario para dispositivos médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique que se compromete a entregar los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado al momento de ser entregados los equipos ofertados?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Cuenta con un documento donde indique el costo anual del contrato de mantenimiento, incluyendo repuestos originales y mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos, los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO INCLUYO REPUESTOS ORIGINALES, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS Y LAS CAPACITACIONES NECESARIAS	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA FOLIO NI DOCUMENTO DONDE SE PRESENTE PROPOSICION ECONOMICA DE MANTENIMIENTO DESPUES DE GARANTIA.	CUMPLE	

Cuenta con un documento que certifique la garantía de stock de repuestos por un mínimo de 5 años anexando una lista de insumos y repuestos para el equipo incluyendo número de parte o referencia y disponibilidad de los mismos para cambio inmediato?	CUMPLE		NO CUMPLE	FOLIO 102 EMITE CERTIFICADO POR EL MISMO DISTRIBUIDOR, SE REQUIERE QUE SEA DE FABRICA EN FOLIO 103 NOTIFICACION DE FABRICA NO INDICA LO SOLICITADO POR LO TANTO NO CUMPLE	NO CUMPLE	EN FOLIO 264 DESCRIBEN STOCK DE REPUESTOS SIN LOS AÑOS SOLICITADOS EL CERTIFICADO LO EMITE EL DISTRIBUIDOR Y NO LA FABRICA	CUMPLE	
Cuenta con un documento que certifique que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, que es el fabricante o distribuidor directo del fabricante con mínimo de 2 años de representación directa en el país, certificado de instalación y desempeño de 1 equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) al ofertado, esta certificación debe venir firmada por el responsable técnico de la institución y el Director Administrativo de acuerdo al formato interno del HUS?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	DOCUMENTO ENTREGADO POR DISTRIBUIDOR Y NO POR FABRICANTE DE LA MARCA EN EL FOLIO 266 NO SE EVIDENCIAN LOS 2 AÑOS DE REPRESENTACION DIRECTA DE LA MARCA EN EL PAIS	CUMPLE	
Cuenta con un documento donde se compromete a entregar e instalar en perfecto funcionamiento en el HUS y en los tiempos establecidos en los pliegos de condiciones, además y posteriormente realizara calificación de diseño e instalación según formato del HUS?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Certifica que garantiza la capacitación técnica y de mantenimiento que contemple los siguientes temas: Operación y Funcionamiento, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento correctivo, Fallas mas frecuentes, Bloqueos del equipo, Protocolo de Limpieza y Desinfección, Aplicaciones Médicas y Clínicas, esta capacitación deben ir dirigida hacia el personal de equipo medico con una duración no menor a 10 horas certificadas. Estas capacitaciones se dictaran en el numero que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de como se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

<p>Certifica que garantiza la capacitación al personal médico y asistencial que operara los equipos que contemple los siguientes temas: Operación y Funcionamiento. Protocolo de Limpieza. Desinfección y recomendaciones de cuidado. Aplicaciones Médicas y Clínicas, las cuales deberán ser certificadas y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como minimo los siguientes items: Objetivo de la capacitación. Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p>	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
<p>Certifica que entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como minimo: Operación y Funcionamiento, Protocolo de Limpieza. Desinfección y recomendaciones de cuidado?</p>	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
<p>Cuenta con documento donde certifique que entregara los manuales de uso y operación (traducción al español y original). Manuales de servicio y Técnico, planos técnicos, Claves de servicio técnico, Protocolos de Mantenimiento de fábrica, Protocolo de Limpieza y desinfección, Protocolo de Disposición final del equipo y de sus componentes y Ficha técnica de su consumo de energía en stand by y en operación e instalara Fichas de Guía Rápida de Manejo y Guías rápidas enfocadas a la seguridad del usuario, equipo y paciente según formato del HUS en cada uno de los equipos</p>	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE

Cuenta con documento donde certifique que una vez culmine la instalación, se realizarán pruebas de funcionamiento a satisfacción del personal médico y del personal de ingeniería biomédica quienes deberán verificar que los requerimientos para operación y funcionamiento se cumplan de acuerdo a lo establecido en el formato de calificación de desempeño por lo menos 3 semanas después de su instalación y Certificarán el recibo a satisfacción por el Hospital?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuenta con documento donde certifique que el oferente es el enteramente responsable de entregar los diseños de preinstalación (obras civiles, eléctricas, aires acondicionados, ventilación mecánica, equipo o los equipos ofertados una vez sean adjudicados contando con un tiempo no mayor a 1 semana y será el encargado de validar dichas preinstalaciones, lo cual eximirá al HUS de cualquier contratiempo o faltante presentado una vez aceptadas dichas preinstalaciones las cuales serán asumidas por el proveedor de no ser informadas.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Presenta documento con los siguientes datos: Dirección de la sede más próxima al hospital. Números telefónicos, celulares, FAX y correo electrónico, cantidad de técnicos y nivel académico?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuenta con documento donde el certifique que cuenta con equipos de respaldo para la tecnología propuesta?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	EN FOLIO 255 INFORMAN LA NO CAPACIDAD PARA ENTREGAR EQUIPO DE RESPALDO EN CASO DE PROLONGARSE FALLA DEL EQUIPO.
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuenta con documento que certifique que se compromete a que el tiempo máximo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 24 horas máximo y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo de similares o mejores características?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	EN FOLIO 260 CERTIFICAN SOLUCION DE FALLAS DEL EQUIPO EN 24 HORAS, Y EN FOLIO 255 INFORMAN LA NO CAPACIDAD PARA ENTREGAR EQUIPO DE RESPALDO EN CASO DE PROLONGARSE LA FALLA.

Cuenta con un documento que certifique que se compromete a realizar la calibración anual para el equipo ofertado y donde se muestre el plan de aseguramiento metroológico durante el tiempo de garantía?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
Cuenta con un documento donde indique la cantidad de mantenimientos preventivos recomendados por fábrica que se le realizarán al equipo durante los años de garantía del equipo?	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	EL PROponente NO PRESENTA PROPUESTA NI DOCUMENTO DONDE INDIQUE LA CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS RECOMENDADOS POR FABRICA EN EL TIEMPO DE GARANTIA.	CUMPLE		CUMPLE
Cuenta con un documento donde se comprometa a entregar el certificado de calibración del equipo ofertado no mayor a 3 meses?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
Cuenta con un documento donde certifique que el equipo ofertado tiene una garantía mínima de 2 años o mas y dicha garantía deberá incluir el cambio de los elementos descritos por fábrica, necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos y que deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas, si llegará a presentar alguna falla que así lo amerite durante la garantía y de igual manera garantizar un equipo de respaldo en caso de fallo que amerite revisión del mismo fuera de la institución?	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE
FACTORES DE CALIFICACION	RESPUESTA	FOLIO	RESPUESTA	FOLIO	RESPUESTA	FOLIO	RESPUESTA	FOLIO	FOLIO
COSTO DEL EQUIPO	\$ 44.600.000								
55 PUNTOS	55								
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DESPUES DE LA GARANTIA	\$ 600.000								
5 PUNTOS	5								
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	1 AÑO								
40 PUNTOS	40								
CALIFICACION FINAL	100								

Evalúe parte técnica:

Andrés López A.
 Ing. Agrícola Fontana Avance,
 Técnico de Equipos Médicos

Revisó parte técnica:

Dr. Amador Benítez Gilman
 Prof. Especializado de Equipos Médicos

Revisó parte económica:

Carlos Almona-Morales
 Subdirector de Compras y Suministros