

05RH39-V1

Bogotá DC, Octubre 02 de 2015

SF2111-15

Señores:
BIOTRONITECH
Ciudad

Asunto: **Respuesta a observaciones convocatoria muestras 2015**

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentar la respuesta a sus observaciones a la convocatoria de muestras.

1. El ítem 323: Guía biliar electroquirúrgica 0,35 480cm: Solicitamos a la Entidad se sirva aclarar qué tipo de guía solicitan teniendo en cuenta que la guía hidrofílica biliar no se conecta a la unidad electroquirúrgica.

Respuesta: La guía descrita en el ítem 323 es guía biliar tipo cebra 0.35 480cm.

2. El ítem 482: Guía hidrofílica 0 35 mm x 145 cm: Solicitamos a la Entidad se amplíe el rango de 145 cm a 150 cm. Lo anterior, para mayor participación y pluralidad de oferentes

Respuesta: una vez revisada su solicitud se informa que es posible presentarse con la medida de 150cm.

Agradezco su atención

Atentamente


AURA ENIT AHUMADA PARRAGA
Líder Proyecto Servicio Farmacéutico

Proyectó: Nancy López Delgado
Química Farmacéutica

