



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empresa Social del Estado
Servicio farmacéutico

05RH39-V1

Bogotá DC, Octubre 01 de 2015

SF2108-15


Señores:

JOHNSON & JOHNSON

Ciudad

Asunto: **Respuesta a observaciones convocatoria muestras 2015**

Respetados Señores:



Por medio de la presente nos permitimos presentar la respuesta a sus observaciones a la convocatoria de muestras.

1. Item 104: malla polipropileno tamaño 15cm x 10cm, solicitamos muy cordialmente al comité técnico se amplie las medidas de la malla a 15 x 15cm.

Respuesta: una vez analizada la necesidad de los servicios, es posible presentar malla polipropileno tamaño 15cm x 15cm para su respectiva evaluación.

2. Item 132: poliéster 2/0 con doble aguja redonda ½ círculo 26mm 90cm, este ítem tiene exactamente la misma descripción técnica del ítem No. 130. Solicitamos muy cordialmente al comité técnico acalarar las diferencias técnicas entre ambos ítems.

Respuesta: se informa que efectivamente los ítems 130 y 132 corresponden al mismo dispositivo médico, se debe tener en cuenta el ítem 130 para la convocatoria.

3. Item 164: recarga lineal 30mm tejido vascular compatible con las endograpadoras de tejido vascular, grueso y regular. Solicitamos muy cordialmente a la institución revisar rotación de este producto, para saber si es requerido.

Respuesta: la recarga lineal 30mm tejido vascular compatible con las endograpadoras de tejido vascular, grueso y regular es requerido por nuestra institución.

4. Item 165: recarga lineal 60mm tejido regular compatible con las endograpadoras de tejido vascular, grueso y regular. Solicitamos muy cordialmente a la institución revisar rotación de este producto, para saber si es requerido.

Respuesta: la recarga lineal 60mm tejido vascular compatible con las endograpadoras de tejido vascular, grueso y regular es requerido por nuestra institución.

5. Item 199: trocar optico desechable 12mm x 150mm sin cuchilla con canula estabilizadora de 12mm: este ítem tiene la misma descripción técnica que el ítem 194. Solicitamos muy cordialmente al comité técnico acalarar las diferencias técnicas entre ambos ítems.

Respuesta: El ítem 194 (trocar desechable 5mm - 12mm (long)) debe ser con cuchilla, mientras que el ítem 199 es sin cuchilla.

6. Item 262: cinta umbilical 2 x 30 75cm. Solicitamos muy cordialmente al comité técnico permitir que se entregue una cinta umbilical con las siguientes características (2) 0,33 x 45cm.

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10013, 10014, 10017 www.hus.org.co

"Unidos por tu Bienestar"



FE

05RH39-V1

Respuesta: una vez analizada la necesidad de los servicios, es posible presentar cinta umbilical (2) 0.33 x 45cm para su respectiva evaluación.

7. Item 375: esponja hemostatica de colageno bovino 5cm x 8cm. Se solicita muy cordialmente ampliar la descripción técnica y las medidas de la esponja, permitiendo que ésta sea a base de bovino y/o porcino. Así mismo, que la esponja pueda estar dentro del siguiente rango: 7cm x 5cm x 1cm.

Respuesta: una vez analizada la necesidad de los servicios, no es posible presentar esponja hemostática de colágeno porcino. Sin embargo, la medida es posible ser ampliada a 7cm x 5cm x 1cm para la respectiva evaluación.

8. Item 381: matriz hemostatica jeringa 5mL. Se solicita muy cordialmente ampliar la descripción y medidas, permitiendo que ésta sea a base de colágeno de piel bovino o porcino, y ampliar el rango de la jeringa entre 5 a 8 mL.

Respuesta: una vez revisada su solicitud se informa que es posible se presenten con las opciones que informan y se realizará la evaluación respectiva.

9. Item 578: esponja control de epistaxis 8cm con string o spring. Solicitamos muy cordialmente ampliar la descripción técnica del ítem, permitiendo que la esponja sea a base de colágeno de piel porcina. Se solicita muy cordialmente ampliar el rango de medidas de la esponja, permitiendo que ésta sea de 7cm x 5cm x 1cm.

Respuesta: una vez revisada su solicitud se informa que es posible se presenten con las opciones que informan y se realizará la evaluación respectiva.

Agradezco su atención

Atentamente



AURA ENIT AHUMADA PARRAGA
Líder Proyecto Servicio Farmacéutico

Proyectó: Nancy López Delgado
Química Farmaceutica