

05RH39-V1


Bogotá DC, Octubre 02 de 2015

SF2110-15

Señores:  
**HOSPITECNICA S.A.S.**  
Ciudad

Asunto: **Respuesta a observaciones convocatoria muestras 2015**

Respetados Señores:

HOSPITAL DE LA SAMARITANA E.S.  
SUBDIRECCION DE BIENES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
06 OCT 2015  
FIRMA:   
**RECIBIDO**

Por medio de la presente nos permitimos presentar la respuesta a sus observaciones a la convocatoria de muestras.

1. El sistema CPAP y accesorios a qué se refiere? El requerimiento es por el equipo, más los accesorios o es el circuito y con qué accesorios?

**Respuesta:** El ítem 552 se refiere al equipo CPAP y sus accesorios, los cuales son: manguera lisa, circuito, máscara y arnés.

2. Los electrodos para electrocardiograma adulto y pediátrico son electrodos precordiales de succión para EKG, o son electrodos pregelados para monitoreo?

**Respuesta:** los electrodos referenciados en los ítems 266 y 267 son pregelados para monitoreo.

3. Aclaración para saber si al listado de muestras solicitadas, se pueden adicionar y el hospital realiza evaluación a los siguientes productos:

- Lápices para electrobisturí
- Placas para electrobisturí
- Circuito para anestesia
- Ambus (resucitador)
- Circuitos neonatales
- Máscaras laríngeas
- Máscaras de oxígeno
- Papeles de impresión para equipos médicos

**Respuesta:**

- Lápices para electrobisturí, placas para electrobisturí y papeles de impresión para equipos médicos: estos insumos se encuentran catalogados dentro de la categoría de consumibles en el Hospital, perteneciendo a un rubro diferente al de medicoquirúrgicos y por tanto no se encuentran en esta convocatoria.

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10013, 10014, 10017 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Unidos por tu Bienestar"



FE

05RH39-V1

- Ambus (resucitador), máscaras de oxígeno, máscaras laríngeas, circuito para anestesia: teniendo en cuenta el stock con el que se cuenta en el hospital, no se publicaron para esta convocatoria.
- Circuitos neonatales: este ítem se encuentra incluido en el No. 511.

Agradezco su atención

Atentamente



**AURA ENIT AHUMADA PARRAGA**  
**Lider Proyecto Servicio Farmacéutico**

Proyectó: Nancy López Delgado  
Química Farmaceutica