

## Gladys Quintero

---

**De:** Gladys Quintero <gladys.quintero@hus.org.co>  
**Enviado el:** jueves, 26 de noviembre de 2015 02:25 p.m.  
**Para:** 'farmacia.lider@hus.org.co'  
**CC:** 'diana.martinez@hus.org.co'  
**Asunto:** RV: Observación a la evaluación Técnica de Muestras

**Importancia:** Alta

---

**De:** LicitacionesCO [MDDCO] [mailto:RA-MDDCO-LicitaCO@ITS.JNJ.com]  
**Enviado el:** jueves, 26 de noviembre de 2015 01:59 p.m.  
**Para:** gladys.quintero@hus.org.co; María Antonia Sanchez <maria.sanchez@hus.org.co> (maria.sanchez@hus.org.co)  
**CC:** Parra, Martha [MDDCO]; Montes, Mauricio [MDDCO]  
**Asunto:** Observación a la evaluación Técnica de Muestras  
**Importancia:** Alta

Buen día estimado cliente

En la evaluación publicada en el día de ayer en la página del hospital, y después de revisar los resultados de la Evaluación Técnica, vemos que el siguiente código no fue evaluado

| N° ITEM | GRUPO   | SUBGRUPO | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                        | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MUESTRA |
|---------|---------|----------|-----------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|
| 3       | Cirugia | Suturas  | CT3421403 | pistola mecánica de 18cm * 13,5 mm | sellador/divisor abierto de mandibula grande curvo | Unidad           | 1                   |

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente

Angela María Ramírez Dueñas  
Analista Bids  
Johnson & Johnson De Colombia S.A.  
Calle 94A No. 13-72  
Bogotá, Colombia  
T: +57-1-2191200 Ext. 1355  
M: +57-3223508365  
[aramir31@its.jnj.com](mailto:aramir31@its.jnj.com)



**HUS**  
HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA  
*Empresa Social del Estado*  
*Servicio farmacéutico*

05RH39-V1

SF-CM-15-01

Bogotá DC, 02 de Diciembre de 2015

Señores:  
**JOHNSON & JOHNSON**  
Ciudad

**Asunto: Respuesta a Observación a la evaluación técnica de muestra**

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentar la respuesta a sus observaciones a la convocatoria de muestras.

De acuerdo a su observación realizada sobre la pistola mecánica de 18cm\*13.5mm, en el momento de la entrega de las muestras se entregó una muestra que correspondía a dos ITEMS: ITEM 117 pinza laparoscopia 5mm 37cm e ITEM 120 pistola mecánica de 18cm \* 13,5 mm, el cual **NO CUMPLE** "Según especialidad Queda la mano en stress ya que es necesario sujetarla todo el tiempo y es lento", por lo tanto respecto al concepto de la pistola mecánica de 18cm\*13.5mm el concepto emitido por la especialidad **NO CUMPLE**.

Agradezco su atención

Atentamente

  
**AURA ENIT AHUMADA PARRAGA**  
Líder Proyecto Servicio Farmacéutico

Proyectó: Diana Martínez  
Química Farmaceutica

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10013, 10014, 10017 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Unidos por tu Bienestar"





**HOSPITECNICA<sup>®</sup> S.A.S.**  
NIT. 830.131.869-6  
*Pasión por la Vida!*

Equipos Médicos  
Soporte Técnico  
Insumos



Bogotá. D.C., 27 de Noviembre de 2015

Doctora  
**ANA ENIT AHUMADA**  
Jefe de Proyectos de Farmacia  
**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
Ciudad

**REF: Observaciones o Aclaraciones a la Evaluación**

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte y éxitos en sus gestiones diarias.

De acuerdo a los resultados de las evaluaciones de la convocatoria de muestras solicitamos la siguiente aclaración:

Item 510 del Grupo de Terapia Respiratoria "CIRCUITO VENTILACIÓN ALMA LISA PARA ADULTO", concepto "NO CUMPLE" observación: "el circuito se rompe al quedar acodado en cambios de posición", muy amablemente les solicito a que se refiere con se rompe al quedar acodado, toda vez que el circuito es totalmente flexible y permite la rotación y movimientos, adicionalmente en la actualidad está en uso en varias instituciones de tercer y cuarto nivel y jamás hemos tenido reportes referentes a su observación.

Les agradecemos su atención y estaremos atentos a su amable respuesta.

Un cordial saludo,

**HUGO GERMAN MENDIVELSO OJEDA**  
Representante Legal



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*  
*Servicio farmacéutico*

05RH39-V1

SF-CM-15-04

Bogotá DC, 02 de Diciembre de 2015

Señores:  
HOSPITECNICA  
Ciudad

**Asunto: Respuesta a observaciones o aclaraciones a la evaluación**

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentar la respuesta a sus observaciones a la convocatoria de muestras.

De acuerdo a su observación realizada respecto al circuito de ventilación alma lisa adulto y el concepto emitido se hace la aclaración respecto a "se rompe al quedar acodado en cambios de posición", esto quiere decir que al quedar doblado o al mover al paciente de manera brusca el circuito se ve afectado y se rompe.

Agradezco su atención

Atentamente

AURA ENIT AHUMADA PARRAGA  
Líder Proyecto Servicio Farmacéutico

Proyectó: Diana Martínez  
Química Farmacéutica





**PLAST** S.A

KRA 92 No. 64 C - 24  
TELEFONO: (571) 438 2224

Bogotá, Noviembre 27 de 2015

Señores  
**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
Ciudad

Ref: Observaciones a las evaluaciones convocatoria de muestras

De la manera más atenta me permito solicitar verificar la evaluación correspondiente del ítem No. 536 Grupo Terapia Respiratoria Equipo de Micronebulizador para aerosol terapia – adulto, ya que revisando los resultados no se evidencia éste ítem.

Atentamente,

**AMANDA BUENDIA OBANDO**

Asesora Comercial



05RH39-V1

SF-CM-15-06

Bogotá DC, 02 de Diciembre de 2015

Señores:  
**BIOPLAST**  
Ciudad

Asunto: **Respuesta a observaciones evaluaciones convocatoria de muestras**

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentar la respuesta a sus observaciones a la convocatoria de muestras.

De acuerdo a su observación realizada respecto al ítem Equipo micronebulizador para aerosolterapia adulto el resultado de la evaluación técnica es CUMPLE.

Agradezco su atención

Atentamente

  
**AURA ENIT AHUMADA PARRAGA**  
Líder Proyecto Servicio Farmacéutico

Proyectó: Diana Martínez  
Química Farmacéutica



Sabaneta, Noviembre 27 de 2015

Señores  
Grupo farmacia/ contratación  
HOPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
Bogotá

**Asunto:** Subsanación convocatoria de muestras No 01

Reciba un cordial saludo, de acuerdo a las observaciones emitidas por el hospital en cuanto a la evaluación técnica de los productos código 19100201745 ítem 513 grupos terapia respiratoria (151802990097 ítem 5011, 19100201745 ítem 13, 19100201744 ítem 514, 19100201752 ítem 515, 151802990101 ítem 516, 191001011787 ítem 517, 19100201747 ítem 519, 19100201746 ítem 520) Nos permitimos respetuosamente hacer la siguiente observación, los productos relacionados si cumplen con las especificaciones dado que el sistema de conexión es universal y se puede adaptar a cualquier marca inclusive Draguer sin presentar ningún obstáculo para recibir el tratamiento objetivo.

Agradecemos la atención prestada a esta observación y quedamos atentos frente a su respuesta.

Cordialmente.

**PAOLA GALLEGO PARDO**  
Gerente Línea Cuidado Respiratorio  
Email: paola.g@equitronic.com.co



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*  
*Servicio farmacéutico*

05RH39-V1

SF-CM-15-05

Bogotá DC, 02 de Diciembre de 2015

Señores:

**EQUITRONIC**

Ciudad

**Asunto: Respuesta a subsanación convocatoria de muestras No 01**

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentar la respuesta a sus observaciones a la convocatoria de muestras.

De acuerdo a su observación realizada respecto a los ITEMS en mención, se comenta con el servicio los cuales informan "Se utilizaron las muestras en mención y se encontró que la conexión con los sistemas Hytel de los circuitos con los que se cuenta en la unidad de recién nacido, presenta riesgo de desconexión en la interfase circuito-conector, lo cual puede generar aumento en riesgo de desaturación, dereclutamiento alveolar y pérdida de la presión en la vía aérea.

Agradezco su atención

Atentamente

**AURA ENIT AHUMADA PARRAGA**  
Líder Proyecto Servicio Farmacéutico

Proyectó: Diana Martínez  
Química Farmacéutica








Management  
System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 9109082428



**HOSPIMEDICS S.A.**

Bogotá, Noviembre 26 de 2015

Señores

**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.**

CIUDAD

**REFERENCIA: OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES A LA EVALUACION DEL PROCESO DE SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA Y MUESTRAS DE PRODUCTOS MEDICOQUIRURGICOS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS INSTITUCIONALES PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Y SU UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA.**

Respetados señores

Teniendo en cuenta el RESULTADO DE EVALUACION TÉCNICA, publicada dentro del proceso en referencia, y cumpliendo los plazos para la subsanación de observaciones, me permito manifestar lo siguiente:

**EM 552 – TERAPIA RESPIRATORIA**

El HUS observa: SE NECESITA EQUIPO CON CPAP Y BIPAP

Nos permitimos informar que la marca ofertada para este ítem es PHILIPS RESPIRONICS, adicional el equipo enviado como muestra, cumple con la especificación clara de Sistema de presión positiva continua en la vía aérea, en ningún lado solicitan ventilador Binivel o Bipap que me genere fuera de CPAP el Bipap, por tal motivo la solicitud no fue clara en la descripción debía ir: Sistema de presión positiva que genere uno y dos niveles de presión tanto Bipap como Cpap. Solicitamos dar como resultado CUMPLE ya que de acuerdo a lo solicitado, así mismo se oferto.

**ÍTEM 554 – TERAPIA RESPIRATORIA**

El HUS observa: NO SE PUEDE PROBAR CON PACIENTE, EL PROVEEDOR SOLICITA DEVOLUCION

Para este caso se informa al HUS que pueden utilizar el Liner de 3000cc, sin embargo, HOSPIMEDICS SA, autoriza al Hospital a que si se requiere de este dispositivo para continuar con pruebas en los pacientes, lo pueden tener en calidad de muestra.

**ÍTEM 312 A 334**


Teniendo en cuenta las observaciones solicitamos amablemente se permita visita del especialista y mediante trabajo de campo se proceda a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas observadas por el H.U.S.

**Soluciones Integradas de Alta Calidad**



Management System  
ISO 9001:2008


www.tuv.com  
ID 9105092426



**HOSPIMEDICS S.A.**

| ITEM | DESCRIPCION   | MARCA OFERTADA     | OBSERVACION HOSPITAL   | RESPUESTA Y ACLARACION HOSPIMEDICS SA  |
|------|---|--------------------|--|--|
| 312  | aguja para escleroterapia gastro  | G-FLEX EUROPE SPRL | Se recoge la camisa de la aguja  | Con el fin de evitar que esto suceda, la aguja tiene un seguro que no permite que avance la guía en la parte distal del dispositivo. |
| 315  | balon de dilatacion neumática via biliar 10 mm x 30 fr                  | G-FLEX EUROPE SPRL | No tiene la capacidad ni la fuerza para dilatar  | se solicita trabajo de campo   |
| 316  | balón dilatación esofágica 12-15mm x 8cm                                | G-FLEX EUROPE SPRL | No tiene la capacidad ni la fuerza para dilatar  | se solicita trabajo de campo   |
| 318  | canastilla extraccion de calculo helicoidal 2,5f 90cm                   | G-FLEX             | En el primer intento de extraccion se desarma  | se solicita trabajo de campo, no se ha reportado este caso en ningun cliente   |
| 319  | catéter balón de recuperacion trilumen 6fr - 7fr 0.035in (0.89mm) 200cm | G-FLEX EUROPE SPRL | Se recoge la camisa de la aguja  | tiene un seguro que no permite que avance la guía en la parte distal del dispositivo   |
| 322  | dispositivo de ligadura de bandas multiples 8.6mm-11.5mm 110cm          | G-FLEX EUROPE SPRL | Manejo de uso difícil  | dispositivo tecnología moderna, facil rapido y preciso, se solicita trabajo de campo   |
| 328  | stent biliar con sistema introductor                                    | G-FLEX EUROPE SPRL | El servicio de gastroenterologia no puede emitir concepto solo con ficha tecnica. Pendiente trabajo de campo | se solicita trabajo de campo   |
| 329  | stent biliar con sistema introductor 10 fr 10cm                         | G-FLEX EUROPE SPRL | Son radiolucidos no se ven en la fluoroscopia  | Con el fin de evitar que esto suceda, el stent tiene un anillo radiopaco en la punta, se solicita trabajo de campo                   |
| 330  | stent biliar con sistema introductor 10 fr 12cm                         | G-FLEX EUROPE SPRL | Son radiolucidos no se ven en la fluoroscopia  | Con el fin de evitar que esto suceda, el stent tiene un anillo radiopaco en la punta, se solicita trabajo de campo                   |
| 331  | stent biliar con sistema introductor 10fr 7cm                           | G-FLEX EUROPE SPRL | Son radiolucidos no se ven en la fluoroscopia  | Con el fin de evitar que esto suceda, el stent tiene un anillo radiopaco en la punta, se solicita trabajo de campo                   |
| 332  | stent biliar con sistema introductor 7fr 10cm                           | G-FLEX EUROPE SPRL | Son radiolucidos no se ven en la fluoroscopia  | Con el fin de evitar que esto suceda, el stent tiene un anillo radiopaco en la punta, se solicita trabajo de campo                   |
| 333  | stent biliar con sistema introductor 7fr 7cm                            | G-FLEX EUROPE SPRL | Son radiolucidos no se ven en la fluoroscopia  | Con el fin de evitar que esto suceda, el stent tiene un anillo radiopaco en la punta, se solicita trabajo de campo                   |
| 334  | stent biliar con sistema introductor 7fr 9cm                            | G-FLEX EUROPE SPRL | Son radiolucidos no se ven en la fluoroscopia  | Con el fin de evitar que esto suceda, el stent tiene un anillo radiopaco en la punta, se solicita trabajo de campo                   |

Atentamente,

  
**BRIGITTE LINA MEYER-TELEZ**  
CC. 51.659.401 BOGOTÁ  
REPRESENTANTE LEGAL  
HOSPIMEDICS SA

*David Jaramba*

**Soluciones Integradas de Alta Calidad**



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*  
*Servicio farmacéutico*

05RH39-VI

SF-CM-15-02

Bogotá DC, 02 de Diciembre de 2015

Señores:  
HOSPIMEDICS  
Ciudad

**Asunto: Respuesta a Observacion y/o aclaraciones a la evaluación técnica de muestra**

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentar la respuesta a sus observaciones a la convocatoria de muestras.

De acuerdo a su observación realizada sobre el ITEM sistema de presión positiva continua y accesorios CPAP. Este insumo fue evaluado por el servicio de terapia respiratoria, se reevaluo el concepto y se concluyo que el equipo CUMPLE como CPAP.

Respecto al sistema de succion desechable con valvula de 2.000ml con gel solidificante, posterior a la aclaración realizada por ustedes de autorizar al hospital para usar el insumo, se informa que se realizara trabajo de campo para la emisión del concepto técnico. Solicitamos para el trabajo de campo hacer llegar el canister con el solidificante para poder hacer uso del insumo.

Por ultimo respecto a los ITEMS 312 a 334 se comento con el servicio de gastroenterología y ellos están de acuerdo en recibir al especialista del producto para realizar nuevamente el trabajo de campo esta vez con acompañamiento por parte de ustedes.

Agradezco su atención

Atentamente

  
**AURA ENIT AHUMADA PARRAGA**  
Líder Proyecto Servicio Farmacéutico

Proyectó: Diana Martínez  
Química Farmaceutica

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10013, 10014, 10017 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

“Unidos por tu Bienestar”





HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA  
*Empresa Social del Estado*  
*Servicio farmacéutico*

05RH39-V1

SF-CM-15-03

Bogotá DC, 02 de Diciembre de 2015

Señores:

**EQUITRONIC**

Ciudad

**Asunto: Respuesta a aclaración resultado evaluación técnica actualización banco de datos de conceptos técnicos**

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentar la respuesta a sus observaciones a la convocatoria de muestras.

De acuerdo a su observación realizada respecto "al paso a seguir con los ítems que están pendientes por concepto donde especialista indica que aun no se ha podido probar con paciente"; en este caso tal como lo mencionan las especialidades estamos sujetos a dicha disponibilidad para realizar trabajo de campo y de esta maneja poder emitir concepto técnico.

Por otra parte respecto a los conceptos ya emitidos y publicados ese es el resultado final, excepto que exista observación y/o aclaración por parte de los proveedores.

Agradezco su atención

Atentamente

**AURA ENIT AHUMADA PARRAGA**  
Líder Proyecto Servicio Farmacéutico

Proyectó: Diana Martínez  
Química Farmacéutica





**image001.png**  
25 KB

**De :** Comercial Equitronic  
<comercial@equitronic.com.co>

vie, 27 de nov de 2015 10:30

✎ 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Aclaracion resulatado evaluacion tecnica  
actualizacion banco de datos de conceptos tecnicos

**Para :** contratacion@hus.org.co

*Reciba un cordial,*

*Me dirijo a usted de la manera más respetuosa para que por favor me sea aclarada las siguientes inquietudes:*

- 1.Cuál es el paso a seguir con los ítems que están pendientes por concepto donde especialista indica que aún no se ha podido probar con paciente.*
- 2. En cuanto a los que cumplen se debe esperar hasta el la publicación del resultado final.?*

*Estaré atento a sus comentarios.*

*Cordialmente,*



**FRANK MEJIA CANO**

Asistente Comercial

Carrera 49 N° 61 Sur-68 Local.103

Sabana Centro Empresarial  
Sabaneta – Antioquia  
Medellín - Colombia  
Tel: (4)4441177- ext 109 Fax: 3209259  
Celular: 317-6395108



**image001.png**  
25 KB

---