

SEÑOR (ES) NIT. O.C.C. 830025149

RAZÓN SOCIAL: COVIDIEN COLOMBIA S.A.

DIRECCION: CR CENTRAL DEL NORTE CR 7 KM 18 ED PRADOS DE LA MOREA

TELEFONO: 6578585

Nº FAX 6683777 EX.144

VIGENCIA: 90 DIAS a partir de la fecha del RP. Posterior a esta fecha el presupuesto asignado sin ejecución, se entenderá de manera unilateral.

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS INDICADOS CONFORME A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS EN SU COTIZACION Nº DE FECHA


Con Cargo a CDP No.

Cotización No.

Lugar de Entrega

Forma de Pago 90 DIAS

Presupuesto 2016



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARTIANA

Empresa Social del Estado 055U05-V

NIT: 899.999.032-5

Orden\_Compra Nº OCOC0020160040

DÍA MES AÑO

22 01 2016

Item	Cód.Elemento	Descripción Completa del Elemento o Servicio	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr. Unitario	Subtotal	%IVA	Vr.IVA	Vr.Total
52	1102010104	MATERIALES		21004	01	RECURSOS PROPIOS HUS				30,067,200.00
1	151802010010	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO ADULTO Y BALON		UNIDAD	1.800	14,400.00	25,920,000	16.00	4,147,200	30,067,200

COMITADO ADMINISTRATIVO DE LA SAMARTIANA [NIT: 899999032-5]

ULTIMO RENGLON

SON: TREINTA MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Vo.Bo. SUMINISTROS Vo. Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*[Signature]*

COMPRESO ORDENADOR

*[Signature]*

TOTALES

25,920,000

4,147,200

30,067,200

RECIBI A SATISFACCION ALMACEN

OBSERVACIONES SOLICITUD AG 0002 DE 2016. LA SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA ESTARA A CARGO DEL JEFE DEL ALMACEN GENERAL QUIEN CERTIFICARA Y APROBARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO ASI COMO LOS RESPECTIVOS PAGOS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD, EL HUS PODRA RECHAZARLO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA.

Carrera 8 Nº 0 - 55 Sur E-mail: licitaciones@hus.org.co - Comutador: 4077075 Ext. 10711 - Telé/Fax: 3371597.

Página: 1 de la Orden\_Compra Nº

OCOC0020160040

RADICADO

dos millones / cinco

**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.**

**NIT 899999032 - 5**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1044

DEL AÑO FISCAL: 2016

CONTRATO: OCOC0020160040

A nombre de: 830025149 COVIDIEN COLOMBIA S.A. Se hizo el registro de el (Los) siguiente (s) compromiso (s):

RUBROS							
CDP	Fecha Disp.	Gasto	Fecha Venc.	Rubro	REC	CONCEPTO	VALOR
52	06/01/2016	A	31/12/2016	21004	01	MATERIALES	\$ 30.067.200,00
VALOR TOTAL ACTUAL:							\$ 30.067.200,00

OBJETO RP: Inventarios (Orden de Compra)

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/01/2016

  
\_\_\_\_\_  
**MARLESBY SOTELO PUERTO**

Subdirector Operativo con funciones de la Dirección Financiera


Usuario: 11222192



### 1. Información general

Nombre según Registro Sanitario	SISTEMA DE RESPIRACIÓN, ANESTESIA Y CUIDADOS CRÍTICOS (CIRCUITO DE RESPIRACIÓN A PACIENTE) MALLINCKRODT DAR
Nombre comercial	CIRCUITO RESPIRATORIO EN POLIPROPILENO
Marca	MALLINCKRODT DAR
Fabricante	MALLINCKRODT DAR ITALIA COVIDIEN LLC USA NOLATO MEDITOR AB SUECIA
Número de registro INVIMA	2008DM-0002416. Vigencia: 18-Nov-2018
Clasificación del riesgo	II A
Código GMDN	37021-37704-37705-37706

### 2. Descripción del producto



Circuito corrugado para ventilación mecánica o anestesia desechable, flexible y ligero con codo de 90 grados, conectores de 22mm, para paciente adulto. Longitud de 1.80 metros. Material polipropileno. Con balón de anestesia auto inflable de 3 litros con conector de 22 mm rígido interno y filtro electrostático viral bacteriano BARRIERBAC.

Originado por: Nancy Uricoechea Gerente de Producto	Fecha: 31/07/2013	Aprobado por:	Fecha:
Revisado por: Marly López Villanueva Analista de Asuntos Regulatorios	Fecha: 1/08/2013	Aprobado por:	Fecha:

### Materiales: Libres De Látex

#### Filtro Microbial/viral compacto

Alta capacidad en retener partículas y micro-organismos y resistencia baja al flujo de aire. Diseñado especialmente para adaptarse al lado del paciente o el equipo cuando se necesita un tamaño pequeño.

ISO 22M/15F - 22F/15M accesorios seguros para usar con cualquier portilla conectora.

Conector con válvula de cierre integral para conectar a la línea de prueba de gas empaquetado estéril para máxima eficacia.

#### Membrana Filtrante

- Microfibra De polipropileno
- Material de intercambiador de humedad: celulosa hidrofílica
- Carcasa del filtro: Copolimero de estireno butadieno
- Tapa de Luer: Polietileno.

### 3. Especificaciones

#### Aplicaciones

Este sistema de respiración se utiliza para conectar al paciente a una fuente de gas respiratorio durante la anestesia o cuidados críticos. Están indicados para un solo uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatos con ventilación mecánica en la anestesia y cuidados críticos.

Área de Uso: Anestesia, Cuidado Intensivo, Paramédico, y Respiratorio.

#### Presentación del producto

Empaques individuales estériles de un solo uso en cajas por 10 unidades.

#### Referencias

Códigos de barras \*Verificar con el grupo de logística del Importador.

#### CIRCUITOS EN POLIPROPILENO DESECHABLE

300P16000	CIRCUITO BASICO ADULTO EN POLIPROPILENO
350/5422	BARRIERBAC
10907	BALON DE ANESTESIA AUTOINFLABLE 3L