

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
CONVOCATORIA PUBLICA No. 20 DE 2013
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS



ITEM 6 CAMILLA PARA PACIENTE CON OBESIDAD MORBIDA

GENERALIDADES DEL EQUIPO	I.M. LOS PINOS	OBSERVACIONES	TECNICA ELECTROMEDICA	OBSERVACIONES
La camilla es hidráulica y/o neumática, rodable y de altura variable para facilitar la transportación segura del paciente dentro del hospital, así como la realización de estudios y la atención médica y cuenta con diferentes posiciones?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con dos bombas hidráulicas?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
La superficie de Plástico es soplado?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Soporta un peso de 220 Kg como mínimo dinámico o en movimiento?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con movimiento de Trendelenburg y Trendelenburg inverso de 12° como mínimo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con elevación de la espalda controlada por resorte de gas o sistema neumático que cubra el rango de 0 a 80° como mínimo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
La altura y descenso son ajustables y cubre el rango de 59 a 85cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
La elevación de rodillas cubre el rango de 0 – 20° como mínimo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
La superficie de la camilla rígida?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Las dimensiones de la superficie del paciente son de 190cm de largo x 76 cm. de ancho, como mínimo?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Las dimensiones de la camilla (con barandales arriba) +/- 5%: longitud total 215 cm y ancho total de 80 cm?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Los barandales laterales son plegables o abatibles?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con parachoques perimetrales de la camilla y/o en cada esquina Cinturones de sujeción para el paciente al menos dos?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con ganchos para bolsas de soluciones o líquidos en ambos lados de la camilla?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con atril porta suero con telescópico de bloqueo automático con posibilidad de ser colocado en dos puntos de la camilla?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con colchoneta de poliuretano de 10 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestática, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección. Dimensiones acorde al modelo de la camilla?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno de y pertenencias del paciente?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con ruedas antiestáticas de 15cm como mínimo, en caucho de alto impacto, que no produzcan ruido, recubiertas en plástico ABS y acero en el interior?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de quinta rueda?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cuenta con acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
El equipo incluye manual técnico y operativo en Español?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Posibles Actualizaciones	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA


HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
CONVOCATORIA PUBLICA No. 20 DE 2013
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS





ITEM 6 CAMILLA PARA PACIENTE CON OBESIDAD MORBIDA

GENERALIDADES DEL EQUIPO	I.M. LOS PINOS	OBSERVACIONES	TECNICA ELECTROMEDICA	OBSERVACIONES
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Describe los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ANEXAÓN CCTP EN LA OFERTA
FACTORES DE CALIFICACION				
COSTO DEL EQUIPO	22.437.269			
Puntaje 60 Puntos	60		NO APLICA	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	381.374			
Puntaje 20 Puntos	20		NO APLICA	
TIEMPO DE GARANTIA	36 Meses			
Puntaje 10 Puntos	10		NO APLICA	
ESTÍMULO INDUSTRIA NACIONAL (Certificado Fabricante Nacional)	SI			
Puntaje 10 Puntos	10		NO APLICA	
CALIFICACION FINAL	100		NO APLICA	


Ing. JAIRO ANDRES BELTRAN SANCHEZ
Profesional Especializado de Equipos Médicos


Dr. Victor Pedraza Lopez
Director Administrativo


DR. CARLOS MARTINEZ CAMARGO
Sub Director de compras y suministros


Dr. Saul Moreno Ramos
Director científico