


HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
CONVOCATORIA PUBLICA No. 20 DE 2013
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS




ITEM 34 BALANZA PARA OBESIDAD MORBIDA

GENERALIDADES DEL EQUIPO	IMCOLMEDICA	OBSERVACIONES
El panel digital es electrónico de columna?	CUMPLE	
La capacidad de carga es mínimo de 250 Kg?	CUMPLE	
La plataforma es amplia y de diseño bajo?	CUMPLE	
El estadimetro tiene un rango de medición mínimo de 60 a 200cm?	CUMPLE	
El equipo tiene opción para medición en Kgs o lbs?	CUMPLE	
La alimentación es por baterías o adaptador a red eléctrica de 110v?	CUMPLE	
El equipo tiene ruedas para transporte?	CUMPLE	
El equipo incluye certificado de calibración?	CUMPLE	
Incluye manual de usuario y técnico?	CUMPLE	
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	CUMPLE	
Posibles Actualizaciones	N/A	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	CUMPLE	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	
Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	CUMPLE	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	CUMPLE	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	CUMPLE	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO	3.273.991	
Puntaje 60 puntos	60	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	375.000	
Puntaje 20 puntos	20	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	0	
Puntaje 10 puntos	0	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	NO	
Puntaje 10 puntos	0 Puntos	
CALIFICACION FINAL	80	


Ing. Jairo Andres Beltran Sanchez
Profesional Especializado de Equipos Médicos


Dr. Carlos Martinez Camargo
Subdirector de compras y suministros


Dr. Victor Pedraza Lopez
Director Administrativo


Dr. Saul Moreno Ramos
Director Científico