




ITEM 42 SIERRA DE MANO

GENERALIDADES DEL EQUIPO	LM INSTRUMENTS	OBSERVACIONES
El Voltaje de operación es de 110-120 V y 50 - 60 Hz?	CUMPLE	
La potencia para su funcionamiento es de 250w como mínimo?	CUMPLE	
El consumo de corriente es de 1.6 - 2.0 Amp?	CUMPLE	
La oscilación es de 12000-21000/min?	CUMPLE	
El nivel acústico es de 70 Db?	CUMPLE	
El nivel de ruido durante el corte es de >85dB?	CUMPLE	
El tipo de protección es de clase II aislamiento protector?	CUMPLE	
Cuenta con interruptor protector de seguridad que desconecta automáticamente el motor en caso de sobrecarga?	CUMPLE	
El peso es de 1 - 2Kg?	CUMPLE	
El equipo incluye manual técnico y operativo en Español?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	LM INSTRUMENTS	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	N/A	
Posibles Actualizaciones	N/A	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
Describe los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	N/A	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	N/A	
Protocolos de mantenimiento.	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	N/A	
Valor agregado por la empresa.	N/A	
Tiempo de Garantía	24 meses	
EVALUACION TECNICA FINAL	NO CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO		
Puntaje 60 puntos	No Aplica	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO		
Puntaje 20 puntos	No Aplica	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL		
Puntaje 10 puntos	No Aplica	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)		
Puntaje 10 puntos	No Aplica	
CALIFICACION FINAL	No Aplica	


Ing. Jairo Andres Beltran Sanchez
Profesional Especializado de Equipos Médicos


Dr. Saul Eduardo Moreno
Director Científico


Dr. Victor Pedraza
Director Administrativo


Dr. Carlos Martines Camargo
Subdirector Compras y Suministros