



ITEM 35 ELECTROCARDIOGRAFO

GENERALIDADES DEL EQUIPO		QUIRURGICOS	OBSERVACIONES	AMAREY	OBSERVACIONES	REM EQUIPOS	OBSERVACIONES	IMCOL MEDICA	OBSERVACIONES
El equipo permite registro de 1 y 3 canales?	CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo cuenta con pantalla LCD numérica y grafica?	CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo detecta marcapasos?	CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo cuenta con alarma audible y visual e indicadores en caso de contacto inadecuado de los electrodos, mala operación, batería baja o falta de papel?	CUMPLE			NO CUMPLE	EL FOLIO DADO CORRESPONDE A ESPECIFICACIONES DE UN DESFIBRILADOR	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo cuenta con registro automático de 12 derivaciones?	CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El funcionamiento del equipo es con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de dos horas o que permita realizar por lo menos 40 registros?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EL TIEMPO DE BATERIA	CUMPLE			CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo cuenta con modos de funcionamiento: Manual; adquisición e impresión en tiempo real, Automático; adquisición simultánea?	CUMPLE			NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo tiene botón de pulso de calibración?	CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo tiene dos (2) juegos de cables a paciente con derivaciones (I, II, III, AVF, AVL, AVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6) con pinzas para extremidades?	NO CUMPLE	SOLO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE UN CABLE EN EL FOLIO 311	NO CUMPLE	SOLO SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE UN CABLE EN EL FOLIO 204	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA LA CANTIDAD DE CABLES A ENTREGAR		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
Los electrodos vienen organizados por derivaciones con codificación internacional por colores para su fácil manejo?	CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo cuenta con protección contra descargas de desfibrilador?	CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo cuenta con ajuste de sensibilidad y velocidad?	CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
La impresora es térmica?	CUMPLE			NO CUMPLE	ESTA ESPECIFICACION NO SE EVIDENCIA EN EL MANUAL	CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
Cuenta con filtros para interferencia de red y temblores musculares?	CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo incluye carro de transporte especialmente diseñado para el equipo al cual debe venir fijado?	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 311	CUMPLE			NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 63		NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN FOLIO EXACTO
El equipo incluye manual de usuario y técnico en español?	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	CUMPLE			CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 533-706	CUMPLE	
Posibles Actualizaciones	NO CUMPLE	ESPECIFICAN QUE NO APLICA	CUMPLE			NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792		CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE			CUMPLE		NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792		CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE			CUMPLE		NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792		CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	NO CUMPLE	EN EL FOLIO 095 NO SE EVIDENCIA TIEMPO	CUMPLE			NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792		CUMPLE	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 300	CUMPLE			NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792		CUMPLE	
Describe los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	CUMPLE		CUMPLE			NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792		CUMPLE	

Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	CUMPLE		CUMPLE		NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792	CUMPLE	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE		CUMPLE		NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE		CUMPLE		NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792	NO CUMPLE	EN EL FOLIO 154 ESPECIFICAN QUE NO TIENE CONTROL DE CALIDAD
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	CUMPLE		CUMPLE		NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792	CUMPLE	
EVALUACION TECNICA FINAL	NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 792	NO CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION							
COSTO DEL EQUIPO							
Puntaje 60 puntos							
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO							
Puntaje 20 puntos							
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL (Años)							
Puntaje 10 puntos							
ESTIMULO INDUSTRIAL COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)							
Puntaje 10 puntos							
CALIFICACION FINAL							

 Ing. Jairo Andres Beltran Sanchez

 Profesional Especializado de Equipos Médicos

 Dr. Saul Eduardo Moreno

 Director Científico

 Dr. Victor Pedraza

 Director Administrativo

 Carlos Martinez

 Subdirector de Compras