



**ITEM 21 LARINGOSCOPIO**

| <b>GENERALIDADES DEL EQUIPO</b>  | <b>IMCOLMEDICA</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                            |
|--|--------------------|---|
| El mango esta hecho de metal y no causa corrosión, acabado en acanalado o rugoso compatibles con todos los modelos de hojas?   | CUMPLE             |   |
| Las baterías son recargables o alcalinas?  | NO CUMPLE          | NO SE EVIDENCIA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA |
| La fibra óptica es de luz blanca de 2.5 Volts como mínimo?   | NO CUMPLE          | NO SE EVIDENCIA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA |
| Las hojas se encuentran hechas en acero inoxidable y de tipo curva (Macintosh), tipo recta (Miller) y resistentes a golpes?  | NO CUMPLE          | NO SE EVIDENCIA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA |
| El equipo cuenta con hojas de tamaño: 1 Pediátrico. 1 y 2 (Macintosh), 1 Pediátrico. 1 y 2 (Miller), 1 Adultos. 1,2,3 y 4 (Macintosh), 1 Adultos. 1,2,3 y 4 (Miller)?  | NO CUMPLE          | NO SE EVIDENCIA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA |
| El equipo cuenta con los siguientes accesorios: 1 Cargador, para el caso del mango con alimentación recargable, 2 Batería recargable, para el caso del mango con alimentación recargable, 1 Estuche para laringo y accesorios, de fácil limpieza, 3 Lámpara de repuesto de cada referencia que se requiera, 2 Baterías alcalinas, para el caso del mango con alimentación no recargable? | NO CUMPLE          | NO SE EVIDENCIA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA |
| El equipo incluye procesos específicos de limpieza y desinfección y peso del mango con baterías?   | NO CUMPLE          | NO SE EVIDENCIA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA |
| Incluye manual de usuario y técnico en español?  | CUMPLE             |   |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| <b>EVALUACION TECNICA FINAL</b>                                      | <b>NO CUMPLE</b> |  |
| <b>FACTORES DE CALIFICACION</b>                                      |                  |  |
| <b>COSTO DEL EQUIPO</b>  |                  |  |
| Puntaje 60 Puntos  | NO APLICA        |  |
| <b>COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO</b>                                  |                  |  |
| Puntaje 20 Puntos  | NO APLICA        |  |
| <b>TIEMPO DE GARANTIA (años)</b>                                     |                  |  |
| Puntaje 10 Puntos  | NO APLICA        |  |
| <b>ESTÍMULO INDUSTRIA NACIONAL (Certificado Fabricante Nacional)</b> |                  |  |
| Puntaje 10 Puntos  | NO APLICA        |  |
| <b>CALIFICACION FINAL</b>  | <b>NO APLICA</b> |  |

  
**Ing. Jairo Andres Beltran Sanchez**  
 Profesional Especializado de Equipos Médicos

  
**Dr. Saul Eduardo Moreno**  
 Director científico

  
**Dr. Victor Pedraza**  
 Director Administrativo

**Dra. Carlos Martínez**  
 Subdirector Compras