



ITEM 9 INSTRUMENTAL CARDIO VASCULAR						
GENERALIDADES DEL EQUIPO	DIQUIROL S.A	OBSERVACIONES	LIBCOM	OBSERVACIONES	LM INSTRUMENTS	OBSERVACIONES
Haga la descripción del instrumental que compone el equipo de cierre?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRÓ FOLIO DONDE SE SUSTENTE LA RESPUESTA	CUMPLE	
Haga la descripción del instrumental que compone el equipo de safenectomia?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRÓ FOLIO DONDE SE SUSTENTE LA RESPUESTA	CUMPLE	
Haga la descripción del instrumental que compone el equipo de válvula mitral?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRÓ FOLIO DONDE SE SUSTENTE LA RESPUESTA	CUMPLE	
Haga la descripción del instrumental que compone el instrumental adicional?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRÓ FOLIO DONDE SE SUSTENTE LA RESPUESTA	CUMPLE	
Haga la descripción del instrumental que compone el equipo de válvula aorta?	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE ENCONTRÓ FOLIO DONDE SE SUSTENTE LA RESPUESTA	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	DIQUIROL S.A	OBSERVACIONES	LIBCOM	OBSERVACIONES	LM INSTRUMENTS	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	N/A		N/A		N/A	
Posibles Actualizaciones	N/A		N/A		N/A	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA INFORMACION EN NINGUN FOLIO	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	N/A		N/A		N/A	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (S/NO).	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA INFORMACION EN NINGUN FOLIO	CUMPLE	
Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	N/A		N/A		N/A	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	N/A		N/A		N/A	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA INFORMACION EN NINGUN FOLIO	CUMPLE	

En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA INFORMACION EN NINGUN FOLIO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA INFORMACION EN NINGUN FOLIO
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	N/A		N/A		N/A	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA INFORMACION EN NINGUN FOLIO	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA INFORMACION EN NINGUN FOLIO
FACTORES DE CALIFICACION						
COSTO DEL EQUIPO	96,625,720					
Puntaje 60 Puntos	60		NO APLICA		NO APLICA	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	-					
Puntaje 20 Puntos	0		NO APLICA		NO APLICA	
TIEMPO DE GARANTIA (años)	3 Años					
Puntaje 10 Puntos	10		NO APLICA		NO APLICA	
ESTIMULO INDUSTRIA NACIONAL (Certificado Fabricante Nacional)	NO					
Puntaje 10 Puntos	0		NO APLICA		NO APLICA	
CALIFICACION FINAL	70		NO APLICA		NO APLICA	




Ing. Jairo Andres Beltran Sanchez
 Profesional Especializado de Equipos Médicos

Dr. Saul Eduardo Moreno
 Director científico

Dr. Victor Pedraza
 Director Administrativo

Dra. Carlos Martinez
 Subdirector Compras