



ITEM 12 HIDROCOLLECTOR

GENERALIDADES DEL EQUIPO	ORTOPEDICOS FUTURO	OBSERVACIONES
El calentador es en acero inoxidable calibre 18 con cubierta para calentar Hot Packs?	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA ESPESOR
Las dimensiones del equipo son: 60 x 40 x 80cc como mínimo?	CUMPLE	
El voltaje de operación es de 110-120V y 50/60Hz?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
El equipo incluye 12 paquetes estándar?	CUMPLE	
El tanque es en acero inoxidable calibre 18?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
EL Aislamiento con el que cuenta el equipo es térmico y en fibra de vidrio?	CUMPLE	
El estante (rejilla) interno es desmontable y con capacidad para 12 paquetes estándar o una combinación de paquetes grandes y cervicales en posición vertical?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
El equipo cuenta con controlador digital para ajustar el calentamiento del agua entre 70° - 80°C, con un Set Point a 75° C + / - 3 %?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
El equipo cuenta con ruedas antiestáticas para desplazamiento en caucho de alto impacto, que no produzcan ruido, recubiertas en plástico ABS y acero en el interior y con freno?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
El equipo incluye manual técnico y operativo en español?	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
MANTENIMIENTO	ORTOPEDICOS FUTURO	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
Posibles Actualizaciones	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA FOLIO QUE SUSTENTE LA RESPUESTA

Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	NO CUMPLE	NO ENCUENTRA FOLIO SUSTENTE RESPUESTA	SE QUE LA
Describe los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	NO CUMPLE	NO ENCUENTRA FOLIO SUSTENTE RESPUESTA	SE QUE LA
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	NO CUMPLE	NO ENCUENTRA FOLIO SUSTENTE RESPUESTA	SE QUE LA
Protocolos de mantenimiento.	NO CUMPLE	NO ENCUENTRA FOLIO SUSTENTE RESPUESTA	SE QUE LA
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	NO CUMPLE	NO ENCUENTRA FOLIO SUSTENTE RESPUESTA	SE QUE LA
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	NO CUMPLE	NO ENCUENTRA FOLIO SUSTENTE RESPUESTA	SE QUE LA
EVALUACION TECNICA FINAL	NO CUMPLE		
FACTORES DE CALIFICACION			
COSTO DEL EQUIPO			
Puntaje 60 Puntos	NO APLICA		
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO			
Puntaje 20 Puntos	NO APLICA		
TIEMPO DE GARANTIA (años)			
Puntaje 10 Puntos	NO APLICA		
ESTÍMULO INDUSTRIA NACIONAL (Certificado Fabricante Nacional)			
Puntaje 10 Puntos	NO APLICA		
CALIFICACION FINAL	NO APLICA		


 Ing. Jairo Andres Beltran Sanchez
 Profesional Especializado de Equipos Médicos

 Dr. Victor Pedraza
 Director Administrativo


 Dr. Saul Eduardo Moreno
 Director científico

 Dr. Carlos Martinez Camargo
 Subdirector de compras y suministros