

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
CONVOCATORIA PUBLICA No. 20 DE 2013



ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

ITEM 26 DUODENOSCOPIO

GENERALIDADES DEL EQUIPO	HOSPIMEDICS	OBSERVACIONES
El diámetro del tubo de inserción del equipo esta entre 11.3 y 11.6mm?	CUMPLE	
El diámetro del canal de trabajo es de 4.2mm y es para manejo terapéutico?	CUMPLE	
La longitud de trabajo se encuentra entre 1240 a 1250mm?	CUMPLE	
El campo de visión es de 100°?	CUMPLE	
El equipo cuenta con ángulos de visión hacia arriba de 120°, hacia abajo 90°, a la izquierda de 90° y a la derecha 110°?	CUMPLE	
La distancia mínima de visión es de 10mm desde el extremo distal?	CUMPLE	
El elevador distal para incrementar la capacidad terapéutica y accesorios alcanzan 90° de angulación sin colapsar?	CUMPLE	
El equipo incluye los siguientes accesorios: Sistemas de irrigación, Válvulas aire, agua, succión, biopsia, Cánulas terapéuticas, Cepillos de limpieza, Pinza biopsia biliar?	CUMPLE	
El equipo incluye manual de usuario y técnico?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	HOSPIMEDICS	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	N/A	
Posibles Actualizaciones	N/A	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	CUMPLE	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	
Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	N/A	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	N/A	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	N/A	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO	170.984.000	
Puntaje 60 puntos	60	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	NO	
Puntaje 20 puntos	0	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL (Años)	0	
Puntaje 10 puntos	0	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	NO	
Puntaje 10 puntos	0	
CALIFICACION FINAL	60	

Ing. Jairo Andres Beltrán Sanchez
Profesional Especializado de Equipos Médicos

Dr. Saul Eduardo Moreno
Director científico

Dr. Victor Pedraza
Director Administrativo

Carlos Martínez
Subdirector de Compras