

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
CONVOCATORIA PUBLICA No. 20 DE 2013



ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

ITEM 5 CAMILLA DE TRANSPORTE

GENERALIDADES DEL EQUIPO	I.M LOS PINOS	OBSERVACIONES
La estructura es en tubería redonda de acero al carbón ColdRolle?	CUMPLE	
Soporta un peso de 140 Kg como mínimo en movimiento?	CUMPLE	
El tendido o superficie es en lámina ColdRolled?	CUMPLE	
Cuenta con posiciones básicas como Horizontal, semisentado y con inclinación de espaldar a 4 posiciones fijas?	CUMPLE	
Cuenta con movimiento de Trendelemburg y Trendelemburg inverso?	CUMPLE	
Cuenta con barandas de seguridad a lo largo de la camilla, con desplazamiento abatible y cromadas con seguro?	CUMPLE	
Cuenta con atril portasuero de doble servicio cromado?	CUMPLE	
Cuenta con bisel plástico en todo su perímetro para proteger las paredes?	CUMPLE	
Las ruedas son antiestáticas de 4" como mínimo, que no produzcan ruido, recubiertas en plástico ABS y acero en el interior con frenos?	CUMPLE	
La colchoneta es de poliuretano de 10 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestática, sin costuras, con recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección y dimensiones acorde al modelo de la camilla?	CUMPLE	
El acabado es en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia?	CUMPLE	
El equipo incluye manual técnico y operativo en Español?	CUMPLE	
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	CUMPLE	
Posibles Actualizaciones	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	CUMPLE	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	
Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	CUMPLE	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	CUMPLE	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	CUMPLE	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO	22.240.958	
Puntaje 60 puntos	60	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	697.205	
Puntaje 20 puntos	20	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL (Años)	1	
Puntaje 10 puntos	10	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	si	
Puntaje 10 puntos	10	
CALIFICACION FINAL	100	

Ing. JAIRO ANDRES BELTRAN SANCHEZ  
Profesional Especializado de Equipos Médicos

DR. CARLOS MARTINEZ CAMARGO  
Sub Director de compras y suministros

Dr. Victor Pedraza Lopez  
Director Administrativo

Dr. Saul Moreno Ramos  
Director científico