


ITEM 41 BALANZA DE PISO

GENERALIDADES DEL EQUIPO	IMCOLMEDICA	OBSERVACIONES
El equipo cuenta con plataforma de piso?	CUMPLE	
El equipo es portátil?	CUMPLE	
Cuenta con indicador de peso digital?	CUMPLE	
La capacidad mínima es de 160kg?	CUMPLE	
El equipo cuenta con certificado de calibración?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO		
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	CUMPLE	
Posibles Actualizaciones	N/A	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	CUMPLE	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	
Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	CUMPLE	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	CUMPLE	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	CUMPLE	
Valor agregado por la empresa.	N/A	
Tiempo de Garantía	24 meses	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO	\$ 1.243.717	
Puntaje 60 puntos	60	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	\$ 185.414	
Puntaje 20 puntos	20	
TIEMPO DE GARANTIA ADISIONAL	0	
Puntaje 10 puntos	0	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	No	
Puntaje 10 puntos	0	
CALIFICACION FINAL	80	


Ing. Jairo Andres Beltran Sanchez
Profesional Especializado de Equipos Médicos


Dr. Victor Pedraza
Director Administrativo


Dr. Saul Eduardo Moreno
Director científico


Dr. Carlos Martinez Camargo
Subdirector Compras y Suministros