

ITEM 24 CONSOLA PARA BALON DE CONTRAPULSACION		
GENERALIDADES DEL EQUIPO	G BARCO	OBSERVACIONES
Cuenta con un monitor mínimo de 8 pulgadas?	CUMPLE	
El idioma del equipo es en español e ingles como mínimo?	CUMPLE	
La pantalla es rotatoria y el monitor removible?	CUMPLE	
Cuenta con sensor de fibra óptica?	CUMPLE	
Cuenta con manilla ergonómica?	CUMPLE	
El atril es de fácil acceso?	CUMPLE	
Cuenta con toma para ECG, balón y línea arterial (En caso de no usar fibra óptica)?	CUMPLE	
Cuenta con medidor de nivel de helio?	CUMPLE	
Cuenta con tanque de helio de fácil acceso, recargable y reutilizable?	CUMPLE	
Cuenta con impresora para obtener combinación de curvas?	CUMPLE	
Cuenta con compartimiento para doppler?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	G BARCO	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	CUMPLE	
Posibles Actualizaciones	N/A	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	CUMPLE	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	
Describe los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	CUMPLE	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	CUMPLE	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	N/A	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO	\$ 147.088.000	
Puntaje 65 puntos	65	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	\$ 0	
Puntaje 5 puntos	0	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	0 AÑOS	
Puntaje 20 puntos	0	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	N/A	
Puntaje 10 puntos	0	
CALIFICACION FINAL	65	

DOC. MANUEL MATAMOROS

Director administrativo (E)

DOC. CARLOS ALFONSO MARTINEZ

Sub Director Bienes Compras y Suministros