

ITEM 3 CAMILLA PARA CONSULTORIO		
GENERALIDADES DEL EQUIPO	HOSPITECNICA	OBSERVACIONES
La estructura es en tubería redonda de acero al carbón ColdRolled?	CUMPLE	
El tendido o superficie es en lámina ColdRolled?	CUMPLE	
La camilla es estática o fija?	CUMPLE	
El tapizado es en poliuretano de 15cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestática, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección, dimensiones acorde al modelo de la camilla?	CUMPLE	
El acabado es en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia?	CUMPLE	
El equipo incluye manual técnico y operativo en Español?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	EMPRESA	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	NO APLICA	
Posibles Actualizaciones	NO APLICA	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	24 HORAS	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	
Describe los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	NO APLICA	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	NO APLICA	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	

1

Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	CUMPLE	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	CUMPLE	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	N/A	
<b>EVALUACION TECNICA FINAL</b>		
<b>FACTORES DE CALIFICACION</b>		
<b>COSTO DEL EQUIPO</b>	\$ 55.999.972	
Puntaje 65 puntos	65	
<b>COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO</b>	\$ 569.172	
Puntaje 5 puntos	5	
<b>TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL</b>	0 AÑOS	
Puntaje 20 puntos	0	
<b>ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)</b>	0	
Puntaje 10 puntos	0	
<b>CALIFICACION FINAL</b>	70	

DOC. MANUEL MATAMOROS

Director administrativo (E)

DOC. SAUL MORENO

Director Científico

DOC. CARLOS ALFONSO MARTINEZ

Sub Director Bienes Compras y Suministros

ING. JAIRO ANDRES BELTRAN S

Equipos Medico en Mision