

ITEM 2 MESA EXAMEN GINECOLOGICO		
GENERALIDADES DEL EQUIPO	HOSPITECNICA	OBSERVACIONES
Las dimensiones de la camilla son: Altura total entre 85cm y 90cm, longitud total de la superficie acojinada de 170cm como mínimo y ancho de 60cm como mínimo?	CUMPLE	
Soporte un peso de 140 Kg como mínimo?	CUMPLE	
La recubierta es de pintura horneada electrostática en polvo de alta resistencia?	CUMPLE	
La base de la camilla es tubular con medidas de Redondo de 38.1mm (1 ½") de diámetro calibre 16, Travesaños en tubular de 25.4mm (1") de diámetro, altura de los travesaños de 20cm como mínimo con respecto al piso y con niveladores?	CUMPLE	
La superficie de la mesa es en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304 dividida en tres secciones como son DORSO, PELVICA, MIEMBROS INFERIORES?	CUMPLE	
El DORSO cuenta con sistema de abatimiento tipo candado, Con elevación continua ajustable de -10° a 70° como mínimo?	CUMPLE	
La PELVICA cuenta con sistema de elevación de 15° como máximo, Con vertedero en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, para desalojar o desechar material de curación hacia la cubeta, Mecanismo para fijación del soporte de pierneras y taloneras, El soporte de las pierneras deberá ser en barra de acero al carbón redondo de 16mm. (5/8") cromada, pierneras y taloneras de aluminio sin poros?	CUMPLE	
Los MIEMBROS INFERIORES cuentan con sistema de abatimiento, que bascule a 90° como mínimo sin apoyarse sobre la estructura de la mesa, con colchón en espuma de poliuretano de alta densidad de 24Kg firme, montable y desmontable, antiestático, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, dimensiones acorde al modelo de la mesa, banco de apoyo de un peldaño: Estructura en tubo redondo de acero calibre 18 de 0.6mm (1/64") de espesor y diámetro de 25.4mm (1") acabado cromado, plataforma en lámina de acero calibre 18 de 0.6mm (1/64") de espesor acabado cromado, cubierta de hule antiderrapante acabado estriado color negro que soporte como mínimo 150kg, Cubeta de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, acabado mate, asa de acero inoxidable redondo de 6.3mm (1/4") de diámetro, Poste para infusiones con fijador. Hombreras (2). Cabecera (1). Barandales (2), Taloneras retráctiles integradas o removibles (Pierneras) Estribos de aluminio o plástico removibles, o integrados a la mesa deslizables, Cojín ginecológico (dona gine	CUMPLE	

La camilla incluye manual técnico y operativo en español?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	CUMPLE	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	NO APLICA	
Posibles Actualizaciones	NO APLICA	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	24 HORAS	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	
Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	NO APLICA	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	NO APLICA	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	CUMPLE	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO	\$ 4.408.000	
Puntaje 65 puntos	65	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	\$ 0	
Puntaje 5 puntos	0	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	\$ 0	
Puntaje 20 puntos	0	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	0	
Puntaje 10 puntos	0	
CALIFICACION FINAL	65	

DOC. MANUEL MATAMOROS
Director administrativo (E)

DOC. SAUL MORENO
Director Científico

DOC. CARLOS ALFONSO MARTINEZ
Sub Director Bienes Compras y Suministros

ING. JAIRO ANDRES BELTRAN S
Profesional Especializado de Equipos Medico en Mision