

ITEM 5 HIDROCOLECTOR		
GENERALIDADES DEL EQUIPO	HOSPITECNICA	OBSERVACIONES
El calentador es en acero inoxidable calibre 18 con cubierta para calentar Hot Packs?	CUMPLE	
Las dimensiones del equipo son: 60 x 40 x 80cc como mínimo?	CUMPLE	
El voltaje de operación es de 110-120V y 50/60Hz?	CUMPLE	
El equipo incluye 12 paquetes estándar?	CUMPLE	
El tanque es en acero inoxidable calibre 18?	CUMPLE	
El Aislamiento con el que cuenta el equipo es térmico y en fibra de vidrio?	CUMPLE	
El estante (rejilla) interno es desmontable y con capacidad para 12 paquetes estándar o una combinación de paquetes grandes y cervicales en posición vertical?	CUMPLE	
El equipo cuenta con controlador digital para ajustar el calentamiento del agua entre 70° - 80°C, con un Set Point a 75° C + / - 3 %?	CUMPLE	
El equipo cuenta con ruedas antiestáticas para desplazamiento en caucho de alto impacto, que no produzcan ruido, recubiertas en plástico ABS y acero en el interior y con freno?	CUMPLE	
El equipo incluye manual técnico y operativo en español?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	EMPRESA	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	NO APLICA	
Posibles Actualizaciones	NO APLICA	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	24 HORAS	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	
Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	NO APLICA	

Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	NO APLICA	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	CUMPLE	
EVALUACION TECNICA FINAL	CUMPLE	
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO	\$ 7.192.000	
Puntaje 65 puntos	65	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	0	
Puntaje 5 puntos	0	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	0 AÑOS	
Puntaje 20 puntos	0	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	0	
Puntaje 10 puntos	0	
CALIFICACION FINAL	65	

DOC. MANUEL MATAMOROS

Director administrativo (E)

DOC. SAUL MORENO

Director Científico

DOC. CARLOS ALFONSO MARTINEZ

Sub Director Bienes
Compras y Suministros

ING. JAIRO ANDRES BELTRAN S

Profesional Especializado de
Equipos Medico en Mision