

| ITEM 15 REGULADOR DE VACIO | | |
|---|---------------|---------------|
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | ASSIST | OBSERVACIONES |
| La toma de vacío es de pared? | CUMPLE | |
| El equipo trabaja con modo continuo y cuenta con regulado de succión? | CUMPLE | |
| El acople es toma chemetron tipo rápido y/o diss según el área correspondiente? | CUMPLE | |
| El manómetro de precisión indica un rango de vacío de 0 - 760mmhg? | CUMPLE | |
| La trampa de residuos es autoclavable con conexión diss y válvula de seguridad de llenado? | CUMPLE | |
| Cuenta con puntos de conexión a la trampa y adaptador de toma reforzados para evitar rupturas por peso? | CUMPLE | |
| MANTENIMIENTO | EMPRESA | OBSERVACIONES |
| Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad. | CUMPLE | |
| Posibles Actualizaciones | NO APLICA | |
| El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo | CUMPLE | |
| El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo | CUMPLE | |
| Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto. | CUMPLE | |
| Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO). | CUMPLE | |
| Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología. | CUMPLE | |
| Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología. | CUMPLE | |
| Protocolos de mantenimiento. | CUMPLE | |
| En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO). | CUMPLE | |
| Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo. | CUMPLE | |
| EVALUACION TECNICA FINAL | CUMPLE | |
| FACTORES DE CALIFICACION | | |
| COSTO DEL EQUIPO | \$ 30.693.600 | |
| Puntaje 65 puntos | 65 | |
| COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO | \$ 10.132.600 | |
| Puntaje 5 puntos | 5 | |
| TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL | 1 AÑO | |
| Puntaje 20 puntos | 20 | |
| ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional) | 0 | |
| Puntaje 10 puntos | 0 | |
| CALIFICACION FINAL | 90 | |

DOC. MANUEL MATAMOROS

Director administrativo (E)

DOC. CARLOS ALFONSO MARTINEZ

Sub Director Bienes Compras y Suministros

DOC. SAUL MORENO

ING. JAIRO ANDRES BELTRAN S
Profesional