

ITEM 4 SUCCIONADOR DE MOTOR		
GENERALIDADES DEL EQUIPO	QUIRURGIL	OBSERVACIONES
El succionador es portátil de carcasa no metálica, resistente al agua y fácil limpieza?	CUMPLE	
La manija de transporte y base de botella son resistentes y cuenta con recipiente de fluidos autoclavable?	CUMPLE	
La capacidad de la botella es de mínimo 1000cc?	CUMPLE	
El equipo cuenta con filtro para Succión?	CUMPLE	
El equipo cuenta con mangueras siliconadas (2mt) y resistentes con adaptadores?	CUMPLE	
El equipo cuenta con sistema de seguridad de llenado de la botella?	CUMPLE	
El equipo cuenta manómetro de trabajo con rango de 0 a -700mmhg o equivalente?	CUMPLE	
El equipo tiene válvula reguladora de succión?	CUMPLE	
La fuente de alimentación del equipo es de 110vAC?	CUMPLE	
El equipo cuenta con batería mínimo 2 horas de duración y tiempo de carga máximo a 8 horas?	CUMPLE	
El equipo cuenta con unidad de succión del motor por diafragma?	CUMPLE	
El equipo permite tener mínima contaminación auditiva, un máximo de 60db?	CUMPLE	
El equipo incluye manual de usuario y técnico?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	QUIRURGIL	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	CUMPLE	
Posibles Actualizaciones	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	10 DIAS HABILES	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	

Describe los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	CUMPLE	
Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	CUMPLE	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	N/A	
EVALUACION TECNICA FINAL		
FACTORES DE CALIFICACION		
COSTO DEL EQUIPO	\$ 55.999.972	
Puntaje 65 puntos	65	
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO	\$ 569.172	
Puntaje 5 puntos	5	
TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	0 AÑOS	
Puntaje 20 puntos	0	
ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)	0	
Puntaje 10 puntos	0	
CALIFICACION FINAL	70	


DOC. MANUEL MATAMOROS

Director administrativo (E)



DOC. SAUL MORENO

Director Científico



DOC. CARLOS ALFONSO MARTINEZ

Sub Director Bienes Compras y Suministros



ING. JAIRO ANDRES BELTRAN S

Equipos Medico en Mision