



ITEM 7 BANDA SIN FIN		
GENERALIDADES DEL EQUIPO	HOSPITECNICA	OBSERVACIONES
El rango de velocidad del equipo es de 0 a 12mph mínimo?	CUMPLE	
El equipo cuenta con mínimo 10 programas de rehabilitación preestablecidos?	CUMPLE	
La elevación automática programable del ángulo es de mínimo el 15%?	CUMPLE	
El equipo cuenta con pasa manos	CUMPLE	
de soporte lateral largo?	CUMPLE	
El equipo incluye sensor de ritmo cardíaco de contacto y telemetría con banda pectoral?	CUMPLE	
El panel del equipo es digital donde permite visualizar velocidad, tiempo, calorías, inclinación y ritmo cardíaco?	CUMPLE	
El panel permite programar velocidad, inclinación y límites de tiempo por usuario?	CUMPLE	
El sistema de parada de emergencia es manual y cuenta con cable de seguridad para el paciente?	CUMPLE	
La capacidad para usuarios es mínimo de 180Kg?	CUMPLE	
La estructura del marco es en material acero?	CUMPLE	
El equipo es de tráfico pesado sin tiempo límite de ejercicio?	CUMPLE	
El equipo incluye manual de usuario y técnico?	CUMPLE	
MANTENIMIENTO	HOSPITECNICA	OBSERVACIONES
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante para el equipo y su periodicidad.	N/A	
Posibles Actualizaciones	N/A	
El tiempo máximo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas máximo	CUMPLE	
El tiempo máximo garantizado de resolución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48 horas máximo	CUMPLE	
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de cualquier repuesto.	CUMPLE	
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de servicio el equipo (SI/NO).	CUMPLE	
Describa los equipos de calibración y verificación disponibles que la empresa tiene para este tipo de tecnología.	N/A	

Detallar sistema de metrología y control de calidad de la empresa hacia la tecnología.	N/A	
Protocolos de mantenimiento.	CUMPLE	
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO).	CUMPLE	
Plan de renovación tecnológica propuesta al terminar el tiempo de vida útil del equipo.	CUMPLE	
<b>EVALUACION TECNICA FINAL</b>	<b>CUMPLE</b>	
<b>FACTORES DE CALIFICACION</b>		
<b>COSTO DEL EQUIPO</b>	\$ 13.140.000	
Puntaje 65 puntos	65	
<b>COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO</b>	0	
Puntaje 5 puntos	0	
<b>TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL</b>	0 AÑOS	
Puntaje 20 puntos	0	
<b>ESTIMULO INDUSTRIA COLOMBIANA (Certificado fabricante nacional)</b>	NO	
Puntaje 10 puntos	0	
<b>CALIFICACION FINAL</b>	65	

\_\_\_\_\_  
DOC. MANUEL MATAMOROS  
Director administrativo (E)

  
DOC. CARLOS ALFONSO MARTINEZ  
Sub Director Bienes Compras y Suministros

  
DOC. SAUL MORENO  
Director Científico

  
ING. JAIRO ANDRES BELTRAN S  
Profesional Especializado de Equipos Medico en  
Mision