



**HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA**

Empresa Social del Estado

Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

05RH39-V1

Bogota, 19 de Octubre de 2016

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ACLARA

Que una vez abierto el proceso de la invitación a cotizar AG 078 que se omitió dentro de las especificaciones técnicas del lente de 30 grados 4 mm... de diámetro para urología que este lente debe ser marca olympus debido a que debe ser compatible con la tecnología existente en el área.

Cordialmente,

CARLOS ALFONSO MARTINEZ CAMARGO
Subdirector Bienes – Compras y Suministros

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10711 www.hus.org.co

“Unidos por tu Bienestar”

