

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA



ACTA No

REUNION DE: JUNTA DE CONTRATOS Y LICITACIONES

FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2014 **HORA INICIO:** 11:00 A.M **HORA TERMINACION:** 12:00 M

05PR06-V2

ASISTENTES		
NOMBRE		AREA O SERVICIO
VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ	INTEGRANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SAUL EDUARDO MORENO RAMOS	INTEGRANTE	DIRECTOR CIENTIFICO
ALEJANDRA GALVEZ PRIETO	INVITADA	ASESORA JURIDICA
CARLOS ALFONSO MARTÍNEZ CAMARGO	INTEGRANTE	SUBDIRECTOR DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS
MARLESBY SOTELO	INVITADA	SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
ANGELICA BOSIGAS LEON	INVITADA	ABOGADA EN MISION
JAIRO BELTRAN SANCHEZ	INVITADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE EQUIPOS MEDICOS
HERNAN AGUILLON	INVITADO	LÍDER DE ALMACEN GENERAL

OBJETIVO
Analizar las observaciones de las convocatorias públicas N° 4 Y 9 DEL 2014

TEMA A TRATAR
Resultados de las observaciones presentadas por los oferentes de las convocatorias públicas N° 4 Y 9 de 2014

DESARROLLO
<p>Una vez la junta de licitaciones y contratos se reunió, se procedió a escuchar observaciones presentadas por los oferentes en las convocatorias públicas N° 4 Y 9, en las cuales se encontró:</p> <p align="center">CONVOCATORIA PUBLICA N° 04 "Suministro de material de apoyo clínico para la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana Bogotá DC. y sus unidades funcionales de Zipaquirá y Girardot</p> <p>ENTIDADES QUE PRESENTARON OBSERVACIONES: SURGICON CIA.</p> <p>De manera atenta nos permitimos dar respuesta a las observaciones realizadas por ustedes en relación al ítem 71 del anexo 5 (PAPEL SÚPER CREPADO RESISTENTE AL AGUA Y AL ALCOHOL DE 1.20 X1.20 MTS CAJA X 100 PLIEGOS.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ALFA TRADING : por error involuntario no se totalizo el valor de la oferta para este ítem por este proponente, la cual fue de \$ 119.000 + IVA (caja x 100 pliegos) MERPRONI S.A.S por error se escribió cumple a este oferente, quien no oferto este producto, razón por la cual no le fue signado puntaje alguno ni información adicional. SURGIPAST LTDA. por error se tomó el valor de referencia sin IVA lo que afecto la calificación de este ítem para este proveedor, cabe aclarar que el precio ofertado está dentro de los parámetros de calificación establecidos por el HUS SURGICON. de igual forma que el proveedor anterior por error se tomó el valor de referencia sin IVA lo que afecto la calificación de este ítem para este proveedor, cabe aclarar que el precio ofertado está dentro de los parámetros de calificación establecidos por el HUS <p>Teniendo en cuenta estas observaciones nos permitimos dar la calificación para este ítem de la siguiente forma:</p>

DESARROLLO

PRODUCTO	ALFA TRADING	SURGIPLAST	SURGICON
	V/R UNIT CON IVA	V/R UNIT CON IVA	V/R UNIT CON IVA
Papel súper crepado resistente al agua y alcohol de 1.20 x 1.20 mts caja x 100 pliegos	\$ 138.040	\$ 162.400	\$ 177.364
PUNTAJE	100	85	78

De acuerdo a las ofertas presentadas este ítem le queda adjudicado al proveedor ALFA TRADING.

CONVOCATORIA PUBLICA N° 09 "Suministro de Repuestos para equipos médicos para la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana Bogotá DC. y sus unidades funcionales de Zipaquirá y Girardot

ENTIDADES QUE PRESENTARON OBSERVACIONES: HOSPITECNICA LTDA, IMCOLMEDICA S.A, JOMEDICAL SAS, B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA, TECNICA ELECTROMEDICA, ASSIST INGENIERIA SAS, INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA, INGENIERIA MEDICA ESPECIALIZADA IMES.

HOSPITECNICA LTDA

ITEM No 15 BRAZALETE DE UNA VIA ADULTO REUSABLE MACHO MACHO (GIRARDOT)

Se nos califica como NO CUMPLE el conector solicitado, el producto que se encuentra en evaluación es el brazalete HOSPITECNICA LTDA como importador directo de este producto está en total capacidad de entregar el conector solicitado por la entidad y de acuerdo a la necesidad de la misma. Por tal razón solicitamos evaluar nuestro brazalete y otorgar el máximo puntaje ya que para este ítem se cumple en todas y cada uno de los aspectos técnicos solicitados por el hospital;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que este ítem será entregado con el conector solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 16 BRAZALETE DE DOS VIAS ADULTO REUSABLE MACHO MACHO (GIRARDOT)

Se nos califica como NO CUMPLE el conector solicitado, el producto que se encuentra en evaluación es el brazalete HOSPITECNICA LTDA como importador directo de este producto está en total capacidad de entregar el conector solicitado por la entidad y de acuerdo a la necesidad de la misma. Por tal razón solicitamos evaluar nuestro brazalete y otorgar el máximo puntaje ya que para este ítem se cumple en todas y cada uno de los aspectos técnicos solicitados por el hospital;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que este ítem será entregado con el conector solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 19 CABLE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY (GIRARDOT)

Se nos califica como NO CUMPLE POR QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, de acuerdo a la ficha técnica aportada por HOSPITECNICA LTDA donde se evidencia de manera clara y precisa la versión original del cable mindray solicitado por la entidad, por tal razón solicitamos que nuestro producto sea evaluado como cumple y se nos otorgue el máximo puntaje;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación y la ficha técnica adjunta a la propuesta se evidencia que la imagen no corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

ITEM No 62 MANOMETRO PARA TENSIOMETRO (GIRARDOT)

Se nos califica como NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA REGISTRO INVIMA, HSOPITECNICA LTDA manifiesta que por un error involuntario en la digitación de la ficha técnica colocamos un registro sanitario que no corresponde, ya que no requiere registro INVIMA de esta manera solicitamos que se evalué nuestro producto y se otorgue la máxima puntuación;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que los repuestos de equipo médico no requieren registro INVIMA, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 63 PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO WELLCHA LLYN (GIRARDOT)

Se nos califica como NO CUMPLE POR QUE NO ES LA MARCA SOLICITADA, HOSPITECNICA LTDA manifiesta que el hospital no esta solicitando marca determinada para el papel, la marca suministrada es la del equipo donde se

DESARROLLO

utilizara el papel, por tal razón solicitamos que sea evaluado nuestro producto ya que el ofertado por nosotros es totalmente compatible con el equipo welch allyn en el que se utilizara;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que el ítem ofertado es compatible con el solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 66 PERA PARA TENSIOMETRO (GIRARDOT)

Se nos califica como NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA REGISTRO INVIMA, HOSPITECNICA LTDA manifiesta que por un error involuntario en la digitación de la ficha técnica colocamos un registro sanitario que no corresponde, ya que no requiere registro INVIMA de esta manera solicitamos que se evalúe nuestro producto y se otorgue la máxima puntuación;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que los repuestos de equipo médico no requieren registro INVIMA, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 109 FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA FANEM (GIRARDOT)

Se nos califica como NO CUMPLE POR QUE NO ES LA MARCA SOLICITADA, HOSPITECNICA LTDA manifiesta que el hospital no está solicitando marca determinada para el filtro, la marca suministrada es la del equipo donde se utilizara el filtro, por tal razón solicitamos que sea evaluado nuestro producto ya que el ofertado por nosotros es totalmente compatible con el equipo FANEM en el que se utilizara;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que el ítem ofertado es compatible con el solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 110 FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA MEDIX (GIRARDOT)

Se nos califica como NO CUMPLE POR QUE NO ES LA MARCA SOLICITADA, HOSPITECNICA LTDA manifiesta que el hospital no está solicitando marca determinada para el filtro, la marca suministrada es la del equipo donde se utilizara el filtro, por tal razón solicitamos que sea evaluado nuestro producto ya que el ofertado por nosotros es totalmente compatible con el equipo MEDIX en el que se utilizara;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que el ítem ofertado es compatible con el solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 114 FUELLE PARA MAQUINA DE ANESTESIA (ZIQUAIRA)

Se nos califica como NO CUMPLE POR QUE NO SE EVIDENCIA REGISTRO INVIMA, HOSPITECNICA LTDA manifiesta que los fuelles ara máquina de anestesia se constituye como repuesto y por tal razón no requiere registro por tal razón solicitamos que sea evaluado nuestro producto y se nos otorgue el mayor puntaje.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que los repuestos de equipo médico no requieren registro invima, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 144 SENSOR DE PIEL INCUBADORA ABIERTA FANEM (ZIQUAIRA)

Se nos califica como NO CUMPLE POR QUE NO ES LA MARCA SOLICITADA, HOSPITECNICA LTDA manifiesta que el hospital no está solicitando marca determinada para el sensor de piel, la marca suministrada es la del equipo donde se utilizara el sensor, por tal razón solicitamos que sea evaluado nuestro producto ya que el ofertado por nosotros es totalmente compatible con el equipo FANEM en el que se utilizara;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que el ítem ofertado es compatible con el solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 145 SENSOR DE PIEL INCUBADORA ABIERTA MEDIX (ZIQUAIRA)

Se nos califica como NO CUMPLE POR QUE NO ES LA MARCA SOLICITADA, HOSPITECNICA LTDA manifiesta que el hospital no está solicitando marca determinada para el sensor de piel, la marca suministrada es la del equipo donde se utilizara el sensor, por tal razón solicitamos que sea evaluado nuestro producto ya que el ofertado por nosotros es totalmente compatible con el equipo MEDIX en el que se utilizara;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que el ítem ofertado es compatible con el solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 189 BRAZALETE DE UNA VIA ADULTO DESECHABLE MACHO MACHO (BOGOTA)

Se nos califica como NO CUMPLE porque no es el conector solicitado, el producto que se encuentra en evaluación es el brazalete HOSPITECNICA LTDA como importador directo de este producto está en total capacidad de entregar el conector solicitado por la entidad y de acuerdo a la necesidad de la misma. Por tal razón solicitamos evaluar nuestro brazalete y otorgar el máximo puntaje ya que para este ítem se cumple en todas y cada uno de los aspectos técnicos solicitados por el hospital;

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que este ítem será entregado con el conector solicitado, por

DESARROLLO

tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM NO 205 HOJA DE LARINGOSCOPIO NO 3 CURVA DE BOMBILLO (BOGOTA)

Se nos califica como NO CUMPLE PORQUE NO COINCIDE CON LO SOLICITADO, HOSPITECNICA LTDA manifiesta que de acuerdo a la ficha técnica aportada, cumplimos de manera clara y precisa con lo solicitado por el hospital, de esta manera solicitamos evaluar nuestro producto y otorgar el mayor puntaje para el mismo.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y no corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

ITEM NO 206 HOJA DE LARINGOSCOPIO NO 3 CURVA DE FIBRA (BOGOTA)

Se nos califica como NO CUMPLE PORQUE NO COINCIDE CON LO SOLICITADO, HOSPITECNICA LTDA manifiesta que de acuerdo a la ficha técnica aportada, cumplimos de manera clara y precisa con lo solicitado por el hospital, de esta manera solicitamos evaluar nuestro producto y otorgar el mayor puntaje para el mismo.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y no corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

IMCOLMEDICA S.A

ITEM No 5 BOMBILLO REF 3100 PARA EQUIPO DE ÓRGANOS (GIRARDOT)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación.

ITEM No 66 PERA TENSÍOMETRO CON VÁLVULA (GIRARDOT)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación.

ITEM No 100 CONOS PARA OTOSCOPIO (ZIQUAIRA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación.

ITEM No 112 FLUJOMETROS DE OXIGENO ACOPLA RAPIDO (ZIQUAIRA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación.

ITEM No 116 HOJAS DE LARINGO #3 DE BOMBILLO WELCH ALLYN (ZIQUAIRA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación.

ITEM No 135 OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PARA EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN DE PARED (ZIQUAIRA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 141 RESUCITADOR ADULTO (ZIQUAIRA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 142 RESUCITADOR NEONATAL (ZIQUAIRA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 143 RESUCITADOR PEDIATRICO (ZIQUAIRA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 195 CUBIERTA EXTERNA REF. 209000502 PARA RESUCITADOR MANUAL ADULTO MARCA AMBU MARK III (BOGOTA)

DESARROLLO

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 200 FLUJOMETRO O2 SENCILLO CON EXTENSOR Y ACOPLE CHEMETRON (BOGOTA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 205 HOJA DE LARINGO N° 3 CURVA DE BOMBILLO (BOGOTA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 206 HOJA DE LARINGO N° 3 CURVA DE FIBRA (BOGOTA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 207 HOJA DE LARINGOSCOPIO No 0 RECTA DE BOMBILLO (BOGOTA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 208 HOJA DE LARINGOSCOPIO No 00 RECTA DE BOMBILLO (BOGOTA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 224 MANGO PARA HOJA DE LARINGO CON BOMBILLO ADULTO, COMPATIBLE CON WELCH ALLYN (BOGOTA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 225 MANGO PARA HOJA DE LARINGO CON BOMBILLO NEONATAL, COMPATIBLE CON WELCH ALLYN (BOGOTA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 251 RESERVORIO AMBU ADULTO MARCK III (BOGOTA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 252 RESERVORIO AMBU ADULTO MARCK IV (BOGOTA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM No 253 RESERVORIO AMBU NEONATAL (BOGOTA)

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el cd entregado encontrando la ficha técnica para este ítem, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

Los demás ítems permanecen con la misma calificación por falta de fichas técnicas.

JOMEDICAL SAS

ITEM No 92 CABLE ECG POR TRES DERIVADAS PARA DESFIBRILADOR INNOMED (Zipaquira)

Se observa claramente que el conector cuenta con 10 pines, y los conectores que van al electrodo de monitoreo son tipo hembra o pinza adjunto foto original del cable, ya somos distribuidores exclusivos de la marca.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que este ítem será entregado con el conector solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM NO 110 FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA MEDIX

Adjuntamos el registro invima del filtro de aire ofertado. Se aclara que este registro no esta siendo solicitado dentro del

DESARROLLO

pliego de condiciones como requisito habilitante, por lo cual se anexa para aclarar que este ítem está respaldado por el INVIMA. Se anexa carta de distribución de medix.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara la solicitud, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

ITEM 145 SENSOR DE PIEL INCUBADORA MEDIX

Adjuntamos el registro INVIMA del sensor de piel ofertado. Se aclara que este registro no está siendo solicitado dentro del pliego de condiciones como requisito habilitante, por lo cual se anexa para aclarar que este ítem está respaldado por el INVIMA. Se anexa carta de distribución de medix.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara la solicitud, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA

Según documento enviado por la empresa donde envían aclaración de la evaluación de la convocatoria No9 en el segundo y tercer punto, se hacen las siguientes subsanaciones.

LOS ITEMS 2, 6, 15, 16, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 79, 80, 136, 152, 168, 172, 174, 187, 188, 189, 210, 213, 271, 221, 222, 232, 235, 237, 240, 242, 264, 267, 236,

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara la solicitud, por tal motivo los ítems anteriores se cambia a cumple su calificación

Según documento enviado por la empresa donde envían aclaración de la evaluación de la convocatoria No9 en el segundo punto, se hacen las siguientes subsanaciones.

LOS ITEMS 62, 108, 114, 169, 170, 191, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 224, 225, 260, 264.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara la solicitud, por tal motivo los ítems anteriores se cambia a cumple su calificación

TECNICA ELECTROMEDICA

ITEM 6 BOMBILLO REF. 12V * 20W BIPIN PARA LÁMPARA CUELLO CISNE (GIRARDOT)

El folio No 86 de nuestra oferta presentada se encuentra la ficha del bombillo ofertado, correspondiente.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y no corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

ITEM 15 BRAZALETE DE 1 VÍA ADULTO REUSABLE MACHO-MACHO (GIRARDOT) Y 16 BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO REUSABLE CON CONECTOR MACHO MACHO (GIRARDOT)

Adjunto enviamos ficha técnica de los brazaletes neonatales desechables ofertados a fin de hacer mayor claridad con el ítem ofertado

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y no corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

ITEM 17 BRAZALETE PEDIÁTRICO DE 2 VÍAS REUSABLE (GIRARDOT) Y 18 BRAZALETE PEDIÁTRICO DE 1 VÍA REUSABLE (GIRARDOT)

Folio 63ª 66 se encuentra la ficha técnica de los brazaletes ofertados para este ítem los cuales corresponden a la ref. Reuse-6, reuse-7, o reuse-8 de acuerdo al rango que el hospital requiere fin de hacer mayor claridad con el ítem ofertado

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

DESARROLLO

ITEM 21 FILTRO ESPIRATORIO PARA VENTILADOR PURITAN BENNETT 840(GIRARDOT)

FOLIO No 118 de la oferta presentada se encuentra el registro sanitario el cual ampara este producto.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM No 52 INTERFACE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY (GIRARDOT)

Se anexa ficha técnica

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM No 63 PAPEL PARA ELECTROCARDÍOGRAFO WELCH ALLYN (GIRARDOT)

Se anexa ficha técnica

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM No 114 FUELLE PARA MAQUINA DE ANESTESIA OHMEDA (ZIQAQUIRA)

Se anexa ficha técnica

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM No 135 OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PARA EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN DE PARED (ZIQAQUIRA)

Folio 82 de la oferta presentada se encuentra la información técnica del producto, se anexa información complementaria

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM No 189 BRAZALETE DE 1 VIA DESECHABLE CON CONECTOR MACHO - MACHO (BOGOTA)

Folio 60 a 62 de la oferta presentada se encuentra la información técnica del producto, se anexa información complementaria

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM No 210-213 Y 217

Confirmamos que los productos ofertados para estos ítems son mindray, adjuntamos información técnica

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM No 193 CELDA O2 ORIGINAL PARA MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO 65 (BOGOTA)

Confirmamos que los productos ofertados para estos ítems son mindray, adjuntamos información técnica

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM No 220 KIT VALVULAS NIBP FAST/SLOW REF. 801-0010-00006-00 PARA MONITOR MINDRAY PM 9000 (BOGOTA)

Confirmamos que los productos ofertados para estos ítems son mindray, adjuntamos información técnica

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y no corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

ITEMS 171, 202, 203, 204, 226, 227, 228, 229, 248, 249 Y 250

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la información, y no se encuentra en su totalidad los repuestos solicitados en la adenda No 1, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

ITEM 273 KIT DE REANIMACION PIEZA EN FORMA DE "T" AJUSTABLE + MASCARA DE 42mm PARA EQUIPO DE REANIMACION NEOPUFF

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que incluye el kit y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

DESARROLLO

ITEM 274 KIT DE REANIMACION PIEZA EN FORMA DE "T" AJUSTABLE + MASCARA DE 50mm PARA EQUIPO DE REANIMACION NEOPUFF

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que incluye el kit y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM 275 KIT DE REANIMACION PIEZA EN FORMA DE "T" AJUSTABLE + MASCARA DE 60mm PARA EQUIPO DE REANIMACION NEOPUFF

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que incluye el kit y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ASSIST INGENIERIA SAS

ITEM 60 MANÓMETRO DE 0 - 15 PSI (GIRARDOT)

La ficha técnica para este ítem está en el folio 83.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y no corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

ITEM 128 MANOMETRO DE ALTA PARA AIRE (ZIQUAIRA)

La ficha técnica para este ítem está en el folio 85.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y no corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

ITEM No 198 FLUJOMETRO O2 DOBLE PARA NEONATOS DE 0,1 A 1 LPM CON ACOPLE PARA TOMA CHEMETRON (BOGOTA)

La ficha técnica para este ítem está en el folio 74.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM No 199 FLUJOMETRO O2 SENCILLO PARA NEONATOS DE 0,1 A 1 LPM CON ACOPLE PARA TOMA CHEMETRON (BOGOTA)

La ficha técnica para este ítem está en el folio 74.

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

ITEM No 200 FLUJOMETRO O2 SENCILLO CON EXTENSOR Y ACOPLE CHEMETRON (BOGOTA)

Se compromete a entregar los flujómetros con extensor y acople tipo chemetron para cumplir con el requerimiento

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se aclara que este ítem será entregado según el requerimiento, por tal motivo se cambia a CUMPLE su calificación

INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA

Los registro INVIMA solicitados si fueron anexados en el cd titulado fichas técnicas y registros INVIMA para los ítems nombrados a continuación, solicito su revisión:

Ítems 19, 52, 146, 147, 149, 150, 151, 210, 211, 213, 217, 218, 267

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa el registro INVIMA y no corresponde a los ítems solicitados, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

ITEM 91 CABLE ECG POR 10 DERIVACIONES PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3B (ZIQUAIRA)

Se observa en las dos primeras imágenes el cable de 10 derivadas correspondiente al edan se-3b

RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y no corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se mantiene el NO CUMPLE en su calificación

ITEM 234 PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO CON CUADRICULA 110MM, 20MT ROLLO (BOGOTA)

DESARROLLO

En la ficha técnica se especifica que el papel viene por rollos







RESPUESTA: Una vez recibida su observación se revisa la ficha técnica y corresponde al ítem solicitado, por tal motivo se cambia a CUMPLE en su calificación

En cuanto a los precios ofertados la Junta de Licitaciones y Contratos manifiesta que estos serán corregidos y se deberá publicar nuevamente la calificación económica con las respectivas evaluaciones una vez revisadas las observaciones de los proponentes.

DECISIONES / CONCLUSIONES TOMADAS

Una vez la junta de litaciones y contrato escucha y analiza los resultados de las observaciones presentadas en las convocatorias N° 4 y 15 recomienda por unanimidad: (i) la publicación de las respuestas de las observaciones presentadas, así como la publicación del cuadro económico final

FIRMA DE ASISTENTES

VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ	
SAUL EDUARDO MORENO RAMOS	
ALEJANDRA GALVEZ PRIETO	
CARLOS ALFONSO MARTÍNEZ CAMARGO	
MARLESBY SOTELO	
ANGELICA BOSIGA LEON	
JAIRO BELTRAN SANCHEZ	
HERNAN AGUILLON	