

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 – 2017

Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO, PATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ D.C. Y SU UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ.

El día 17 de marzo de 2017 se realizó la audiencia de aclaración del pliego de condiciones de la convocatoria pública No. 14-2017.

En la audiencia pública de aclaración de pliegos radicaron observaciones las firmas ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A., QUINBERLAB S.A., NIPRO MEDICAL CORPORATION, BECKMAN COULTER COLOMBIA SAS, ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS Y MACROSEARCH e intervinieron BIOSERVICE, ANNAR DX, STOCK FARMACIA, LABCARE, DISTRIQUIMICOS ALDIR, VELEZ LAB, solicitando revisión de algunos de los requisitos que se registraron en el pliego de condiciones.

A continuación se dará respuesta a las observaciones al ANEXO TÉCNICO.

1. Observaciones firma ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.

- a. Página 23 anexo técnico. Y página 49 ANEXO No. 4 CONTRATO DE SUMINISTRO. Cumplimiento de especificaciones técnicas. Aceptado.

“En lo referente a las fechas de vencimiento de los reactivos y elementos, el hospital requiere que la vigencia mínima a la fecha de expiración de los productos en el momento de la recepción no sea inferior a seis (6) meses.”

- b. Página 23 numeral 2. Cambio por vencimiento de productos. No aceptado.
- c. Página 25 numeral 6. Manejo de desechos. Se realiza el cambio en numeral 12 del ANEXO No. 4 CONTRATO DE SUMINISTRO. Aceptado.
- d. La cantidad de Hardware aproximado requerido para el sistema de información para cada área de laboratorio se refiere a continuación:



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Laboratorio Clínico

05RH39-V1

	TELEVISORES TABLEROS DE CONTR.		COMPUTADORES		IMPRESORAS		IMPRESORAS ZEBRA		LECTOR CÓDIGO BARRAS		SERVIDORES	
	BG	ZP	BG	ZP	BG	ZP	BG	ZP	BG	ZP	BG	ZP
GRUPO DE INMUNOQUÍMICA	2	2	6	4	3	2	20	10	4	2	1	1
GRUPO HEMATOLOGÍA	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
GRUPO DE INMUNOLOGÍA ESPE	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
GRUPO DE UROANÁLISIS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GRUPO DE MICROBIOLOGÍA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GRUPO DE PATOLOGÍA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GRUPO DE BANCO DE SANGRE	0	0	2	1	1	1	2	1	2	1	0	0
SUBTOTAL	2	2	14	10	6	5	22	11	6	3	1	1
TOTAL	4	4	24	11	11	5	33	11	9	3	1	1

- e. Ítem 70 se requiere técnica de HPLC. Por lo tanto no se puede incluir en los ítems 1 al 69. No aceptado.
- f. Página 32 numerales 5 y 6. Las visitas se programarán durante el proceso de evaluación y se informará respectivamente.
- g. Vigencia del Contrato de la Unidad Funcional Zipaquirá. A la fecha de la convocatoria pública N° 17 se tiene contrato para toda la vigencia 2017.
- h. Requerimientos Apoyo Tecnológico Laboratorio Clínico A. INMUNOQUÍMICA. Equipo integrado con velocidad mínima de 1400 pruebas. Aceptada.
- i. Visita técnica. Visitas técnicas realizadas en años anteriores dado que las instalaciones del laboratorio no han cambiado y el tiempo de la convocatoria no permite realizar visitas antes de su cierre. Aceptada.
- j. Prueba Procalcitonina. La presepsina es una prueba que se encuentra en estudio en el HUS para su correspondiente implementación y en la actualidad no ha sido aprobada por las especialidades médicas en nuestra en la Institución. No aceptada.
2. Observaciones firma NIPRO MEDICAL CORPORATION
- a. Técnico – ítem 168 subgrupo 11 toma de muestras. “Tubo tapa amarilla con gel pediátrico 3.5 ml”. Se acepta la oferta propuesta de cambiar por tubo tapa amarilla con gel de 4.0 ml. Aceptada.
- b. Devolución de productos. Se establece que el Hospital Universitario La Samaritana notificará al proveedor con un mes de antelación para solicitar los cambios por fecha de vencimiento cercana. Se solicita el tiempo se amplíe a 3 meses. No aceptada.





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Laboratorio Clínico

05RH39-V1

3. Observaciones firma BECKMAN COULTER COLOMBIA SAS.
 - a. Hematología (ITEM 71) "... Con capacidad de procesamiento mínima de 100 pruebas / hora." Aceptada.
 - b. Numeral 3 Mantenimiento, capacitación y entrenamiento. Propone "...respuesta presencial oportuna no superior a 2 horas para HUS Bogotá y 3 horas para HUS Zipaquirá." Aceptada.
4. Observaciones firma ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS.
 - a. No se observan las especificaciones en tecnología requeridas para el subgrupo 9 de Biología Molecular. Aclaración: Para el grupo de Biología Molecular se solicita prueba de PCR en tiempo real multiplex, Con equipo en comodato.
5. Observaciones firma MACROSEARCH.
 - a. Ítem 277. Propone: "Alternativa de solicitud de formol tamponado al 10%". Aceptada.
 - b. Ítem 275 Propone alternativa de "cuchilla desechable Patho Cutter". No Aceptada.
 - c. Ítem 291 Propone "presentación caja x 72 láminas cargadas." Aceptada.
6. Observaciones firma ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT
 - a. Subgrupo No. 4 Coagulación Ítem 75. Se cambia "Producto de degradación de fibrinógeno PDF" por "FIBRINÓGENO". Corrección Aceptada.
7. Observaciones firma VELEZ LAB.
 - a. Ítem 70 Grupo Hemoglobina Glicosilada. Solicita aclaración sobre el equipo para la Unidad Funcional Zipaquirá. Aclaración: No es requerido para esta Unidad Funcional. Las pruebas se procesarán en la sede de Bogotá.

Elaboro

Coordinación Laboratorio Clínico

Coordinación de Banco de Sangre

