

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

CONVOCATORIA N° 14 de 2017

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO, PATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE
EVALUACION TECNICA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA

GRUPO N° 1 INMUNOQUIMICA			4. ABBOTT			12. QUINBERLAB S.A		
ITEM	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	REACTIVO PARA ACIDO URICO	PBA	X			X		
2	REACTIVO PARA ALBUMINA	PBA	X			X		
3	REACTIVO PARA AMILASA	PBA	X			X		
4	REACTIVO PARA BILIRRUBINA DIRECTA	PBA	X			X		
5	REACTIVO PARA BILIRRUBINA TOTAL	PBA	X			X		
6	REACTIVO PARA COLESTEROL HDL	PBA	X			X		
7	REACTIVO PARA COLESTEROL LDL	PBA	X			X		
8	REACTIVO PARA COLESTEROL TOTAL	PBA	X			X		
9	REACTIVO PARA CPK MB	PBA	X			X		
10	REACTIVO PARA CREATININA	PBA	X			X		
11	REACTIVO PARA CREATININASA CPK TOTAL	PBA	X			X		
12	REACTIVO PARA DESHIDROGENASA LACTICA	PBA	X			X		
13	REACTIVO PARA DETERMINACION DE MAGNESIO	PBA	X			X		
14	REACTIVO PARA FOSFATASA ALCALINA	PBA	X			X		
15	REACTIVO PARA FOSFORO	PBA	X			X		
16	REACTIVO PARA GLUCOSA	PBA	X			X		
17	REACTIVO PARA HIERRO	PBA	X			X		
18	REACTIVO PARA MICROALBUMINARIA	PBA	X			X		
19	REACTIVO PARA NITROGENO UREICO (BUN)	PBA	X			X		
20	REACTIVO PARA PROTEINAS EN ORINA Y/O LIQUIDOS	PBA	X			X		
21	REACTIVO PARA PROTEINAS TOTALES	PBA	X			X		

22	REACTIVO PARA TRANSMINASAOXALOACETICA ASAT	PBA	X				X	
23	REACTIVO ELECTROLITOS SODIO-POTASIO-CLORO-CALCIO	PBA	X				X	
24	REACTIVO PARA TRANSMINASA PIRUVICA ALAT	PBA	X				X	
25	REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS	PBA	X				X	
26	REACTIVO PARA TRANSFERINA	PBA	X				X	
27	REACTIVO PARA FERRITINA	PBA	X				X	
28	REACTIVO PARA CA 19-9	PBA	X				X	
29	REACTIVO PARA ACIDO FOLICO	PBA	X				X	
30	REACTIVO PARA HORMONA PARATIROIDEA (PTH)	PBA	X				X	
31	REACTIVO ANTICUERPOS ANTI TIROIDEOS MICROSOMALES	PBA	X				X	
32	REACTIVO ANTICUERPOS ANTI TIROIDEOS MICROSOMALES TIROGLOBULINA	PBA	X				X	
33	REACTIVO PARA CORE IGM	PBA	X				X	
34	REACTIVO PARA PRUEBAS DE CORE TOTAL	PBA	X				X	
35	REACTIVO PARA TIBC	PBA	X				X	
36	REACTIVO PARA PRUEBAS DE HEPATITIS C (HCV) ULTIMA GENERACION	PBA	X				X	
37	REACTIVO PARA PRUEBAS DE HIV DETERMINACION AG-AC	PBA	X				X	
38	REACTIVO PARA SUB UNIDAD BETA	PBA	X				X	
39	REACTIVO PARA TROPONINA I	PBA	X				X	
40	REACTIVO PARA VITAMINA B12	PBA	X				X	
41	REACTIVO PARA VITAMINA D25HIDROXI	PBA	X				X	
42	REACTIVO PARA ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B (AG HBS)	PBA	X				X	
43	REACTIVO ANTICUERPOS CONTRA EL ANTIGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B	PBA	X				X	
44	REACTIVO PARA ALFA BETO PROTEINA	PBA	X				X	
45	REACTIVO ANTICUERPOS ANTIOXOPLASMA IGM	PBA	X				X	
46	REACTIVO ANTICUERPOS ANTIOXOPLASMA IGG	PBA	X				X	
47	REACTIVO PARA CITOMEGALOVIRUS Igg	PBA	X				X	
48	REACTIVO PARA CITOMEGALOVIRUS Igm	PBA	X				X	
49	REACTIVO PARA RUBEOLA Igg	PBA	X				X	

50	REACTIVO PARA RUBEOLA IgM	PBA	X				X	
51	REACTIVO PARA HERPES I IgG	PBA	X		EXAMEN PARA REMISION		X	
52	REACTIVO PARA HERPES I IgM	PBA	X		EXAMEN PARA REMISION		X	
53	REACTIVO PARA HERPES II IgG	PBA	X		EXAMEN PARA REMISION		X	
54	REACTIVO PARA HERPES II IgM	PBA	X		EXAMEN PARA REMISION		X	
55	REACTIVO ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO	PBA	X				X	
56	REACTIVO ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA	PBA	X				X	
57	REACTIVO CA 125	PBA	X				X	
58	REACTIVO PARA PROLACTINA	PBA	X				X	
59	REACTIVO PARA T3 LIBRE	PBA	X				X	
60	REACTIVO PARA GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA GGT	PBA	X				X	
61	REACTIVO PARA PROCALCITONINA CUANTITATIVA	PBA	X		PARA REALIZAR EN MINIVIDAS		X	PARA REALIZAR EN MINIVIDAS
62	REACTIVO TRIYODOTIRONINA T3	PBA	X				X	
63	REACTIVO PARA TIROXINA T4	PBA	X				X	
64	REACTIVO PARA T4 LIBRE	PBA	X				X	
65	REACTIVO PARA TSH TIROIDEA ESTIMULANTE	PBA	X				X	
66	REACTIVO PARA COMPLEMENTO C3	PBA	X				X	
67	REACTIVO PARA COMPLEMENTO C4	PBA	X				X	
68	REACTIVO FACTOR REUMATOIDEO	PBA	X				X	
69	REACTIVO PARA PROTEINA C REACTIVA	PBA	X				X	

CARACTERÍSTICA SOLICITADA EQUIPO BOGOTÁ					
CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1400 PRUEBAS/HORA	X				X
MANEJO DE TUBO PRIMARIO	X				X
LECTURA POR CÓDIGO DE BARRAS	X				X
ACCESO CONTINUO	X				X
OPCIÓN DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE URGENCIAS	X				X
PANTALLA SENSIBLE AL TÁCTO	X				X
CONTROL DE CALIDAD CON CURVAS DE LEVEY-JENNINGS	X				X
DETECCIÓN DE COAGULO	X				X
MÍNIMO ARRASTRE	X				X
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE REACTIVOS	X				X
AUTO DILUCIÓN AUTOMÁTICA A LAS MUESTRAS QUE LO REQUIERAN TABLA CON FRECUENCIAS DE CALIBRACIÓN Y ESTABILIDAD A BORDO DE CADA PRUEBA OFERTADA	X				X
MANEJO DE INVENTARIO DE REACTIVOS	X				X
MANEJO DE ESTADÍSTICAS DE CONTROLES, CALIBRADORES Y PRUEBAS	X				X
HOST BIDIRECCIONAL	X				X
PRUEBA DE PROCALCITONINA	X				X
				EN MINIVIDAS	EN MINIVIDAS
CARACTERÍSTICA SOLICITADA EQUIPO ZIPAQUIRA					
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
requerimiento					
CAPACIDAD MÍNIMA DE 700 PRUEBAS/HORA	X			X	
MANEJO DE TUBO PRIMARIO	X			X	
LECTURA POR CÓDIGO DE BARRAS Y ACCESO CONTINUO	X			X	
OPCIÓN DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE URGENCIAS	X			X	
PANTALLA SENSIBLE AL TÁCTO	X			X	
CONTROL DE CALIDAD CON CURVAS DE LEVEY-JENNINGS	X			X	
DETECCIÓN DE COAGULO	X			X	
MÍNIMO ARRASTRE	X			X	
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE REACTIVOS	X			X	
AUTO DILUCIÓN AUTOMÁTICA A LAS MUESTRAS QUE LO REQUIERAN	X			X	
MANEJO DE INVENTARIO DE REACTIVOS	X			X	

MANEJO DE ESTADÍSTICAS DE CONTROLES, CALIBRADORES Y PRUEBAS	X								X		
HOST BIDIRECCIONAL	X								X		

VALORES AGREGADOS	ABBOTT	12. QUINBERLAB S.A
PROVEEDOR QUE OFERTE EQUIPO CON SISTEMA DE PERFORADO DE TUBO O SISTEMA DE APERTURA Y SELLADO DE TUBO	0	10
PROVEEDOR QUE CERTIFIQUE QUE SU OFERTA CONTIENE ESTUDIO DE FLUJO DE TRABAJO POR FIRMA RECONOCIDA PARA HUS Y EL LABORATORIO CLINICO SEDE ZIPAQUIRÁ	10	10
ANALIZADORES DE LAS DIFERENTES SEDES QUE COMPARTAN LA MISMA TECNOLOGÍA, REACTIVOS Y CONSUMIBLES	10	10
PUNTAJE TOTAL	20	30

SOLUCION INFORMATICA PARA LABORATORIO CLÍNICO, MICROBIOLOGIA, BANCO DE SANGRE Y PATOLOGIA HUS BOGOTA Y SU UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA (PAGINA 25-26 NUMERAL 8)						
requerimiento	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SOFTWARE INTEGRAL DE GESTION CON PLATAFORMA WINDOWS, QUE TRABAJE CLIENTE-SERVIDOR Y/O WEB (PAGINA 25-26 NUMERAL 8)			SISTEMA HEXALIS PROPONE SOLUCIONES INTEGRALES A TRAVES DE LA ESTANDARIZACION, CONSOLIDACION Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS CON PLATAFORMAS Y ENSAYOS DE ALTA CALIDAD PARA EL LABORATORIO CLINICO-INSTALACION 15 DIAS EN DESARROLLO CAPACITACION /15 DIAS EN CAPACITACION, DETALLES Y SOLICITUDES	X		LABORE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION
INTERACTUE CON RED LÓGICA DE DATOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO, MICROBIOLOGIA- BANCO DE SANGRE Y PATOLOGIA				X		
INTERFASES CON TODOS LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO, MICROBIOLOGIA, BANCO DE SANGRE Y PATOLOGIA				X		
COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL HUS (DGH)				X		
EL SOFTWARE DEBE CAPTURAR LAS SOLICITUDES DE LOS EXAMENES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL HOSPITAL				X		
TRANSFERENCIA EN LÍNEA				X		
DEBE PERMITIR LECTURA DE LOS RESULTADOS EN CUALQUIER ÁREA DEL HOSPITAL				X		
DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LABORATORIO, MICROBIOLOGIA, GASES ARTERIALES, INMUNOHEMATOLOGIA TODO DEBIDAMENTE				X		
CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE : NUMERAL 9 PÁGINA 27						
A. MANEJO DE POBLACION Y RESTRICCIONES			SISTEMA HEXALIS PROPONE SOLUCIONES INTEGRALES A TRAVES DE LA ESTANDARIZACION, CONSOLIDACION Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS CON PLATAFORMAS Y ENSAYOS DE ALTA CALIDAD PARA EL LABORATORIO CLINICO-INSTALACION 15 DIAS EN DESARROLLO	X		SISTEMA FUNCIONANDO EN LA ACTUALIDAD EN LAS DOS SEDES
B. INGRESO DE ORDENES				X		
C. MANEJO DE RESULTADOS				X		
D. IMPRESIONES				X		
E. CONTROL DE CALIDAD			TIPO DE CONTROLES A USAR	X		
F. AUDITORIA				X		
G. ESTADISTICAS				X		
H. SEGURIDAD				X		
I. TABLERO DE CONTROL				X		
J. CAPACITACIÓN, AYUDAS, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORIA TÉCNICA Y CIENTÍFICA				X		
K. MANTENIMIENTOS DE SOFTWARE Y HARDWARE				X		

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 CONVOCATORIA N°14-2017
 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO CLINICO, PATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE
 EVALUACION TECNICA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA

GRUPO N°2 HEMOGLOBINA GLICOSILADA		2. LABCARE DE COLOMBIA LTDA			
ITEM	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
70	REACTIVO PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPO EN COMODATO	PBA	X		
CARACTERISTICAS SOLICITADAS EQUIPO					
TÉCNICA HPLC O			X		
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS			X		
HOST BIDIRECCIONAL			X		



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 CONVOCATORIA N°14 DE 2017
 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO CLINICO, PATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE
 EVALUACION TECNICA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA



GRUPO N°3 HEMATOLOGIA				12. QUINBERLAB S.A	
ITEM	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
71	REACTIVO PARA CUADRO HEMATICO	PBA	X		
CARACTERISTICAS SOLICITADAS EQUIPO BOGOTA Y UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRA					
TUBO PRIMARIO			X		EQUIPO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION
LECTURA POR CÓDIGO DE BARRAS Y ACCESO CONTINUO			X		
TECNOLOGÍA CITOMETRÍA DE FLUJO			X		
MÍNIMO 30 PARÁMETROS REPORTABLES			X		
CON CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO MÍNIMO DE 100 PRUEBAS/ HORA			X		
AUTOCARGADOR DE MUESTRAS PERMITIENDO CARGA CONTINUA			X		
CON ASPIRACIÓN POR TUBO ABIERTO			X		
ALTA LINEALIDAD			X		
QUE INCLUYA RECUENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE RETICULOCITOS Y NORMOBLASTOS			X		
LECTURA DE LIQUIDOS CORPORALES			X		
CON GRAFICAS DE CONTROL DE CALIDAD			X		
QUE PERMITA TRANSMISIÓN DE HISTOGRAMAS Y DISPERSOGRAMAS AL REPORTE			X		
HOST BIDIRECCIONAL			X		
VALORES AGREGADOS					
12. QUINBERLAB S.A					
PLAQUETAS POR OPTICA E IMPEDANCIA				10	
OPCION DE MUESTREO DEDICADA A LIQUIDOS CORPORALES				10	
LINEALIDAD				10	
				30	

213	SENSIDISCOS CEFOTAXIME TUBO X 50	PRUEBA			
214	SENSIDISCOS CEFOTAXIME + CLAVULANATO TUBO X 50	TUBO			
215	SENSIDISCOS DE CEFTAZIDIME +CLAVULANATO TUBO X 50	TUBO			
216	MEDIO DE SELENITO LISTO PARA USO	UNIDAD			
217	SEROLOGIA RPR SIFILIS	UNIDAD			
218	SISTEMA DE COLORACION PARA HEMATOLOGIA	UNIDAD			
219	LAMINA PARA RECUENTO DE SEDIMENTO URINARIO CON TUBO	UNIDAD			
220	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON	UNIDAD			
221	TIRAS DE UROALISIS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO	PRUEBAS			
222	PIPETA PARA WESTERGREEN PEDITRICA Y ADULTO (VELOCIDAD DE SEDIMENTACION CON SOPORTE)	UNIDAD			



	A	B	C	M	N	O	P	Q	R
6	GRUPO N°13 INSUMOS LABORATORIO			6. ANNAR DIAGNOSTIC IMPORT			7. BIOLORE		
7	ITEM	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
8	178	APLICADORES SIN ALGODÓN X 1000 UN	UNIDAD						
9	179	CURITAS 22X22	UNIDAD						
10	180	LAMINILLAS CUBREOBJETOS 22 x 22 mm CAJA X 100	CAJA						
11	181	LAMINILLAS CUBREOBJETOS 22 x 40 mm CAJA X 100	CAJA						
12	182	LAMINILLAS CUBREOBJETOS 24 x 60 mm CAJA X 100	CAJA						
13	183	LAMINAS PORTA OBJETO 25 X 76 MM CAJA X 50	CAJA						
14	184	PUNTAS PARA PIPETA DE 50 A 1000 LAMBDA AZULES X 1000	PAQUETE				X		Puntas Azules para pipetas 1000 uL graduadas autoclavables libre de RNASA y DNASA
15	185	PUNTAS PARA PIPETA DE 2-100-200 LAMBDA AMARILLAS X 1000	PAQUETE				X		Puntas Azules para pipetas 1000 uL graduadas autoclavables libre de RNASA y DNASA
16	186	GRADILLA EN POLIESTILENO RESISTENTE A CONGELACION PARA TUBOS DE 13x100 (50-100 TUBOS)	UNIDAD	X					
17	187	GRADILLA EN POLIESTILENO RESISTENTE A CONGELACION PARA TUBOS CONICOS DE 15 ml	UNIDAD						
18	188	FOSFATO TRISODICO AL 20% x FCO x 500 ml	FRASCO						
19	189	HIDROXIDO DE POTASIO AL 20% FCO x 200 ml	FRASCO						
20	190	AZUL DE CRESIL BRILLANTE	FRASCO						
21	191	GLICEMIA DEXTROSA CAJA X 50 SOBRES DE 25 GRS.	CAJA						
22	192	REACTIVO PARA SEROLOGIA EN LIQUIDOS	PRUEBA						
23	193	SENSIDISCOS DE EDTA TUBO X 50	TUBO						
24	194	SENSIDISCOS DE ACIDO BORONICO TUBO X 50	TUBO						
25	195	ASA CURVA DESECHABLE PARA MICROBIOLOGIA x 1000 und	PAQUETE	X			X		de 10uL color Naranja
26	196	PUNTAS 1000 uL CON FILTRO LIBRE DE RNA Y DNASA ESTERIL x Rack por 96	RACK						
27	197	PUNTAS 0.5 - 10 uL CON FILTRO LIBRE DE RNA Y DNASA ESTERIL x Rack por 96	RACK						
28	198	PUNTAS 20 - 200 uL CON FILTRO LIBRE DE RNA Y DNASA ESTERIL x Rack por 96	RACK						
29	199	SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS BIOLOGICOS	FRASCO						
30	200	PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI HIV-1 Y HIV-2 EN SUERO, PLASMA O SANGRE TOTAL.	PRUEBA	X			X		HIV 1/2 Ab Prueba en Casete (Sangre Total / Suero /plasma)
31	201	PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA PARA SIFILIS	PRUEBA	X			X		Sifilis Prueba en Casete (Sangre Total/Suero/Plasma)

	A	B	C	M	N	O	P	Q	R
32	202	TUBOS EPPENDORF 1.5ML STANDARD X 500 ESTERILES LIBRES DE NUCLEASAS (DNAsas, RNAsas)	BOLSA				X		Tubo Microcentrifuga Natural Libre de RNAsa-DNAsa x1,5 ml
33	203	PAPEL PARA PH	ROLLO						
34	204	REACTIVO PARA SANGRE OCULTA	PRUEBA	X			X		FOB Sangre Oculta en Heces Fecales. Sensibilidad 25 ng/ml
35	205	PRUEBAS DE EMBARAZO EN CASSETTE	PRUEBA	X			X		HCG Prueba de Embarazo en Casete Suero y Orina. Sensibilidad 10 mIU/ml
36	206	FRASCOS RECOLECTOPRES ORINAS	UNIDAD						
37	207	MEDIO DE CULTIVO PREPARADO DE OGAWA KUDOH	UNIDAD	X					
38	208	REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO DE CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS (LATEX)	PRUEBA	X					
39	209	REACTIVO DE ASTOS POR LATEX	PRUEBA	X					
40	210	SENSIDISCOS IMIPENEM TUBO X 50	PRUEBA	X					
41	211	SENSIDISCOS MEROPENEM TUBO X 50	PRUEBA	X					
42	212	SENSIDISCOS CEFTAZIDIME TUBO X 50	PRUEBA	X					
43	213	SENSIDISCOS CEFOTAXIME TUBO X 50	PRUEBA	X					
44	214	SENSIDISCOS CEFOTAXIME + CLAVULANATO TUBO X 50	TUBO	X					
45	215	SENSIDISCOS DE CEFTAZIDIME +CLAVULANATO TUBO X 50	TUBO	X					
46	216	MEDIO DE SELENITO LISTO PARA USO	UNIDAD	X					
47	217	SEROLOGIA RPR SIFILIS	UNIDAD	X					
48	218	SISTEMA DE COLORACION PARA HEMATOLOGIA	UNIDAD						
49	219	LAMINA PARA RECUENTO DE SEDIMENTO URINARIO CON TUBO	UNIDAD						
50	220	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON	UNIDAD	X					
51	221	TIRAS DE UROALISIS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO	PRUEBAS	X					
52	222	PIPETA PARA WESTERGREEN PEDITRICA Y ADULTO (VELOCIDAD DE SEDIMENTACION CON SOPORTE)	UNIDAD						



	A	B	C	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
34	204	REACTIVO PARA SANGRE OCULTA	PRUEBA									
35	205	PRUEBAS DE EMBARAZO EN CASSETTE	PRUEBA									
36	206	FRASCOS RECOLECTOPRES ORINAS	UNIDAD				X					
37	207	MEDIO DE CULTIVO PREPARADO DE OGAWA KUDOH	UNIDAD	X		INDUSTRIA NACIONAL DED	X					
38	208	REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO DE CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS (LATEX)	PRUEBA									
39	209	REACTIVO DE ASTOS POR LATEX	PRUEBA									
40	210	SENSIDISCOS IMPENEM TUBO X 50	PRUEBA									
41	211	SENSIDISCOS MEROPENEM TUBO X 50	PRUEBA									
42	212	SENSIDISCOS CEFTAZIDIME TUBO X 50	PRUEBA									
43	213	SENSIDISCOS CEFOTAXIME TUBO X 50	PRUEBA									
44	214	SENSIDISCOS CEFOTAXIME + CLAVULANATO TUBO X 50	TUBO									
45	215	SENSIDISCOS DE CEFTAZIDIME +CLAVULANATO TUBO X 50	TUBO									
46	216	MEDIO DE SELENITO LISTO PARA USO	UNIDAD									
47	217	SEROLOGIA RPR SIFILIS	UNIDAD				X					
48	218	SISTEMA DE COLORACION PARA HEMATOLOGIA	UNIDAD				X					
49	219	LAMINA PARA RECuento DE SEDIMENTO URINARIO CON TUBO	UNIDAD	X		VACUTEST - KI	X					
50	220	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON	UNIDAD				X					
51	221	TIRAS DE UROALISIS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO	PRUEBAS							X		
52	222	PIPETA PARA WESTERGREEN PEDITRICA Y ADULTO (VELOCIDAD DE SEDIMENTACION CON SOPORTE)	UNIDAD	X		JP SELECTA	X					



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 CONVOCATORIA N°14
 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO CLINICO, PATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE
 EVALUACION TECNICA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGIA

GRUPO N° 14 INMUNOHISTOQUIMICA			12. QUINBERLAB S.A		
ITEM	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
223	ARGINASA 1	UINIDAD	X		
224	BETA CATENINA	UINIDAD	X		
225	CA 125	UINIDAD	X		
226	CA19-9	UINIDAD	X		
227	CD 138	UINIDAD	X		
228	CD 20	UINIDAD	X		
229	CD 3	UINIDAD	X		
230	CD 38	UINIDAD	X		
231	CD 5	UINIDAD	X		
232	CDX2	UINIDAD	X		
233	CK 20	UINIDAD	X		
234	CK 7	UINIDAD	X		
235	CK AE1/AE3	UINIDAD	X		
236	CK19	UINIDAD	X		
237	DOG 1	UINIDAD	X		
238	EP-CAM BER-EP4	UINIDAD	X		
239	FLI-1	UINIDAD	X		
240	GATA 3	UINIDAD	X		
241	GLYCOPHORIN A	UINIDAD	X		
242	HCG	UINIDAD	X		
243	HEPATOCITO	UINIDAD	X		
244	HHV-8 (13B10)	UINIDAD	X		
245	INHIBINA	UINIDAD	X		
246	KI 67	UINIDAD	X		
247	MAMMAGLOBINA	UINIDAD	X		
248	MIOSINA DE CADENAS PESADAS	UINIDAD	X		
249	MITF (C5/D5)	UINIDAD	X		
250	MUC 1	UINIDAD	X		
251	MUC 5	UINIDAD	X		
252	MUC 6	UINIDAD	X		
253	MUM-1	UINIDAD	X		
254	NAPSIN A MRQ-60	UINIDAD	X		
255	OCT)(4)	UINIDAD	X		
256	P 63	UINIDAD	X		
257	PAX 8	UINIDAD	X		
258	PODOPLANINA D240	UINIDAD	X		
259	RENAL CELL CARCINOMA (PN-15)	UINIDAD	X		
260	S-100	UINIDAD	X		
261	SALL 4	UINIDAD	X		

262	ADIPOFILINA	UINIDAD	X		
263	CDK4	UINIDAD	X		
264	CMV	UINIDAD	X		
265	HISTOLASMA	UINIDAD	X		
266	HLA-DR	UINIDAD	X		
267	LEISHMANIA	UINIDAD	X		
268	MDM2	UINIDAD	X		
269	MTFP	UINIDAD	X		
270	P24(VIH)	UINIDAD	X		
271	TLE-1	UINIDAD	X		
272	TOXOPLASMA	UINIDAD	X		
273	TREPONEMA PALIDIUM	UINIDAD	X		
CARACTERISTICA SOLICITADA EQUIPO					
CAPACIDAD MINIMA DE 30 LAMINAS			X		
REACTIVOS CON MODULO DE PRE TRATAMIENTO Y REVELADO CROMOGENICO			X		
CUALQUIER TIPO DE MUESTRA			X		
PROTOCOLOS INDEPENDIENTES DE TRABAJO PARA CADA POSICION			X		
SISTEMA ETIQUETADOR			X		
SOFTWARE OFERTADO PARA EL AREA DE PATOLOGIA			X		



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 CONVOCATORIA N°14
 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO CLINICO, PATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE
 EVALUACION TECNICA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA

GRUPO N°15 INSUMOS PATOLOGIA			9. MACROSEARCH LTDA			9. BIOLORE		
ITEM	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
274	CASSETTE DE INCLUSION DE PARAFINA CAJA X 500 UN	UNIDAD	X			X		
275	CUCHILLA DESECHABLE MX35 DE BAJO PERFIL DE MICROTOMO PARA TYEJIDOS DUROS 80X80,25 ML X 50UN	FRASCO	X					
276	ETANOL ABSOLUTO DE GRADO ANALITICO X 2,5 LITOS	FRASCO			DESIERTO			DESIERTO
277	FORMOL AL 10% CANECA	CANECA	X					
278	PARAFINA GRANULADA FUJATIVO POLIMERO PLÁSTICO PUNTO FUSIÓN 56 A 57° C	CAJA X 8 KG			DESIERTO			DESIERTO
279	XILOL CALIDAD REACTIVA X2,5 LT	FRASCO	X					
280	RESINA MEDIO DE MONTAJE HISTOLOGICO X 500	FRASCO	X					



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 CONVOCATORIA N°14 DE 2017
 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO CLINICO, PATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE
 EVALUACION TECNICA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA

GRUPO N°13 ITEM 218		12. QUINBERLAB S.A			
ITEM	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
218	SISTEMA DE COLORACION DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO	PBA	X		
CARACTERISTICAS SOLICITADAS EQUIPO BOGOTA					
INCLUYA COLORANTES PARA SEDE HUS BOGOTA			X		



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 CONVOCATORIA N°14 DE 2017
 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO CLINICO, PATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE
 EVALUACION TECNICA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA

GRUPO N°13 ITEM 221				13.. ALDIR			6. ANNAR DIAGNOSTIC IMPOR		
ITEM	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
221	TIRAS DE UROANALISIS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO O COMODATO	PBA	X			X			
CARACTERISTICAS SOLICITADAS EQUIPO BOGOTA Y UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRA									
	ALIMENTADOR DE TIRAS AUTOMATICO		X			X			
	CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO MÍNIMO DE 125 PRUEBAS HORA		X			X			
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MÍNIMO 200 TIRAS		X			X			
	AUTOCARGADOR DE MUESTRAS		X			X			
	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS		X			X			
	FÁCIL MANTENIMIENTO		X			X			
	HOST BIDIRECCIONAL		X			X			



OFERENTES CON EQUIPOS EN COMODATO	1. LABCARE		2. 2. BIOPLAST		3. VITAL LIMITADA				
	SUBGRUPO. 13. INSUMOS LABORATORIO CLINICO ITEMS (219,220,222)	SUBGRUPO 13 INSUMOS LABORATORIO CLINICO ITEMS (179 A 187 , 196,199)	SUBGRUPO 13 INSUMOS LABORATORIO CLINICO ITEMS (178 A 185 , 195,203,206)	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REQUERIMIENTO TECNICOS	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	X		X			X			
CAMBIO DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS	X		X			X			
MANTENIMIENTO, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SOPORTE LAS 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO	NO APLICA		NO APLICA			NO APLICA			
PLAN DE CONTINGENCIA	NO APLICA		NO APLICA			NO APLICA			
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES	NO APLICA		NO APLICA			NO APLICA			
EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO	NO APLICA		NO APLICA			NO APLICA			
TRANSPORTE E INSTALACION	NO APLICA		NO APLICA			NO APLICA			
MANEJO DE DESECHOS	X		X			X			
CONDICIONES DE ENTREGA	X		X			X			
REFERENCIAS CERTIFICADAS DE EXPERIENCIA DE USO EN INSTITUCIONES DE LA MISMA CATEGORIA.	NO APLICA		NO APLICA		HOSPITAL MILITAR CENTRAL- HOSPITAL	NO APLICA			
VISITAS DE EVALUACION A INSTITUCIONES DE LOS EQUIPOS.	NO APLICA		NO APLICA			NO APLICA			
CAA Y REGISTRO INVIMA	X		X			X			

OFERENTES CON EQUIPOS EN COMODATO	6. ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT		7. BIOLORE		8. STOCK PHARMACIA			
	SUBGRUPO No. 11 TOMA DE MUESTRAS	SUBGRUPO No. 12 COLORANTES LABORATORIO	SUBGRUPO 13 INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO ITEMS (184,185,195,200,201,202,204,205)	SUBGRUPO 15. INSUMOS PATOLOGIA ITEM 274	SUBGRUPO No. 11 TOMA DE MUESTRAS	SUBGRUPO No. 12 COLORANTES LABORATORIO		
SUBGRUPO OFERTADO	SUBGRUPO 13 INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO ITEMS (186,195,201,201,204,205, 207 A 217, 220,221)		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	REQUERIMIENTO TECNICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	X				X			
CAMBIO DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS	X				X			
MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SOPORTE LAS 24 HORAS 365 DÍAS DEL AÑO	NO APLICA				NO APLICA			
PLAN DE CONTINGENCIA	NO APLICA				NO APLICA			
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES	NO APLICA				NO APLICA			
EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO	NO APLICA				NO APLICA			
TRANSPORTE E INSTALACIÓN	NO APLICA				NO APLICA			
MANEJO DE DESECHOS	X				X			
CONDICIONES DE ENTREGA	X				X			
REFERENCIAS CERTIFICADAS DE EXPERIENCIA DE USO EN INSTITUCIONES DE LA MISMA CATEGORÍA.	NO APLICA				NO APLICA			HOSPITAL M ILIOTAR CENTRAL-HUS-
VISTAS DE EVALUACIÓN A INSTITUCIONES DE LOS EQUIPOS.	NO APLICA				NO APLICA			NO REQUIERE INVIMA
CAA Y REGISTRO INVIMA	X				X			

ANEXO 3 ANEXO TECNICO A PROponentES LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA

OFERENTES CON EQUIPOS EN COMODATO	9. MACROSEARCH	11. BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	12. QUINBERLAB		13. ALDIR			
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
SUBGRUPO OFERTADO	SUBGRUPO 15. INSUMOS PATOLOGIA ITEMS (274,275,277,279,280)	SUBGRUPO. 11. TOMA DE MUESTRAS	SUBGRUPO No. 12 COLORANTES LABORATORIO		SUBGRUPO No. 12 COLORANTES LABORATORIO			
			SUBGRUPO 13 INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO ITEMS (179 A 186, 181,208,207,217 A 220,222)		SUBGRUPO 13 INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO ITEMS 221			
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
			X		X			
			X		X			
			NO APLICA		NO APLICA			
			NO APLICA		NO APLICA			
			NO APLICA		NO APLICA			
			NO APLICA		NO APLICA			
			NO APLICA		NO APLICA			
			X		X			
			X		X			
			NO APLICA		NO APLICA		HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	
NO APLICA		NO APLICA		NA				
X		X		X				
REQUERIMIENTO TECNICOS								
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS								
CAMBIO DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS								
MANTENIMIENTO, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO								
SOPORTE LAS 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO								
PLAN DE CONTINGENCIA								
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES								
EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO								
TRANSPORTE E INSTALACION								
MANEJO DE DESECHOS								
CONDICIONES DE ENTREGA								
REFERENCIAS CERTIFICADAS DE EXPERIENCIA DE USO EN INSTITUCIONES DE LA MISMA CATEGORIA.								
VISITAS DE EVALUACION A INSTITUCIONES DE LOS EQUIPOS.								
CAA Y REGISTRO INVIMA								