

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
120	HOSPI MEDICS	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	420	67	487	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
76	MEDITECH	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	517	0	517	CUMPLE		94		
111	IMCOLMEDICA SA	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	630	0	630	CUMPLE		77		
73	S Y D	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	839	0	839	NO CUMPLE	No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			
55	COVIDIEN	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	50000	0	50000	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
114	SHERLEG SAS	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	538	0	538	CUMPLE		91		
55	COVIDIEN	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	23000	3680	26680	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
120	HOSPI MEDICS	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	420	67	487	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
76	MEDITECH	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	530	0	530	CUMPLE		92		
111	IMCOLMEDICA SA	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	663	0	663	CUMPLE		73		
73	S Y D	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	507	0	507	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
114	SHERLEG SAS	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	567	0	567	CUMPLE		86		
55	COVIDIEN	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	23000	3680	26680	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
120	HOSPIMEDICS	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	420	67	487	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
76	MEDITECH	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	540	0	540	CUMPLE		90		
111	IMCOLMEDICA SA	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	675	0	675	CUMPLE		72		
73	S Y D	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	900	0	900	NO CUMPLE	No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			
114	SHERLEG SAS	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	627	0	627	CUMPLE		78		
55	COVIDIEN	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	23000	3680	26680	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
120	HOSPIMEDICS	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	420	67	487	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
111	IMCOLMEDICA SA	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	760	0	760	CUMPLE		64		
73	S Y D	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	613	0	613	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
76	MEDITECH	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	560	0	560	CUMPLE		87		
114	SHERLEG SAS	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	686	0	686	CUMPLE		71		
120	HOSPIMEDICS	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	420	67	487	CUMPLE		89		
111	IMCOLMEDICA SA	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	575	0	575	CUMPLE		75		
73	S Y D	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	507	0	507	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			
76	MEDITECH	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	433	-	433	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
55	COVIDIEN	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	50000	0	50000	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
114	SHERLEG SAS	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	450	0	450	CUMPLE		96		
83	BECTON DICKINSON	A05E01	EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL	19000	3040	22040	CUMPLE		83		
74	VYGON	A05E01	EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL	19000	0	19000	CUMPLE	Buena calidad	96		
111	IMCOLMEDICA SA	A05E01	EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL	25990	0	25990	CUMPLE		70		
100	LM INSTRUMENTS SA	A05E01	EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL	18 200	-	18 200	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	A05E01	EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL	38000	0	38000	CUMPLE		48		
73	S Y D	A05E01	EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL	25999	0	25999	CUMPLE		70		
81	BBRAUN	A05E01	EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL	24000	0	24000	CUMPLE		76		
111	IMCOLMEDICA SA	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	8185	1310	9495	CUMPLE		46		
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	6000	960	6960	CUMPLE		63		
74	VYGON	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	5500	880	6380	CUMPLE		69		
83	BECTON DICKINSON	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	4.500	720	5.220	CUMPLE		84		
81	BBRAUN	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	3.800	608	4.408	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificacion Tecnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
100	LM INSTRUMENTS SA	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	3500	560	4060	NO CUMPLE	Material muy regular			
91	QUIRUMEDICOS LTDA	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	1890	302	2192	NO CUMPLE	Bloqueo Aguja (guia trabada)			
111	IMCOLMEDICA SA	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 27G x 90 mm	8185	1310	9495	CUMPLE		43		
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 27G x 90 mm	6000	960	6960	CUMPLE		58		
74	VYGON	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 27G x 90 mm	5500	880	6380	CUMPLE		64		
100	LM INSTRUMENTS SA	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 27G x 90 mm	3800	608	4408	NO CUMPLE	Material muy regular			
81	BBRAUN	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 27G x 90 mm	3.500	560	4.060	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
91	QUIRUMEDICOS LTDA	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 27G x 90 mm	1890	302	2192	NO CUMPLE	Bloqueo Aguja (guia trabada)			
111	IMCOLMEDICA SA	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 20G x 90 mm	8185	1310	9495	CUMPLE		43		
100	LM INSTRUMENTS SA	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 20G x 90 mm	3800	608	4408	NO CUMPLE	Material muy regular			
81	BBRAUN	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 20G x 90 mm	3800	608	4408	CUMPLE		92		
74	VYGON	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 20G x 90 mm	3060	490	3550	CUMPLE		114		
91	QUIRUMEDICOS LTDA	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 20G x 90 mm	1890	302	2192	NO CUMPLE	Se dobla fácil y Bloqueo Aguja			
111	IMCOLMEDICA SA	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	8185	1310	9495	CUMPLE		43		
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	6000	960	6960	CUMPLE		58		
74	VYGON	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	5500	880	6380	CUMPLE		64		
83	BECTON DICKINSON	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	4500	720	5220	CUMPLE		78		
100	LM INSTRUMENTS SA	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	3800	608	4408	NO CUMPLE	Material muy regular			
81	BBRAUN	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	3.500	560	4.060	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
91	QUIRUMEDICOS LTDA	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	1890	302	2192	NO CUMPLE	Bloqueo Aguja (guia trabada)			
74	VYGON	A07A10	AGUJA ESPINAL PARA BLOQUEO 100 mm. CANULA G-21	19700	3152	22852	CUMPLE		81		
100	LM INSTRUMENTS SA	A07A10	AGUJA ESPINAL PARA BLOQUEO 100 mm. CANULA G-21	18200	2912	21112	CUMPLE		88		
81	BBRAUN	A07A10	AGUJA ESPINAL PARA BLOQUEO 100 mm. CANULA G-21	16.000	2.560	18.560	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
74	VYGON	A07A8	AGUJA ESPINAL PARA BLOQUEO 50 mm. CANUAL G-22	19700	3152	22852	CUMPLE		81		
100	LM INSTRUMENTS SA	A07A8	AGUJA ESPINAL PARA BLOQUEO 50 mm. CANUAL G-22	18200	2912	21112	CUMPLE		88		
81	BBRAUN	A07A8	AGUJA ESPINAL PARA BLOQUEO 50 mm. CANUAL G-22	16.000	2.560	18.560	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
74	VYGON	A07A9	AGUJA ESPINAL PARA BLOQUEO 25 mm	19700	3152	22852	CUMPLE		81		
100	LM INSTRUMENTS SA	A07A9	AGUJA ESPINAL PARA BLOQUEO 25 mm	18200	2912	21112	CUMPLE		88		
81	BBRAUN	A07A9	AGUJA ESPINAL PARA BLOQUEO 25 mm	16.000	2.560	18.560	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	A21C01	CATETER TERMODILUCION 7.0 Fr	200000	0	200000	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
61	EDWARDS LIFESCIENCES	A21C01	CATETER TERMODILUCION 7.0 Fr	153.000	-	153.000	NO CUMPLE	A PESAR DE TENER CONCEPTO FAVORABLE. ESTA EMPRESA NO CUMPLE CON UN TIEMPO DE CONSTITUCION MAYOR A 2 AÑOS. NOVEDAD EN RESULTADOS DE EVALUACION DE EXPERIENCIA			
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20 x 1 1/2 PULG	50	16	66	CUMPLE		67		
111	IMCOLMEDICA SA	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20 x 1 1/2 PULG	94	15	109	CUMPLE		40		
86	DROGAS BOYACA	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20 x 1 1/2 PULG	84	13	97	CUMPLE		45		
83	BECTON DICKINSON	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20 x 1 1/2 PULG	70	11	81	CUMPLE		54		
73	S Y D	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20 x 1 1/2 PULG	46	7	53	CUMPLE		83		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
122	POLIMEDIC	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20 x 1 1/2 PULG	46	7	53	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			INADMISIBLE JURIDICAMENTE. NO EVALUADO ECONOMICAMENTE
64	NUCLEOTEC	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20 x 1 1/2 PULG	38	6	44	CUMPLE		100	ADJUDICADO	EMPATE
52	CORPAUL	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20 x 1 1/2 PULG	39	6	45	CUMPLE		98		
69	CARDIOMED	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20 x 1 1/2 PULG	38	6	44	CUMPLE		100	ADJUDICADO	EMPATE
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21 (1 1 1/2)	50	16	66	CUMPLE		67		
111	IMCOLMEDICA SA	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21 (1 1 1/2)	94	15	109	CUMPLE		40		
86	DROGAS BOYACA	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21 (1 1 1/2)	84	13	97	CUMPLE		45		
83	BECTON DICKINSON	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21 (1 1 1/2)	70	11	81	CUMPLE		54		
73	S Y D	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21 (1 1 1/2)	46	7	53	CUMPLE		83		
122	POLIMEDIC	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21 (1 1 1/2)	46	7	53	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			INADMISIBLE JURIDICAMENTE. NO EVALUADO ECONOMICAMENTE
64	NUCLEOTEC	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21 (1 1 1/2)	38	6	44	CUMPLE		100	ADJUDICADO	EMPATE
52	CORPAUL	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21 (1 1 1/2)	39	6	45	CUMPLE		98		
69	CARDIOMED	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21 (1 1 1/2)	38	6	44	CUMPLE		100	ADJUDICADO	EMPATE
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23 (1 1 1/2)	50	16	66	CUMPLE		67		
73	S Y D	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23 (1 1 1/2)	67	11	78	CUMPLE		56		
122	POLIMEDIC	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23 (1 1 1/2)	46	7	53	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			INADMISIBLE JURIDICAMENTE. NO EVALUADO ECONOMICAMENTE
64	NUCLEOTEC	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23 (1 1 1/2)	38	6	44	CUMPLE		100		
52	CORPAUL	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23 (1 1 1/2)	39	6	45	CUMPLE		98		
69	CARDIOMED	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23 (1 1 1/2)	38	6	44	CUMPLE		100		
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	B08A08	AGUJA HIPODERMICA 25 (1 1 5/8)	50	16	66	CUMPLE		67		
73	S Y D	B08A08	AGUJA HIPODERMICA 25 (1 1 5/8)	68	11	79	CUMPLE		56		
64	NUCLEOTEC	B08A08	AGUJA HIPODERMICA 25 (1 1 5/8)	38	6	44	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
111	IMCOLMEDICA SA	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18 x 1 1/2 PULG	119	19	138	CUMPLE		32		
86	DROGAS BOYACA	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18 x 1 1/2 PULG	108	17	125	CUMPLE		35		
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18 x 1 1/2 PULG	50	16	66	CUMPLE		67		
83	BECTON DICKINSON	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18 x 1 1/2 PULG	80	13	93	CUMPLE		47		
73	S Y D	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18 x 1 1/2 PULG	46	7	53	CUMPLE		83		
122	POLIMEDIC	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18 x 1 1/2 PULG	46	7	53	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			INADMISIBLE JURIDICAMENTE. NO EVALUADO ECONOMICAMENTE
64	NUCLEOTEC	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18 x 1 1/2 PULG	38	6	44	CUMPLE		100		
52	CORPAUL	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18 x 1 1/2 PULG	39	6	45	CUMPLE		98		
69	CARDIOMED	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18 x 1 1/2 PULG	38	6	44	CUMPLE		100		
111	IMCOLMEDICA SA	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16 x 1 1/2 PULG	168	27	195	CUMPLE		23		
86	DROGAS BOYACA	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16 x 1 1/2 PULG	125	20	145	CUMPLE		30		
83	BECTON DICKINSON	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16 x 1 1/2 PULG	80	13	93	CUMPLE		47		
64	NUCLEOTEC	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16 x 1 1/2 PULG	38	6	44	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25 x 5/8 PULG	50	16	66	CUMPLE		67		
111	IMCOLMEDICA SA	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25 x 5/8 PULG	94	15	109	CUMPLE		40		
83	BECTON DICKINSON	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25 x 5/8 PULG	70	11	81	CUMPLE		54		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
73	S Y D	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25 x 5/8 PULG	46	7	53	CUMPLE		83		
122	POLIMEDIC	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25 x 5/8 PULG	46	7	53	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			INADMISIBLE JURIDICAMENTE. NO EVALUADO ECONOMICAMENTE
64	NUCLEOTEC	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25 x 5/8 PULG	38	6	44	CUMPLE		100	ADJUDICADO	EMPATE
69	CARDIOMED	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25 x 5/8 PULG	38	6	44	CUMPLE		100	ADJUDICADO	EMPATE
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	C02I01	INTRODUCTOR CATETER TERMODILUCION 8.5 Fr	65.000	-	65.000	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
61	EDWARDS LIFESCIENCES	C02I01	INTRODUCTOR CATETER TERMODILUCION 8.5 Fr	90000	0	90000	NO CUMPLE	A PESAR DE TENER CONCEPTO FAVORABLE, ESTA EMPRESA NO CUMPLE CON UN TIEMPO DE CONSTITUCION MAYOR A 2 AÑOS. NOVEDAD EN RESULTADOS DE EVALUACION DE EXPERIENCIA			
74	VYGON	C11C01	CATETER CENTRAL INSERCIÓN PERIFÉRICA 70 cm	122800	0	122800	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	C11C01	CATETER CENTRAL INSERCIÓN PERIFÉRICA 70 cm	110.000	-	110.000	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
79	COLOMBIAN MEDICARE	C11C01	CATETER CENTRAL INSERCIÓN PERIFÉRICA 70 cm	125000	0	125000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
87	VJ CARDIOSISTEMAS	C11C01	CATETER CENTRAL INSERCIÓN PERIFÉRICA 70 cm	385000	0	385000	NO CUMPLE	Sin trabajo de camo			
81	BBRAUN	C11C01	CATETER CENTRAL INSERCIÓN PERIFÉRICA 70 cm	30000	0	30000	NO CUMPLE	producto sin trabajo de campo			
74	VYGON	C12C01	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN	48600	0	48600	NO CUMPLE	Mal formación de guía al paso con dificultad del cateter, riesgo de mala insercion			
100	LM INSTRUMENTS SA	C12C01	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN	61900	0	61900	NO CUMPLE	Doble sitio de inserción de la guía no permite adecuada punción. Se dobla la guía.			
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	C12C01	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN	45.200	-	45.200	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
73	S Y D	C12C01	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN	91331	0	91331	NO CUMPLE	Mal formación de guía al paso con dificultad del cateter, riesgo de mala insercion			
64	NUCLEOTEC	C12C01	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN	40000	0	40000	NO CUMPLE	Se dobla la guía metálica. No desliza favorablemente la guía. Riesgo de lesión vascular			
79	COLOMBIAN MEDICARE	C12C01	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN	55000	0	55000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
87	VJ CARDIOSISTEMAS	C12C01	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN	210000	0	210000	NO CUMPLE	Sin trabajo de camo			
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C12C01	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN	48500	0	48500	NO CUMPLE	Aguja con pobre calidad, con pérdida de integridad al peso de la piel aumenta el riesgo de lesión vascular y neumotorax			
81	BBRAUN	C12C01	CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN	40000	0	40000	NO CUMPLE	Complicaciones en insercción, aguja deformable, aumenta riesgo de neumotorax, lesiones vasculares			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	C12C02	CATETER VENOSO CENTRAL No 24 -NEONATAL-	85.000	-	85.000	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
74	VYGON	C12C03	CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN	52300	0	52300	NO CUMPLE	Mal formación de guía al paso con dificultad del cateter, riesgo de mala insercion			
100	LM INSTRUMENTS SA	C12C03	CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN	70970	0	70970	NO CUMPLE	Doble sitio de inserción de la guía no permite adecuada punción . Se dobla la guía.			
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	C12C03	CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN	50000	0	50000	CUMPLE		82		
73	S Y D	C12C03	CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN	81998	0	81998	NO CUMPLE	Mal formación de guía al paso con dificultad del cateter, riesgo de mala insercion			
64	NUCLEOTEC	C12C03	CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN	41.000	-	41.000	NO CUMPLE	Se dobla la guía metálica. No desliza favorablemente la guía. Riesgo de lesion vascular		ADJUDICADO	SE ADJUDICA
79	COLOMBIAN MEDICARE	C12C03	CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN	55000	0	55000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C12C03	CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN	55000	0	55000	NO CUMPLE	Aguja con pobre calidad, con perdida de integridad al peso de la piel aumenta el riesgo de lesión vascular y neumotorax			
87	VJ CARDIOSISTEMAS	C12C03	CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN	200000	0	200000	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
81	BBRAUN	C12C03	CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN	43600	0	43600	NO CUMPLE	Complicaciones en insercción, aguja deformable, aumenta riesgo de neumotorax, lesiones vasculares			
74	VYGON	C12C04	CATETER CENTRAL UN LUMEN	38200	0	38200	NO CUMPLE	Mal formación de guía al paso con dificultad del cateter, riesgo de mala insercion			
100	LM INSTRUMENTS SA	C12C04	CATETER CENTRAL UN LUMEN	49900	0	49900	NO CUMPLE	Doble sitio de inserción de la guía no permite adecuada punción . Se dobla la guía.			
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	C12C04	CATETER CENTRAL UN LUMEN	42000	0	42000	CUMPLE		83		
64	NUCLEOTEC	C12C04	CATETER CENTRAL UN LUMEN	35.000	-	35.000	NO CUMPLE	Se dobla la guía metálica. No desliza favorablemente la guía. Riesgo de lesion vascular		ADJUDICADO	SE ADJUDICA
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C12C04	CATETER CENTRAL UN LUMEN	44186	0	44186	NO CUMPLE	Aguja con pobre calidad, con perdida de integridad al peso de la piel aumenta el riesgo de lesión vascular y neumotorax			
87	VJ CARDIOSISTEMAS	C12C04	CATETER CENTRAL UN LUMEN	70000	0	70000	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
81	BBRAUN	C12C04	CATETER CENTRAL UN LUMEN	40000	0	40000	NO CUMPLE	Complicaciones en insercción, aguja deformable, aumenta riesgo de neumotorax, lesiones vasculares			
100	LM INSTRUMENTS SA	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO	50000	0	50000	NO CUMPLE	Se dobla la guía			
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO	40.500	-	40.500	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
79	COLOMBIAN MEDICARE	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO	65000	0	65000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin IVA	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO	47201	0	47201	NO CUMPLE	Aguja con pobre calidad, con perdida de integridad al peso de la piel aumenta el riesgo de lesión vascular y neumotorax			
87	VJ CARDIOSISTEMAS	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO	70000	0	70000	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
74	VYGON	C15C01	CATETER EPICUTANEO	133.000	-	133.000	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
93	SURGICON & CIA SAS	C16C01	CATETER TROMBOEMBOLISMO 3	116.000	-	116.000	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministró muestra para evaluación		NO SE EVALUA	DESIERTO
93	SURGICON & CIA SAS	C16C02	CATETER TROMBOEMBOLISMO 4	116.000	-	116.000	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministró muestra para evaluación		NO SE EVALUA	DESIERTO
93	SURGICON & CIA SAS	C16C03	CATETER TROMBOEMBOLISMO 5	116.000	-	116.000	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministró muestra para evaluación		NO SE EVALUA	DESIERTO
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	C17C01	KIT CATETER HEMODIALISIS DOBLE LUMEN 13.5 * 16cm (CORTA VIDA)	180.000	-	180.000	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
79	COLOMBIAN MEDICARE	C17C01	KIT CATETER HEMODIALISIS DOBLE LUMEN 13.5 * 16cm (CORTA VIDA)	160000	0	160000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
113	LABORATORIOS BAXTER	C17C01	KIT CATETER HEMODIALISIS DOBLE LUMEN 13.5 * 16cm (CORTA VIDA)	442000	0	442000	CUMPLE		41		
113	LABORATORIOS BAXTER	C17C01	KIT CATETER HEMODIALISIS DOBLE LUMEN 13.5 * 16cm (CORTA VIDA)	442000	0	442000	CUMPLE		41		
113	LABORATORIOS BAXTER	C17C01	KIT CATETER HEMODIALISIS DOBLE LUMEN 13.5 * 16cm (CORTA VIDA)	384800	0	384800	CUMPLE		47		
113	LABORATORIOS BAXTER	C17C01	KIT CATETER HEMODIALISIS DOBLE LUMEN 13.5 * 16cm (CORTA VIDA)	384800	0	384800	CUMPLE		47		
79	COLOMBIAN MEDICARE	C17C02	KIT CATETER HEMODIALISIS DOBLE LUMEN 14.5Fr * 36cm (LARGA VIDA)	435000	0	435000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
113	LABORATORIOS BAXTER	C17C02	KIT CATETER HEMODIALISIS DOBLE LUMEN 14.5Fr * 36cm (LARGA VIDA)	649.598	-	649.598	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
83	BECTON DICKINSON	C18C01	CATETER INTRAVENOSO 14	1700	0	1700	CUMPLE		37		
111	IMCOLMEDICA SA	C18C01	CATETER INTRAVENOSO 14	2940	0	2940	CUMPLE		21		
80	BIOPLAST	C18C01	CATETER INTRAVENOSO 14	630	-	630	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C18C01	CATETER INTRAVENOSO 14	780	0	780	CUMPLE		81		
81	BBRAUN	C18C01	CATETER INTRAVENOSO 14	690	0	690	CUMPLE		91		
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	C18C01	CATETER INTRAVENOSO 14	660	0	660	CUMPLE		95		
83	BECTON DICKINSON	C18C02	CATETER INTRAVENOSO 16 CORTO	1500	0	1500	CUMPLE		42		
111	IMCOLMEDICA SA	C18C02	CATETER INTRAVENOSO 16 CORTO	2382	0	2382	CUMPLE		26		
73	S Y D	C18C02	CATETER INTRAVENOSO 16 CORTO	832	0	832	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministra muestra para evaluación			
80	BIOPLAST	C18C02	CATETER INTRAVENOSO 16 CORTO	630	-	630	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C18C02	CATETER INTRAVENOSO 16 CORTO	980	0	980	CUMPLE		64		
86	DROGAS BOYACA	C18C03	CATETER INTRAVENOSO No 16 x 2 LARGO	812	0	812	CUMPLE		80		
97	LABORATORIOS LIMITADA DE BOGOTA	C18C03	CATETER INTRAVENOSO No 16 x 2 LARGO	700	0	700	NO CUMPLE	LA PUNTA DEL CATETER SE DESINTEGRA CON FACILIDAD			
69	CARDIOMED	C18C03	CATETER INTRAVENOSO No 16 x 2 LARGO	650	0	650	NO CUMPLE	EXPERIENCIA DE PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO INDICA QUE NO TIENE BUEN FILO Y SE DESINTEGRA CON FACILIDAD. ADICIONALMENTE, NO ES FACIL SU MANIPULACION AL MOMENTO DE RETIRAR EL CATETER.			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre Proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C18C03	CATETER INTRAVENOSO No 16 x 2 LARGO	780	0	780	CUMPLE		88		
81	BBRAUN	C18C03	CATETER INTRAVENOSO No 16 x 2 LARGO	690	-	690	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
83	BECTON DICKINSON	C18C04	CATETER INTRAVENOSO No 18 x 1 1/4 PULG	1300	0	1300	CUMPLE		48		
111	IMCOLMEDICA SA	C18C04	CATETER INTRAVENOSO No 18 x 1 1/4 PULG	1986	0	1986	CUMPLE		32		
86	DROGAS BOYACA	C18C04	CATETER INTRAVENOSO No 18 x 1 1/4 PULG	812	0	812	CUMPLE		78		
97	LABORATORIOS LIMITADA DE BOGOTA	C18C04	CATETER INTRAVENOSO No 18 x 1 1/4 PULG	700	0	700	NO CUMPLE	LA PUNTA DEL CATETER SE DESINTEGRA CON FACILIDAD			
69	CARDIOMED	C18C04	CATETER INTRAVENOSO No 18 x 1 1/4 PULG	650	0	650	NO CUMPLE	EXPERIENCIA DE PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO INDICA QUE NO TIENE BUEN FILO Y SE DESINTEGRA CON FACILIDAD. ADICIONALMENTE, NO ES FACIL SU MANIPULACION AL MOMENTO DE RETIRAR EL CATETER.			
80	BIOPLAST	C18C04	CATETER INTRAVENOSO No 18 x 1 1/4 PULG	630	0	630	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C18C04	CATETER INTRAVENOSO No 18 x 1 1/4 PULG	780	0	780	CUMPLE		81		
81	BBRAUN	C18C04	CATETER INTRAVENOSO No 18 x 1 1/4 PULG	690	0	690	CUMPLE		91		
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	C18C04	CATETER INTRAVENOSO No 18 x 1 1/4 PULG	660	0	660	CUMPLE		95		
83	BECTON DICKINSON	C18C05	CATETER INTRAVENOSO No 20 x 1 1/4 PULG	1300	0	1300	CUMPLE		48		
111	IMCOLMEDICA SA	C18C05	CATETER INTRAVENOSO No 20 x 1 1/4 PULG	1986	0	1986	CUMPLE		32		
86	DROGAS BOYACA	C18C05	CATETER INTRAVENOSO No 20 x 1 1/4 PULG	812	0	812	CUMPLE		78		
97	LABORATORIOS LIMITADA DE BOGOTA	C18C05	CATETER INTRAVENOSO No 20 x 1 1/4 PULG	700	0	700	NO CUMPLE	LA PUNTA DEL CATETER SE DESINTEGRA CON FACILIDAD			
69	CARDIOMED	C18C05	CATETER INTRAVENOSO No 20 x 1 1/4 PULG	650	0	650	NO CUMPLE	EXPERIENCIA DE PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO INDICA QUE NO TIENE BUEN FILO Y SE DESINTEGRA CON FACILIDAD. ADICIONALMENTE, NO ES FACIL SU MANIPULACION AL MOMENTO DE RETIRAR EL CATETER.			
73	S Y D	C18C05	CATETER INTRAVENOSO No 20 x 1 1/4 PULG	1067	0	1067	CUMPLE		59		
80	BIOPLAST	C18C05	CATETER INTRAVENOSO No 20 x 1 1/4 PULG	630	-	630	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C18C05	CATETER INTRAVENOSO No 20 x 1 1/4 PULG	780	0	780	CUMPLE		81		
81	BBRAUN	C18C05	CATETER INTRAVENOSO No 20 x 1 1/4 PULG	690	0	690	CUMPLE		91		
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	C18C05	CATETER INTRAVENOSO No 20 x 1 1/4 PULG	660	0	660	CUMPLE		95		
111	IMCOLMEDICA SA	C18C06	CATETER INTRAVENOSO No 22	1986	0	1986	CUMPLE		32		
86	DROGAS BOYACA	C18C06	CATETER INTRAVENOSO No 22	812	0	812	CUMPLE		78		
97	LABORATORIOS LIMITADA DE BOGOTA	C18C06	CATETER INTRAVENOSO No 22	700	0	700	NO CUMPLE	LA PUNTA DEL CATETER SE DESINTEGRA CON FACILIDAD			
69	CARDIOMED	C18C06	CATETER INTRAVENOSO No 22	650	0	650	NO CUMPLE	EXPERIENCIA DE PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO INDICA QUE NO TIENE BUEN FILO Y SE DESINTEGRA CON FACILIDAD. ADICIONALMENTE, NO ES FACIL SU MANIPULACION AL MOMENTO DE RETIRAR EL CATETER.			
73	S Y D	C18C06	CATETER INTRAVENOSO No 22	787	0	787	CUMPLE		80		
80	BIOPLAST	C18C06	CATETER INTRAVENOSO No 22	630	-	630	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C18C06	CATETER INTRAVENOSO No 22	780	0	780	CUMPLE		81		
81	BBRAUN	C18C06	CATETER INTRAVENOSO No 22	690	0	690	CUMPLE		91		
83	BECTON DICKINSON	C18C06	CATETER INTRAVENOSO No 22	1300	0	1300	CUMPLE		48		
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	C18C06	CATETER INTRAVENOSO No 22	660	0	660	CUMPLE		95		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre del Proveedor	codigo producto	Nombre del Producto	Valor Unitario con IVA	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
111	IMCOLMEDICA SA	C18C07	CATETER INTRAVENOSO No 24 x 3/4 PULG	2156	0	2156	CUMPLE		29		
86	DROGAS BOYACA	C18C07	CATETER INTRAVENOSO No 24 x 3/4 PULG	812	0	812	CUMPLE		78		
109	NIPRO MEDICAL CORPORATION	C18C07	CATETER INTRAVENOSO No 24 x 3/4 PULG	660	0	660	CUMPLE		95		
97	LABORATORIOS LIMITADA DE BOGOTA	C18C07	CATETER INTRAVENOSO No 24 x 3/4 PULG	700	0	700	NO CUMPLE	LA PUNTA DEL CATETER SE DESINTEGRA CON FACILIDAD			
69	CARDIOMED	C18C07	CATETER INTRAVENOSO No 24 x 3/4 PULG	650	0	650	NO CUMPLE	EXPERIENCIA DE PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO INDICA QUE NO TIENE BUEN FILO Y SE DESINTEGRA CON FACILIDAD. ADICIONALMENTE, NO ES FACIL SU MANIPULACION AL MOMENTO DE RETIRAR EL CATETER.			
73	S Y D	C18C07	CATETER INTRAVENOSO No 24 x 3/4 PULG	1067	0	1067	CUMPLE		59		
80	BIOPLAST	C18C07	CATETER INTRAVENOSO No 24 x 3/4 PULG	630	-	630	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
108	COBO&ASOCIADOS SAS	C18C07	CATETER INTRAVENOSO No 24 x 3/4 PULG	780	0	780	CUMPLE		81		
81	BBRAUN	C18C07	CATETER INTRAVENOSO No 24 x 3/4 PULG	690	0	690	CUMPLE		91		
83	BECTON DICKINSON	C18C07	CATETER INTRAVENOSO No 24 x 3/4 PULG	1300	0	1300	CUMPLE		48		
73	S Y D	C21C02	CATETER PERITONEAL	804945	0	804945	NO CUMPLE	No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización			
79	COLOMBIAN MEDICARE	C21C02	CATETER PERITONEAL	308000	0	308000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	455000	0	455000	CUMPLE		63		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	455000	0	455000	CUMPLE		63		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	455000	0	455000	CUMPLE		63		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	455000	0	455000	CUMPLE		63		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	455000	0	455000	CUMPLE		63		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	285.280	-	285.280	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	597994	0	597994	CUMPLE		48		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	597994	0	597994	CUMPLE		48		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	597994	0	597994	CUMPLE		48		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	597994	0	597994	CUMPLE		48		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	597994	0	597994	CUMPLE		48		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	679512	0	679512	CUMPLE		42		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	679512	0	679512	CUMPLE		42		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	679512	0	679512	CUMPLE		42		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	679512	0	679512	CUMPLE		42		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	679512	0	679512	CUMPLE		42		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin IVA	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	425135	0	425135	CUMPLE		67		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	425135	0	425135	CUMPLE		67		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	425135	0	425135	CUMPLE		67		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	425135	0	425135	CUMPLE		67		
113	LABORATORIOS BAXTER	C21C02	CATETER PERITONEAL	425135	0	425135	CUMPLE		67		
74	VYGON	CATE	CATETER UMBILICAL 5.0 Fr	3.090	-	3.090	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
73	S Y D	CATE	CATETER UMBILICAL 5.0 Fr	4000	0	4000	CUMPLE		77		
55	COVIDIEN	CATE	CATETER UMBILICAL 5.0 Fr	16000	0	16000	CUMPLE		19		
55	COVIDIEN	CT10211498	CATETER GASTROSTOMIA 14FR	95.000	-	95.000	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo		NO SE EVALUA	DESIERTO
60	MINERVA	CT10211498	CATETER GASTROSTOMIA 14FR	250000	0	250000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	CT10271001	KIT CATETER DOBLE LUMEN 13.5Fr * 19.5cm EXTENSIONES RECTAS (CORTA VIDA)	180.000	-	180.000	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
79	COLOMBIAN MEDICARE	CT10271001	KIT CATETER DOBLE LUMEN 13.5Fr * 19.5cm EXTENSIONES RECTAS (CORTA VIDA)	160000	0	160000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
113	LABORATORIOS BAXTER	CT10271001	KIT CATETER DOBLE LUMEN 13.5Fr * 19.5cm EXTENSIONES RECTAS (CORTA VIDA)	385313	0	385313	CUMPLE				
79	COLOMBIAN MEDICARE	CT1027951	KIT CATETER DOBLE LUMEN CON CUFF DE 14.5 * 40cm (LARGA VIDA)	435000	0	435000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
113	LABORATORIOS BAXTER	CT1027951	KIT CATETER DOBLE LUMEN CON CUFF DE 14.5 * 40cm (LARGA VIDA)	821.348	-	821.348	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
74	VYGON	CT130983	CATETER EPICUTANEO DOBLE LUMEN	160.900	-	160.900	CUMPLE	Garantizando la compra adicional de la aguja	100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
79	COLOMBIAN MEDICARE	CT130983	CATETER EPICUTANEO DOBLE LUMEN	170000	0	170000	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
100	LM INSTRUMENTS SA	CT3091589	AGUJA DE ANESTESIA SUBARACNOIDEA PUNTA DE LAPIZ N° 25 x 3 1/2 PULG	13.400	2.144	15.544	NO CUMPLE	Execiba memoria y flexibilidad con posibilidad de ruptura.		NO SE EVALUA	DESIERTO
100	LM INSTRUMENTS SA	CT3091611	AGUJA DE ANESTESIA SUBARACNOIDEA PUNTA DE LAPIZ N° 26 x 3 1/2 PULG	13.400	2.144	15.544	NO CUMPLE	Execiba memoria y flexibilidad con posibilidad de ruptura.		NO SE EVALUA	DESIERTO
100	LM INSTRUMENTS SA	CT3091612	AGUJA DE ANESTESIA SUBARACNOIDEA PUNTA DE LAPIZ N° 27 x 90 mm	13.400	2.144	15.544	NO CUMPLE	Execiba memoria y flexibilidad con posibilidad de ruptura.		NO SE EVALUA	DESIERTO
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	CT383765	ELECTRODO CATETER BIPOLAR 5 Fr x 110 cm	280.000	-	280.000	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
100	LM INSTRUMENTS SA	CT4011233	SONDA VESICAL N°6 SILICONADA	20600	0	20600	CUMPLE		29		
73	S Y D	CT4011233	SONDA VESICAL N°6 SILICONADA	1867	0	1867	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministra muestra para evaluación			
91	QUIRUMEDICOS LTDA	CT4011233	SONDA VESICAL N°6 SILICONADA	5.900	-	5.900	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
111	IMCOLMEDICA SA	CT401797	SONDA VESICAL DOS VIAS N°22*	1.192	-	1.192	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
94	LIBCON DE COLOMBIA SAS	CT401797	SONDA VESICAL DOS VIAS N°22*	1077	0	1077	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
69	CARDIOMED	CT401797	SONDA VESICAL DOS VIAS N°22*	1100	0	1100	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario IVA	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
73	S Y D	CT401797	SONDA VESICAL DOS VIAS N°22*	1466	0	1466	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministra muestra para evaluación			
91	QUIRUMEDICOS LTDA	CT401797	SONDA VESICAL DOS VIAS N°22*	1400	0	1400	CUMPLE		85		
111	IMCOLMEDICA SA	CT401798	SONDA VESICAL TRES VIAS N°18*	1.567	-	1.567	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
94	LIBCON DE COLOMBIA SAS	CT401798	SONDA VESICAL TRES VIAS N°18*	2603	0	2603	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
73	S Y D	CT401798	SONDA VESICAL TRES VIAS N°18*	1600	0	1600	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministra muestra para evaluación			
91	QUIRUMEDICOS LTDA	CT401798	SONDA VESICAL TRES VIAS N°18*	2180	0	2180	CUMPLE		72		
91	QUIRUMEDICOS LTDA	CT401982	SONDA VESICAL N°8 CON GUIA	1.850	-	1.850	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
62	M & M	CT529780	CATETER DE BRACH 6Fr	34.200	-	34.200	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
70	COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS	CT5651604	INTRODUCTOR ELECTRODO CATETER BIPOLAR 7 FR	65.000	-	65.000	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
68	UCIPHARMA	D04T01	TRANSDUCTOR CATETER TERMODILUCION	42000	6720	48720	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
121	G BARCO	D04T01	TRANSDUCTOR CATETER TERMODILUCION	42000	6720	48720	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
61	EDWARDS LIFESCIENCES	D04T01	TRANSDUCTOR CATETER TERMODILUCION	40.000	16	40.016	NO CUMPLE	A PESAR DE TENER CONCEPTO FAVORABLE. ESTA EMPRESA NO CUMPLE CON UN TIEMPO DE CONSTITUCION MAYOR A 2 AÑOS. NOVEDAD EN RESULTADOS DE EVALUACION DE EXPERIENCIA			
95	SURGICON & CIA SAS	D10A01	AGUJA MIELOGRAMA ASPIRACION	45.000	7.200	52.200	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministró muestra para evaluación		NO SE EVALUA	DESIERTO
69	CARDIOMED	D10A01	AGUJA MIELOGRAMA ASPIRACION	40000	6400	46400	NO CUMPLE	PRODUCTO NO CONOCIDO EN LA INSTITUCION. NO TIENE TRABAJO DE CAMPO.			
124	RP MEDICAS	D10A01	AGUJA MIELOGRAMA ASPIRACION	40000	6400	46400	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministró muestra para evaluación			
87	VJ CARDIOSISTEMAS	D10A01	AGUJA MIELOGRAMA ASPIRACION	33500	5350	38850	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo			
111	IMCOLMEDICA SA	E02S01	SONDA VESICAL 10	1538	0	1538	CUMPLE		72		
94	LIBCON DE COLOMBIA SAS	E02S01	SONDA VESICAL 10	1929	0	1929	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
69	CARDIOMED	E02S01	SONDA VESICAL 10	1200	0	1200	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E02S01	SONDA VESICAL 10	1333	0	1333	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministra muestra para evaluación			
64	NUCLEOTEC	E02S01	SONDA VESICAL 10	1.100	-	1.100	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos		SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
91	QUIRUMEDICOS LTDA	E02S01	SONDA VESICAL 10	1701	0	1701	CUMPLE		65		
111	IMCOLMEDICA SA	E02S02	SONDA VESICAL 8	1.538	-	1.538	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre Proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
94	LIBCON DE COLOMBIA SAS	E02S02	SONDA VESICAL 8	2228	0	2228	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
69	CARDIOMED	E02S02	SONDA VESICAL 8	1200	0	1200	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E02S02	SONDA VESICAL 8	1800	0	1800	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
64	NUCLEOTEC	E02S02	SONDA VESICAL 8	1100	0	1100	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
91	QUIRUMÉDICOS LTDA	E02S02	SONDA VESICAL 8	1701	0	1701	CUMPLE		90		
111	IMCOLMEDICA SA	E02S03	SONDA VESICAL DOS VIAS 14	1.192	-	1.192	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
69	CARDIOMED	E02S03	SONDA VESICAL DOS VIAS 14	1100	0	1100	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E02S03	SONDA VESICAL DOS VIAS 14	1200	0	1200	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
64	NUCLEOTEC	E02S03	SONDA VESICAL DOS VIAS 14	990	0	990	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
91	QUIRUMÉDICOS LTDA	E02S03	SONDA VESICAL DOS VIAS 14	1400	0	1400	CUMPLE				
111	IMCOLMEDICA SA	E02S04	SONDA VESICAL DOS VIAS 16	1.192	-	1.192	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
94	LIBCON DE COLOMBIA SAS	E02S04	SONDA VESICAL DOS VIAS 16	1605	0	1605	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
69	CARDIOMED	E02S04	SONDA VESICAL DOS VIAS 16	1100	0	1100	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E02S04	SONDA VESICAL DOS VIAS 16	1467	0	1467	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministra muestra para evaluación			
64	NUCLEOTEC	E02S04	SONDA VESICAL DOS VIAS 16	990	0	990	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
91	QUIRUMÉDICOS LTDA	E02S04	SONDA VESICAL DOS VIAS 16	1400	0	1400	CUMPLE				
111	IMCOLMEDICA SA	E02S05	SONDA VESICAL DOS VIAS 18	1.192	-	1.192	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
94	LIBCON DE COLOMBIA SAS	E02S05	SONDA VESICAL DOS VIAS 18	1605	0	1605	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
69	CARDIOMED	E02S05	SONDA VESICAL DOS VIAS 18	1100	0	1100	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E02S05	SONDA VESICAL DOS VIAS 18	1133	0	1133	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
64	NUCLEOTEC	E02S05	SONDA VESICAL DOS VIAS 18	990	0	990	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
91	QUIRUMÉDICOS LTDA	E02S05	SONDA VESICAL DOS VIAS 18	1400	0	1400	CUMPLE				
111	IMCOLMEDICA SA	E02S06	SONDA VESICAL DOS VIAS 20	1.192	-	1.192	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
94	LIBCON DE COLOMBIA SAS	E02S06	SONDA VESICAL DOS VIAS 20	1077	0	1077	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
69	CARDIOMED	E02S06	SONDA VESICAL DOS VIAS 20	1100	0	1100	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
73	S Y D	E02S06	SONDA VESICAL DOS VIAS 20	1133	0	1133	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
64	NUCLEOTEC	E02S06	SONDA VESICAL DOS VIAS 20	990	0	990	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
91	QUIRUMEDICOS LTDA	E02S06	SONDA VESICAL DOS VIAS 20	1400	0	1400	CUMPLE				
111	IMCOLMEDICA SA	E02S08	SONDA VESICAL TRES VIAS 20	1.567	-	1.567	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
73	S Y D	E02S08	SONDA VESICAL TRES VIAS 20	1600	0	1600	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministra muestra para evaluación			
64	NUCLEOTEC	E02S08	SONDA VESICAL TRES VIAS 20	1350	0	1350	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
91	QUIRUMEDICOS LTDA	E02S08	SONDA VESICAL TRES VIAS 20	2180	0	2180	CUMPLE				
111	IMCOLMEDICA SA	E02S09	SONDA VESICAL TRES VIAS 22	1.567	-	1.567	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
94	LIBCON DE COLOMBIA SAS	E02S09	SONDA VESICAL TRES VIAS 22	2387	0	2387	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
73	S Y D	E02S09	SONDA VESICAL TRES VIAS 22	1867	0	1867	NO CUMPLE	Sin trabajo de campo. No suministra muestra para evaluación			
64	NUCLEOTEC	E02S09	SONDA VESICAL TRES VIAS 22	1350	0	1350	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
91	QUIRUMEDICOS LTDA	E02S09	SONDA VESICAL TRES VIAS 22	2180	0	2180	CUMPLE				
111	IMCOLMEDICA SA	E02S10	SONDA VESICAL TRES VIAS 24	1.567	-	1.567	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
94	LIBCON DE COLOMBIA SAS	E02S10	SONDA VESICAL TRES VIAS 24	3005	0	3005	NO CUMPLE	Producto sin trabajo de campo			
73	S Y D	E02S10	SONDA VESICAL TRES VIAS 24	1733	0	1733	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
64	NUCLEOTEC	E02S10	SONDA VESICAL TRES VIAS 24	1350	0	1350	NO CUMPLE	No tienen dispositivo de válvulas por lo que es alto de riesgo de accidentes biológicos			
91	QUIRUMEDICOS LTDA	E02S10	SONDA VESICAL TRES VIAS 24	2180	0	2180	CUMPLE				
120	HOSPI MEDICS	E04N01	SONDA NELATON No 6	323	52	375	NO CUMPLE	No empata con caucho de succión de la institución, se debe cortarlo y generar riesgos			
111	IMCOLMEDICA SA	E04N01	SONDA NELATON No 6	475	0	475	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
69	CARDIOMED	E04N01	SONDA NELATON No 6	280	0	280	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E04N01	SONDA NELATON No 6	427	0	427	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
76	MEDITECH	E04N01	SONDA NELATON No 6	310	0	310	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
114	SHERLEG SAS	E04N01	SONDA NELATON No 6	290	-	290	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
120	HOSPI MEDICS	E04N02	SONDA NELATON No 10	323	52	375	NO CUMPLE	No empata con caucho de succión de la institución, se debe cortarlo y generar riesgos			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario IVA	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
111	IMCOLMEDICA SA	E04N02	SONDA NELATON No 10	487	0	487	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
69	CARDIOMED	E04N02	SONDA NELATON No 10	280	0	280	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E04N02	SONDA NELATON No 10	467	0	467	CUMPLE		62		
76	MEDITECH	E04N02	SONDA NELATON No 10	320	0	320	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
114	SHERLEG SAS	E04N02	SONDA NELATON No 10	290	-	290	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
120	HOSPIMEDICS	E04N03	SONDA NELATON No 12	323	52	375	NO CUMPLE	No empata con caucho de succión de la institución, se debe cortarlo y generar riesgos			
111	IMCOLMEDICA SA	E04N03	SONDA NELATON No 12	492	0	492	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
69	CARDIOMED	E04N03	SONDA NELATON No 12	280	0	280	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E04N03	SONDA NELATON No 12	427	0	427	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
76	MEDITECH	E04N03	SONDA NELATON No 12	330	0	330	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
114	SHERLEG SAS	E04N03	SONDA NELATON No 12	290	-	290	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
120	HOSPIMEDICS	E04N04	SONDA NELATON No 14	323	52	375	NO CUMPLE	No empata con caucho de succión de la institución, se debe cortarlo y generar riesgos			
111	IMCOLMEDICA SA	E04N04	SONDA NELATON No 14	506	0	506	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
69	CARDIOMED	E04N04	SONDA NELATON No 14	280	0	280	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E04N04	SONDA NELATON No 14	467	0	467	CUMPLE		62		
76	MEDITECH	E04N04	SONDA NELATON No 14	340	0	340	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
114	SHERLEG SAS	E04N04	SONDA NELATON No 14	290	-	290	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
120	HOSPIMEDICS	E04N05	SONDA NELATON No 16	323	52	375	NO CUMPLE	No empata con caucho de succión de la institución, se debe cortarlo y generar riesgos			
111	IMCOLMEDICA SA	E04N05	SONDA NELATON No 16	541	0	541	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
69	CARDIOMED	E04N05	SONDA NELATON No 16	280	0	280	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E04N05	SONDA NELATON No 16	507	0	507	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin IVA	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificación Técnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
76	MEDITECH	E04N05	SONDA NELATON No 16	340	0	340	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
114	SHERLEG SAS	E04N05	SONDA NELATON No 16	290	-	290	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
120	HOSPIMEDICS	E04N06	SONDA NELATON No 18	323	52	375	NO CUMPLE	No empata con caucho de succión de la institución, se debe cortarlo y generar riesgos			
111	IMCOLMEDICA SA	E04N06	SONDA NELATON No 18	555	0	555	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
69	CARDIOMED	E04N06	SONDA NELATON No 18	280	0	280	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E04N06	SONDA NELATON No 18	480	0	480	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
76	MEDITECH	E04N06	SONDA NELATON No 18	380	0	380	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
114	SHERLEG SAS	E04N06	SONDA NELATON No 18	290	-	290	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
111	IMCOLMEDICA SA	E04N07	SONDA NELATON No 8	475	0	475	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
69	CARDIOMED	E04N07	SONDA NELATON No 8	280	0	280	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E04N07	SONDA NELATON No 8	633	0	633	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
76	MEDITECH	E04N07	SONDA NELATON No 8	310	0	310	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
114	SHERLEG SAS	E04N07	SONDA NELATON No 8	290	-	290	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
111	IMCOLMEDICA SA	E04N08	SONDA NELATON No 5	475	-	475	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.		NO SE EVALUA	DESIERTO
69	CARDIOMED	E04N08	SONDA NELATON No 5	280	0	280	NO CUMPLE	PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO			
73	S Y D	E04N08	SONDA NELATON No 5	633	0	633	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
76	MEDITECH	E04N08	SONDA NELATON No 5	310	0	310	NO CUMPLE	NO EMPATA CON LOS CAUCHOS DE SUCCION DE LA INSTITUCION. GENERA RIESGO DE ESCAPE O LESIONES.			
82	M & M	E08E11	EQUIPO CATETER LIGADURA DE VARICE	350.000	-	350.000	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
74	VYGON	N01C01	CATETER UMBILICAL 3.5 Fr	3.090	-	3.090	CUMPLE			SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS	DESIERTO
73	S Y D	N01C01	CATETER UMBILICAL 3.5 Fr	4000	0	4000	CUMPLE		77		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 01 AGUJAS CATETERES Y SONDAS

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario IVA	Valor Total Unitario Ofertado	Calificacion Tecnica	Observación Técnica	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
55	COVIDIEN	N01C01	CATETER UMBILICAL 3.5 Fr	16000	0	16000	CUMPLE		19		


CARLOS ALFONSO MARTÍNEZ C
Subdirector de compras bienes y servicios