

**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**Empresa Social del Estado**

Bogota D.C., Febrero 26 de 2014

Doctor  
**JOSE FERNANDO RINCON RIVERA**  
Representante Legal  
EXCEL MEDICAL  
Bogota


**Asunto: RESPUESTA REVISOR CONVOCATORIA No. 16 DE 2014 – SUMINISTRO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y UNIDADES FUNCIONALES**

Cordial saludo Dr. Rincón


De manera atenta me permito dar respuesta a la solicitud del asunto en referencia. Para lo cual se procede a revisar la Carpeta original de la Propuesta, en relación con el punto solicitado para revisión encontramos que Excel Medical S.A.S se presento al ITEM de Productos de Neurocirugía y sustitutos socios, y se evaluó para otros adicionales, por lo tanto se acepta la observación y se realiza nuevamente la evaluación financiera con el siguiente resultado:

ENTIDAD PROPONENTE	> 1,0% INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CTE/PAS CTE)	< 75% INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PAS TOTAL/ACT TOTAL)x100)	Debe ser positivo  CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE - PAS CTE)	971.000.000  30% PRESUPUESTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
Excel Medical S.A.S	2,82	35,61	384.512.608	291.300.000	ADMISIBLE

Cordialmente



**VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ**  
Director Administrativo



Bogotá, 21 de Febrero de 2014

Señores

**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**

Atn. Departamento Financiero

Ref.: Reevaluación situación Financiera Exel Medical.


Por medio de la presente me permito certificar que la compañía EXEL MEDICAL SAS identificada con Nit. 900.127.147-5, tiene a la fecha un capital suscrito y pagado de Quinientos millones de pesos, como resultado de capitalización efectuada ante cámara de comercio de Bogotá el día 24 de Enero de 2014.

Los activos totales de la compañía con cierre a 31 de Enero son de \$813.699.061, Pasivos totales son de \$248.544.684, para un capital de trabajo de 565.154.377 y un nivel de endeudamiento del 31%.

Agradecemos hacer la reevaluación financiera de la compañía con respecto a las cifras financieras actualizadas, para participar en la licitación.

Cordial Saludo.

**Jose Fernando Rincon Rivera**  
C.C. 79.484.187  
Representante Legal



**Yuli Andrea Diaz Monsalve**  
TP 159027-T  
Contador



**Zimbra:****contratacion@hus.org.co****Fwd: OBSERVACION REEMPLAZOS ARTICULARES****De :** Contratacion <contratacion@hus.org.co>

lun, 24 de feb de 2014 10:29

**Asunto :** Fwd: OBSERVACION REEMPLAZOS ARTICULARES**Para :** Maria Del Rosario Acuña Sanchez  
<maria.acuna@hus.org.co>

----- Mensaje reenviado -----

De: "Gina Paola" &lt;ginaz@promed-quirurgicos.com&gt;

Para: contratacion@hus.org.co, gerencia@hus.org.co,  
administrativa@hus.org.co

CC: mariadelrosario24@hotmail.com

Enviados: Sábado, 22 de Febrero 2014 15:58:11

Asunto: OBSERVACION REEMPLAZOS ARTICULARES

Buen dia reciban un cordial saludo en nombre de Promed Quirurgicos y especialmente en nombre propio. De manera respetuosa me dirijo ante ustedes realizando una observación al ITEM 56.1 del grupo V REEMPLAZOS ARTICULARES en el cual tiene nota de NO PRESENTA (NP); por tal motivo realizo este correo, informando la presentación de la propuesta de nuestras prótesis de Revision las cuales representamos del Groupe Lepine (FRANCIA); ofertando PROTESIS DE REVISION MODULAR INTEGRA cementada y no cementada (Hidroxiapatita - Titanio puro), con y sin bloqueo con metafisis desde 30, 40, 60, 80, 100 y 120mm y vástagos diámetros de 11, 13, 15 y 17 con longitudes de 140, 160, 200 y 240mm. en cuanto a los vástagos rectos manejamos el vástago TARGOS Cementado y no cementado. Por esta razón solicito verificar esta información con la intención de ser tenida en cuenta mi propuesta en este ITEM de revisión de cadera.

Agradezco la atención prestada, quedo atenta a cualquier comentario

Saludos cordiales

Gina Paola Zárate M.  
Gerente de producto  
Reemplazos Articulares  
3174025169  
ginaz@promed-quirurgicos.com

Bogota 26 de febrero de 2014

Señores  
**PROMED QUIRURGICOS**  
La ciudad

*Ref.: Respuesta a observaciones convocatoria N° 16 Materiales de osteosíntesis*

Respetados Señores:

Respecto a las observaciones presentadas a la evaluación técnica, de la convocatoria N° 16 Materiales de Osteosíntesis, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. **En el ítem 56.1 y 56.2:** Se confirma que si presentan las dos opciones primaria y de revisión, sin embargo en el anexo 5 no lo registran, e igualmente en el listado global de precios no colocan precio de la patela. Desde el punto de vista técnico la revisión no presenta información sobre vástagos con off set, fémur solamente opción de no cementado, y en general un portafolio de revisión incompleto. Con base con las anteriores consideraciones en este ítem No Cumplen.
2. **Ítem 2:** Revisando el portafolio presentado por ustedes frente al anexo técnico requerido por la Institución, me permito manifestarle que No cumple, además es claro que no se reciben propuestas alternativas
3. **Ítem 10.6:** Revisando el portafolio presentado por ustedes frente al anexo técnico requerido por la Institución, me permito manifestarle que No cumple, además es claro que no se reciben propuestas alternativas.

Atentamente,



**VÍCTOR AUGUSTO PEDRAZA LÓPEZ**  
VOCERO JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Revisó: Junta de Licitaciones Y Contratos

Bogotá, 24 de febrero de 2014

Señores:

**HOSPITAL LA SAMARITANA**

La ciudad

**REF: OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION CONVOCATORIA N° 16 DE 2014**

Respetados Señores

Una vez revisado el informe de evaluación del proceso en referencia, solicitamos tener en cuentas las siguientes solicitudes:

1. Evaluar los ítems 25.4 y 46 ya que en el informe de evaluación nos califican como No Presento, y estos ítems si fueron ofertados.
2. En los ítems 53.1, 53.2 y 53.3 nos califican como no cumple por *no vástagos con offset lateralizado, vástagos con cuello modular, mayor liberación de iones metálicos*. Aclaramos que **EUROCIENCIA COLOMBIA** maneja vástagos no cementados (polarstem) con offset estándar (135°) y offset lateralizado (126°), solicitamos ser reevaluados en estos ítems.
3. En el ítem 55 nos califican como no cumple por no offset lateralizado, no reconstrucción calcar. Aclaramos que **EUROCIENCIA COLOMBIA** maneja vástagos no cementados (Echelon) con sustitución de calcar de 15mm y no sustitución de calcar.
4. Reevaluar el ítem 106 ya que nos califican como cumple y **EUROCIENCIA COLOMBIA** no oferto dicho producto.
5. Reevaluar los ítems 57, 58, 59, 61, 62 y 63 ya que en la Evaluación Económica **EUROCIENCIA COLOMBIA** quedo como primera y segunda opción y estos productos no fueron ofertados por nosotros.

Quedamos atentos a sus amables respuestas.

Atentamente,

---

**Johanna Parra**  
**Administradora de Ventas**  
**Tel. 6057373 ext. 8232**



Bogota 26 de febrero de 2014

Señores  
**EUROCIENCIA**  
La ciudad

*Ref.: Respuesta a observaciones convocatoria N° 16 Materiales de osteosíntesis*

Respetados Señores:

Respecto a las observaciones presentadas a la evaluación técnica, de la convocatoria N° 16 Materiales de Osteosíntesis, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. **Ítem 25.4:** Se corrige la afirmación de que no presenta, y aunque cumplen técnicamente, en la evaluación económica quedaron con menor puntaje de los otros proponentes.
2. **Ítem 46:** Se corrige la afirmación si presenta, y desde el punto de vista económico quedan asignados como tercera opción.
3. Respecto a las observaciones en reemplazos articulares de cadera, podemos aclarar:
  - El vástago no cementado Synergy no cuenta con offset lateralizado, el vástago cementado Basis no cuenta con offset lateralizado. El vástago Polarstem es el nuevo vástago no cementado, no ha sido utilizado hasta el momento en esta institución, no se conoce literatura indexada de más de 10 años de seguimiento de este nuevo vástago.



**HUS**

HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA  
*Empresa Social del Estado*

- Respecto al sistema de revisión no cuentan con sistema de vástagos modulares para manejar las deformidades rotacionales y con offset lateralizado para manejar la tensión de tejidos blandos y prevenir luxaciones.

Por las consideraciones anteriores en los ítem referidos No Cumplen

4. Se corrigen los ítems donde no ofertaron.

Atentamente,

**VÍCTOR AUGUSTO PEDRAZA LÓPEZ**  
VOCERO JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Revisó: Junta de Licitaciones Y Contratos

Bogotá D.C., 21 de febrero de 2014



**Señores**  
**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**Subdirección de Compras y Suministros**  
**Convocatoria Pública No. 16 de 2014**  
**Bogotá D.C**

**REF. OBSERVACIONES A LA EVALUACION**

Respetado Señores,

De acuerdo a los resultados publicados referentes a la convocatoria citada, tenemos las siguientes observaciones en el área técnica:

- Se nos califica como **NO CUMPLE (NC)**, para los ítem **55** Prótesis de revisión, ítem **61** Espaciadores y el ítem **64** Cemento de alta y baja viscosidad. Por favor darnos a conocer los motivos que nos merecen este resultado.

Cordialmente,

  
**DAVID ALVÁREZ HERNANDEZ**  
**Representante Legal**  
**DRUG STORE SAS**







HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA  
Empresa Social del Estado

Bogota 26 de febrero de 2014

Señores  
**DRUG SOTORE**  
La ciudad

*Ref.: Respuesta a observaciones convocatoria N° 16 Materiales de osteosíntesis*

Respetados Señores:

Respecto a las observaciones presentadas a la evaluación técnica, de la convocatoria N° 16 Materiales de Osteosíntesis, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. **Ítem 55:** Respecto al sistema de revisión, no cuenta con sistema de vástagos no modulares cementados para manejar pacientes con osteopenia severa, con riesgo de fractura al intentar bloquear un vástago no cementado, antecedentes de infección, segundo tiempo de revisión por aflojamiento séptico. No cuenta con sistema de movilidad dual para prevenir luxaciones.

Por las consideraciones anteriores No cumplen.

2. **Ítem 61 y 64:** No seguimiento indexado por más de 10 años, por lo tanto No Cumplen.

Atentamente,

**VÍCTOR AUGUSTO PEDRAZA LÓPEZ**  
VOCERO JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Revisó: Junta de Licitaciones Y Contratos

Bogotá D.C., febrero 24 de 2014

Señor

**OSCAR ALFONSO DUEÑAS ARAQUE**

Gerente

Empresa Social Del Estado Hospital Universitario De La Samaritana

Cra. 8 No. 0-55 Sur


Bogotá D.C.

**Respetados señores:**

Según convocatoria pública No. 16 presentada al Hospital Universitario De La Samaritana queremos aclarar que sobre el listado de insumos solicitados de Otorrinolaringología Ítem 112 implante coclear; incluimos la Rehabilitación por fonoaudióloga entrenada en rehabilitación auricular, en el lugar más cercano al domicilio de paciente por un año; 12 sesiones mensuales, total 144 al año.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

  
Luis J. Amarillo

Representante Legal

Disortho S.A.

Bogota 26 de febrero de 2014

Señores  
**DISORTHO**  
La ciudad

*Ref.: Respuesta a observaciones convocatoria N° 16 Materiales de osteosíntesis*

Respetados Señores:

Respecto a las observaciones presentadas a la evaluación técnica, de la convocatoria N° 16 Materiales de Osteosíntesis, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Dando respuesta a sus observaciones sobre el Ítem 112 Implante Coclear, queda claro para el servicio que si están incluyendo las rehabilitaciones solicitadas por el Hospital, por lo tanto la evaluación técnica Cumple.

Atentamente,



**VÍCTOR AUGUSTO PEDRAZA LÓPEZ**  
VOCERO JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Revisó: Junta de Licitaciones Y Contratos