



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	HOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	CUBSENVACION
2	cirugía	Suturas	H03S01	ACERO QUIRURGICO 5 AGUJA CURVA CORTANTE 1/2 CIRCULO 55mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
2	Cirugía	Suturas	H03S01	ACERO QUIRURGICO 5 AGUJA CURVA CORTANTE 1/2 CIRCULO 55mm 45cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
4	ENFERMERIA	ENFERMERIA	A07A01	ADAPTADOR MACHO-MACHO	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
9	Anestesia	Anestesia	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
	Enfermería	Enfermería	A07A09	AGUJA ANGULADA CON ALETAS 20G 15 mm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
17	Hematología	Hematología	D10A01	AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA MIELOGRAMA	RP MEDICAS S.A.	ARGON	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
17	Hematología	Hematología	D10A01	AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA MIELOGRAMA	CTP MEDICA S.A	MOLLER MEDICAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
18	Radiología	Radiología	CT3091630	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA PERCUTANEA 18 X 200 MM	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	CARE FUSION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
18	Radiología	Radiología	CT3091630	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA PERCUTANEA 18 X 200 MM	CTP MEDICA S.A	MOLLER MEDICAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
18	Radiología	Radiología	CT3091630	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA PERCUTANEA 18 X 200 MM	RP MEDICAS S.A.	ARGON	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
19	Radiología	Radiología	CT3091605	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14 g X 150 mm	RP MEDICAS S.A.	ARGON	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
20	Radiología	Radiología	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gx100mm	CTP MEDICA S.A	MOLLER MEDICAL	CUMPLE	
20	Radiología	Radiología	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gx100mm	RP MEDICAS S.A.	ARGON	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
21	Radiología	Radiología	CT3091607	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 16G X 150MM	RP MEDICAS S.A.	ARGON	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
23	Radiología	Radiología	CT3091516	AGUJA LOCALIZADORA (SENO) ARPON 2 ANCLAJES REMOVIBLE	CTP MEDICA S.A	MOLLER MEDICAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
25	Radiología	Radiología	D05A02	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	CTP MEDICA S.A	MOLLER MEDICAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
26	Radiología	Radiología	D10A02	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO 166 X 7,5cm	RP MEDICAS S.A.	ARGON	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
27	Hematología	Hematología	D09A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	CARE FUSION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
27	Hematología	Hematología	D09A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	RP MEDICAS S.A.	ARGON	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
27	Hematología	Hematología	D09A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	CTP MEDICA S.A	MOLLER MEDICAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
	Radiología	Radiología	CT309114	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 100mm TIPO TRUCUT	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	CARE FUSION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
32	Radiología	Radiología	CT309114	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 100mm TIPO TRUCUT	CTP MEDICA S.A	MOLLER MEDICAL	NO CUMPLE	NO SE OBTIENEN CILINDROS ADECUADOS, HAY QUE HACER MANIOBRAS ADICIONALES QUE LO HACEN INSEGURO.
33	Radiología	Radiología	CT309115	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 150mm TIPO TRUCUT	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	CARE FUSION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
33	Radiología	Radiología	CT309115	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 150mm TIPO TRUCUT	CTP MEDICA S.A	MOLLER MEDICAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
34	Radiología	Radiología	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm DESARMABLE	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	CARE FUSION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
34	Radiología	Radiología	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm DESARMABLE	CTP MEDICA S.A	MOLLER MEDICAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
36	enfermería	clínica de heridas	CT1241078	APOSITO DE ESPUMA HIDROFÍLICA ESTERIL 10cm X 10cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
36	enfermería	clínica de heridas	CT1241078	APOSITO DE ESPUMA HIDROFÍLICA ESTERIL 10cm X 10cm	CTP MEDICA S.A	POLYMEI	NO CUMPLE	NO ES HIDROFÍLICO, LA MEDIDA NO CUMPLE Y SE DEBE CAMBIAR SEGUIDO
36	enfermería	clínica de heridas	CT1241078	APOSITO DE ESPUMA HIDROFÍLICA ESTERIL 10cm X 10cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
36	Enfermería	Clínica de heridas	CT1241078	APOSITO DE ESPUMA HIDROFÍLICA ESTERIL 10cm X 10cm	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
36	ENFERMERIA	CLINICA DE HERIDAS	CT1241078	APOSITO DE ESPUMA HIDROFÍLICA ESTERIL 10X10 CMS	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	SAFEDRESSIN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
37	Enfermería	Enfermería	E09A01	APOSITO ABSORBENTE DE FIBRAS	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	CUMPLE	
37	Enfermería	Enfermería	E09A01	APOSITO ABSORBENTE DE FIBRAS	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	NO CUMPLE	SE REQUIERE DE 15*15, NO ES HIDROFIBRA POR LA MEDIDA SE CORRE RIESGO DE DESPERDICIO
37	Enfermería	Enfermería	E09A01	APOSITO ABSORBENTE DE FIBRAS	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	NO CUMPLE	NO SE CONSERVA LA INTEGRIDAD DEL APOSITO Y DEJA PELUSA
38	Enfermería	Enfermería	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
38	Enfermería	Enfermería	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	NO CUMPLE	NO ABSORBE, NO ES HIDROFOBO, NO ES ABSORBENTE Y SE DEBE CAMBIAR MUY SEGUIDO
	Enfermería	Enfermería	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	NO CUMPLE	ES ALGINATO NO ES ESPUMA, REQUIERE CAMBIO FRECUENTE
42	Enfermería	Enfermería	CT1241130	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO SACRAL 20*20cm - TRIANGULAR	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
42	ENFERMERIA	ENFERMERIA	CT1241130	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO SACRAL 20X20 TRIANGULAR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	SAFEDRESSIN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
44	CIRUGIA	CIRUGIA	CT1241709	APOSITO DE POLIURETANO CON IONEZ DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA LARGE	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	WOUND PRO	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
45	CIRUGIA	CIRUGIA	CT1241708	APOSITO DE POLIURETANO CON IONEZ DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA MEDIUM	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	WOUND PRO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
	CIRUGIA	CIRUGIA	CT1241707	APOSITO DE POLIURETANO CON IONEZ DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA SMALL	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	WOUND PRO	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
47	CIRUGIA	CIRUGIA	F12A12	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA PRESION NEGATIVA LARGE	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	WOUND PRO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
47	Cirugia	Cirugia	F12A12	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
48	CIRUGIA	CIRUGIA	F12A14	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA PRESION NEGATIVA MEDIUM	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	WOUND PRO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
48	Cirugia	Cirugia	F12A14	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIUM	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
49	CIRUGIA	CIRUGIA	F12A11	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA PRESION NEGATIVA SMALL	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	WOUND PRO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
49	Cirugia	Cirugia	F12A11	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
	Enfermeria	Enfermeria	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
50	Enfermeria	Enfermeria	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	CUMPLE	
51	Enfermeria	Enfermeria	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 15cm X 15cm	CTP MEDICA S.A	FERRIS - POLYMEM	NO CUMPLE	OCCASIONA DERMATITIS Y ES ESPUMA NO HIDROCOLOIDE
51	Enfermeria	Enfermeria	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 15cm X 15cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
52	Enfermeria	Enfermeria	CT1241503	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 20cm X 30cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
53	Enfermeria	Enfermeria	E03A04	APOSITO HIDRO-FIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	NO CUMPLE	NO ES HIDROFIBRA, ES ESPUMA CON PLATA
53	Enfermeria	Enfermeria	E03A04	APOSITO HIDRO-FIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
54	Enfermeria	Enfermeria	CT1241144	APOSITO HIDRO-FIBRA CON PLATA 20cm X 30cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
54	Enfermeria	Enfermeria	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	BD	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
58	Enfermeria	Enfermeria	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
58	Enfermeria	Enfermeria	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
58	Enfermeria	Enfermeria	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	CUMPLE	
58	ENFERMERIA	ENFERMERIA	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10X12 CM	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	PHARMAFLAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
61	Gastroenterología	Gastroenterología	D01B20	BALON DE DILATACIÓN COLONICA 6F 240cm	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	MEDI-GLOBE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
62	Gastroenterología	Gastroenterología	D01B15	BALÓN DILATACIÓN ESOFÁGICA 12- 15mm X 8cm	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	MEDI-GLOBE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
64	ENFERMERIA	CLINICA DE HERIDAS	CT6311809	BARRETA CUTÁNEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET PAÑO	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	ASEPSIS	NO CUMPLE	NO TRAE SILICONA LA FALTA DE SILICONA DEJA RESIDUOS PARA RECÍEN NACIDOS
66	Enfermería	clínica de heridas	CT6311810	BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	CUMPLE	
72	ENFERMERIA	ENFERMERIA	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 ML	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
72	Enfermería	Enfermería	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	LM Instruments S.A.	L.M Instruments	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
72	ENFERMERIA	ENFERMERIA	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
80	Enfermería	Enfermería	CT148866	BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UNA PIEZA	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	NO CUMPLE	SE DEBE CAMBIAR MÁS SEGUIDO POR FILTRACIÓN Y DESPRENDIMIENTO
83	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT1453925	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VIA RESPIRATORIA - ADULTO (INHALOCAMARA ADULTO)	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
83	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	CT109434	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VIA RESPIRATORIA -ADULTO (INHALOCAMARA ADULTO)	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	NO CUMPLE	La máscara no es firme al contacto con la cara del paciente, hay pérdida de medicamento, se sale el empaque del inhalador.
84	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT109434	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VIA RESPIRATORIA NEONATAL	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
85	Cirugía	Suturas	CT1044857	CAMISA PARA TROCAR 12mm X 100mm	UCIPHARMA S.A	APPLIED	CUMPLE	
86	Cirugía	Suturas	CT10441077	CAMISA PARA TROCAR 5mm X 100mm	UCIPHARMA S.A	APPLIED	CUMPLE	





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
87	ENFERMERIA	ENFERMERIA	M2M113-1	CAMPO DE INSICION ANTIMIBROBIANO 56cm X 45cm	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	PHARMAPLAST	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON MANTENER EL CAMPO QUIRURGICO AISLADO, SE DESPEGGA TOTALMENTE
89	CIRUGIA	CIRUGIA	F12A09	CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	WOUND PRO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
89	Cirugia	Cirugia	F12A09	CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
90	CIRUGIA	CIRUGIA	F12A13	CANISTER PEQUEÑO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	ASEPSIS	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
90	Cirugia	Cirugia	F12A13	CANISTER PEQUEÑO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
91	Anestesia	Anestesia	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
91	Anestesia	Anestesia	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	POLIFARMA SA	GOLDEN CARE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
92	Anestesia	Anestesia	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
93	Anestesia	Anestesia	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
93	Anestesia	Anestesia	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	POLIFARMA SA	BIOLIFE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
94	Anestesia	Anestesia	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
94	Anestesia	Anestesia	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	POLIFARMA SA	BIOLIFE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
95	Anestesia	Anestesia	G02C02	CANUIJA DE MAYO 5 110mm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
	Anestesia	Anestesia	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	POLIFARMA SA	BIOLIFE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
96	Cirugía	Cirugía	CT4841178	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 6,0	MINERVA MEDICAL	PULMODYNE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
96	Cirugía	Cirugía	CT4841178	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 6,0	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	CUMPLE	
97	Cirugía	cirugia general	CT4841180	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 7,0	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	CUMPLE	
98	Cirugía	Cirugía	CT4841182	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	CUMPLE	
98	Cirugía	Cirugía	CT4841182	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0	MINERVA MEDICAL	SHILEY	CUMPLE	
99	Cirugía	cirugia general	CT4841174	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7,0	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	CUMPLE	
100	Cirugía	cirugia general	CT4841176	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 8,0	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	CUMPLE	
101	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G03C01	CANULA DE OXIGENO ADULTO	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	NO CUMPLE	PUNTAS ENSANCHADAS NO ES CÓMODO, EL PACIENTE SE PUEDE RETIRAR EL SOPORTE DE OXIGENO.
101	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G03C01	CANUIJA NASAL DE OXIGENO ADULTO	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
101	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G03C01	CANUIJA NASAL DE OXIGENO ADULTO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	PUNTAS NASALES MUY LARGAS, LAS PUNTAS NASALES HACEN QUE EL PACIENTE SE RETIRE EL O2
101	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G03C01	CANUIJA NASAL DE OXIGENO ADULTO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	MINERVA MEDICAL	CUMPLE	
101	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G03C01	CANUIJA NASAL DE OXIGENO ADULTO	POLIFARMA SA	GLOBAL	CUMPLE	
101	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G03C01	CANUIJA NASAL DE OXIGENO ADULTO	PROTEX	SUPREME	CUMPLE	LAS PUNTAS NASALES SON LARGAS PERO NO CAUSARON MOLESTIA EN EL PACIENTE





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
102	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	LM Instruments S.A.	L.M Instruments	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
102	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
102	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	CUMPLE	
102	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	POLIFARMA SA	GLOBAL	CUMPLE	
	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
103	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
103	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
103	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	POLIFARMA SA	GLOBAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
104	Cirugia	Cirugia	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0 CON BALÓN	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
105	Cirugia	Cirugia	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
106	Cirugia	Cirugia	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
107	Cirugia	Cirugia	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
108	Cirugia	Cirugia	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
109	Cirugia	drugia general	CT4841175	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7,5*	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	SHILEY	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
111	Enfermeria	Enfermeria	CT1481971	CARALLA COLOSTOMIA 45 mm CONVEXA MOLDEABLE	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
112	Enfermeria	Enfermeria	CT1481511	CARALLA COLOSTOMIA 45 mm*	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
	Enfermeria	Enfermeria	CT148865	CARALLA COLOSTOMIA 57mm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
113	Enfermeria	Enfermeria	CT148865	CARALLA COLOSTOMIA 57mm	POLIFARMA SA	CONVATEC	CUMPLE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
114	Enfermeria	Enfermeria	E07C01	CARALLA COLOSTOMIA 70mm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
114	Enfermeria	Enfermeria	E07C01	CARALLA COLOSTOMIA 70mm	POLIFARMA SA	CONVATEC	CUMPLE	
115	Gastroenterologia	Gastroenterologia	A22C02	CATERER DE GASTROSTOMIA CON SONDA EN SILICONA 22F	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	MEDI-GLOBE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
115	Gastroenterologia	Gastroenterologia	A22C02	CATERER DE GASTROSTOMIA CON SONDA EN SILICONA 22F	MINERVA MEDICAL	HALYARD	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
118	Radiologia	Radiologia	CTS29905	CATERER MULTIPROPOSITO DE 1 SOLO PASO* 8.5 F	RP MEDICAS S.A.	ARGON	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
126	Unidad renal	Unidad renal	CT1301624	CATERER TUNELIZADO DOBLE LUMEN ADULTO PARA INSERCIÓN TRASLUMBAR	RP MEDICAS S.A.	ARGON	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
126	Unidad renal	Unidad renal	CT1301624	CATERER TUNELIZADO DOBLE LUMEN ADULTO PARA INSERCIÓN TRASLUMBAR	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
130	Urología	Urología	E13C01	CATER URETERAL DOBLE J 6FR 2.0mm 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
130	Urología	Urología	E13C01	CATER URETERAL DOBLE J 6FR 2.0mm 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	RP MEDICAS S.A.	BIOTEQUE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
149	cirugía	Suturas	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
149	Cirugía	Suturas	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
150	Cirugía	Suturas	CT10241052	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 65mm 70cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
151	cirugía	Suturas	F01C02	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
151	Cirugía	Suturas	F01C02	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
151	Cirugía	Suturas	F01C02	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
152	cirugía	Suturas	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
152	Cirugía	Suturas	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
153	cirugía	Suturas	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
153	Cirugía	Suturas	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
154	cirugía	Suturas	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
154	Cirugía	Suturas	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
155	cirugía	Suturas	F01C04	CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 20mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMATECH CORPORATION	CUMPLE	
155	Cirugía	Suturas	F01C04	CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 20mm 75cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
	cirugía	Suturas	F01C05	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMATECH CORPORATION	CUMPLE	
156	Cirugía	Suturas	F01C05	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
157	cirugía	Suturas	CT10241061	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMATECH CORPORATION	CUMPLE	
157	Cirugía	Suturas	CT10241061	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
161	Cirugía	Suturas	H02C01	CERA OSEA 2.5g	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
165	Urología	Urología	E08E10	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBLICA	In Vivo Biogeniería S.A.S	Neomedic/ DIMA	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
165	Urología	Urología	E08E10	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBLICA	RP MEDICAS S.A.	PROMEDON	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
166	Urología	Urología	CT1691045	CINTA VAGINAL TVT LIBRE DE TENSIÓN SUPRAPÚBLICA	In vivo Biogeniería S.A.S	Neomedic/ DIMA	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
166	Urología	Urología	CT1691045	CINTA VAGINAL TVT LIBRE DE TENSIÓN SUPRAPÚBLICA	RP MEDICAS S.A.	PROMEDON	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
168	Cirugía	Suturas	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Aesculap	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
168	CIRUGIA	SUTURAS	CT0251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	HEM-O-LOK DE TELEFLEX MEDICAL	CUMPLE	
168	Cirugía	Suturas	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	RP MEDICAS S.A.	HANS-CLIP	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
169	Cirugía	Cirugía	CT124436	CONECTOR EN Y PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
173	neurocirugia	neurocirugia	F24C03	cotonolde 13mm x 13mm pequeño.	SHERLEG	SHERLEG	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
174	neurocirugia	neurocirugia	F24C02	cotonolde 25mm x 25mm mediano.	SHERLEG	SHERLEG	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
175	neurocirugia	neurocirugia	F24C01	cotonolde 38mm x 38mm grande.	SHERLEG	SHERLEG	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
181	Enfermeria	Enfermeria	CT9531754	DESINFECTANTE LIQUIDO POLIHEXAMIDA BETAMIA 0,1% Frasco 350ml	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	CUMPLE	
186	Cirugia	Cirugia	CTS29198	DREN DE PEN-ROSE 10 mm RADIOPACO ESTERIL	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	ARGYLE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
187	Cirugia	Cirugia	CTS29199	DREN DE PENROSE 19mmX13mmX46cm RADIOPACO ESTERIL	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	ARGYLE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
188	Cirugia	Cirugia	F25D01	DREN DE PEN-ROSE 4 mm RADIOPACO ESTERIL	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	ARGYLE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
190	Enfermeria	Enfermeria	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	KENDALL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
190	ENFERMERIA	ENFERMERIA	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
	ENFERMERIA	ENFERMERIA	D01E02	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA PEDIATRICO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
191	Enfermeria	Enfermeria	D01E02	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA PEDIATRICO	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	KENDALL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
199	ENFERMERIA	ENFERMERIA	A10R01	EQUIPO BURETA 150ML PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
200	Radiologia	Radiologia	E08E09	EQUIPO CATERER DRENAJE MULTIPROPOSITO 12 FR	RP MEDICAS S.A.	ARGON	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
201	Cirugia	Cirugia	CTS29968	EQUIPO DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO	TECNICA ELECTROMEDICA SA	KENDALL-ARGYLE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
202	Enfermería	Enfermería	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
202	Enfermería	Enfermería	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES	ALFA TRADING SAS	ALFA SAFE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
202	Enfermería	Enfermería	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
202	ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
203	Enfermería	Enfermería	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
204	Enfermería	Enfermería	G10E01	equipo de extension de anestesia	SHERLEG	SHERLEG	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
204	Enfermería	Enfermería	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
205	Enfermería	Enfermería	CT4981407	EQUIPO FOTOPROTECTOR PARA BOMBA DE INFUSION	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
206	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL/TERAPIA ADULTO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	LA MÁSCARA ES MUY PEQUEÑA PARA ADULTOS. DEBE ESTAR EL PACIENTE SENTADO ALGUNAS PACIENTES POR SU CONDICIÓN DEBEN SER EN OTROS DECUBITOS SI SE DEBE PEDIR OTRO MÁS GRANDE
207	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL/TERAPIA PEDIATRICO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	CUMPLE	
	Enfermería	Enfermería	A06E01	EQUIPO PARA BOMBA DE DOLOR	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
208	Enfermería	Enfermería	A06E01	EQUIPO PARA BOMBA DE DOLOR	LM Instruments S.A.	Cidd	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
209	Enfermería	Enfermería	A07E03	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
209	Enfermería	Enfermería	A07E03	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	BD	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
211	Soporte nutricional	Soporte nutricional	CT142935	EQUIPO PARA BOMBA ENTERAL CON PUNZON O TAPA ROSCA PARA ALIMENTACION POR SONDA	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
211	Soporte nutricional	Soporte nutricional	CT142935	EQUIPO PARA BOMBA ENTERAL CON PUNZON O TAPA ROSCA PARA ALIMENTACION POR SONDA	HOSPISPA LTDA	PLUM	NO CUMPLE	POR SEGURIDAD LA NUTRICION NO SE PASA CON LAS BOMBAS DEL HOSPITAL

*AA*



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
212	Urología	Urología	CT4901848	EQUIPO PARA IRRIGACION DE UNA VIA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
213	ORTOPEDIA	ORTOPEDIA	G09E01	EQUIPO PARA IRRIGACION EN Y	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
217	Urgencias	Urgencias	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACION 14F	RP MEDICAS S.A.	CAREFLUSION / VITAL SIGNS	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
217	Urgencias	Urgencias	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACION 14F	TECNICA ELECTROMEDICA SA	MALLINCKRODT	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
221	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	A14F02	FLUJOMETRO DE PICO -PEAK FLOW-	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PHILIPS RESPIRONICS	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
227	Enfermería	Enfermería	CT3882749	GEL DERMICO HIDRATANTE TUBO 85g	UCIPHARMA S.A	PAUL HARTMANN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
227	Gastroenterología	Gastroenterología	G01G01	GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0,35 x480cm	IMI Instruments S.A.	Olympus	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
227	Gastroenterología	Gastroenterología	G01G01	GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0,35 x480cm	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	MEDI-GLOBE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
231	Radiología	Radiología	CT4321339	GUIA HIDROFILICA 035 x.150	CTP MEDICA S.A	KIMAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
231	Radiología	Radiología	CT4321339	GUIA HIDROFILICA 035 x.150	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	MEDI-GLOBE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
233	Neurocirugía	Neurocirugía	CT1029766	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x.10,2	CTP MEDICA S.A	GELITA	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
237	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	NO CUMPLE	LA ROSCA SE DAÑO DURANTE EL TRASLADO. NO SE ACTIVA LA VÁLVULA DE REFLEJO CUANDO SE ADAPTA A LA MANGUERA USA, SI SE DAÑA LA ROSCA SE DEBE CAMBIAR POR UNO NUEVO
237	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	EN EL TRASLADO DE PACIENTES LA ROSCA QUE EMPATA AL FRAGMENTO SE DAÑO. EL HUMIDIFICADOR PUEDE SER MAL EMPATADO POR DAÑO EN LA ROSCA Y NO GARANTIZA
237	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	POLIFARMA SA	GLOBAL	CUMPLE	
237	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	PROTEX	SUPREME	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPERADAS, DOS DE LOS HUMIDIFICADORES PRESENTARON BLOQUEO DEL O2. LA VÁLVULA NO SE ACTIVA AL COLOCARSE LA MANGUERA LISA. NO SE ACTIVA LA VÁLVULA DE REFLEJO, LA ROSCA SE DAÑA EN LOS TRASLADOS Y ES NECESARIO CAMBIARLA.
241	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT59661856	Incentivo inspiratorio con puerto para oxígeno	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	CARE FUSION	NO CUMPLE	SE ROMPE CON FACILIDAD AL USAR, LO QUE NO GARANTIZA LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO. NO TIENE PUERTO PARA OXIGENO, LO QUE NO GARANTIZA SU USO EN PACIENTES CON SOPORTE DE O2. NO OFRECE BIPREEDLOOK FUERTE DEL PUERTO INSPIRATORIO, SI SE ROMPE CON FACILIDAD DEBE SUSTITUIRSE
243	Urgencias	Urgencias	CT1026951	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA M	POLIFARMA SA	DISPROMED	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
244	Urgencias	Urgencias	523347	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA S	POLIFARMA SA	DISPROMED	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
245	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G02I01	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TIENE PUERTO PARA PACIENTES CON SOPORTE DE O2. EL PACIENTE DEBE RETIRARSE EL OXIGENO PARA REINHALAR
245	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G02I01	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	LIFE CARE	NO CUMPLE	NO TRAE PUERTO PARA INHALACION



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
245	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	GR0101	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
249	ENFERMERIA	ENFERMERIA	A01102	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
249	Enfermería	Enfermería	A01102	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
251	Enfermería	Enfermería	A01106	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
252	ENFERMERIA	ENFERMERIA	A01103	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
252	Enfermería	Enfermería	A01103	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
253	ENFERMERIA	ENFERMERIA	A01104	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
253	Enfermería	Enfermería	A01104	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
254	ENFERMERIA	ENFERMERIA	A01101	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
254	Enfermería	Enfermería	A01101	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
254	Enfermería	Enfermería	CT309752	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATERER EMBOLO DE CAUCHO	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
258	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	A01107	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	RP MEDICAS S.A.	CAREFUSION	CUMPLE	
265	Gastroenterología	Gastroenterología	CT148812	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24F	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	MEDI-SURG	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
265	Gastroenterología	Gastroenterología	CT148812	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24F	TECNICA ELECTROMEDICA SA	KENDALL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
265	Gastroenterología	Gastroenterología	CT148812	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24F	MINERVA MEDICAL	HALYARD	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
266	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT484954	KIT INTRODUTOR PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 8.0F 29cm	COBO MEDICAL S.A.S.	SMITHS MEDICAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CUMPLE	OBSERVACION
268	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	602V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
268	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	602V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	POLIFARMA SA	GLOBAL	CUMPLE	
275	Neurocirugía	Neurocirugía	CT3771111	KIT VALVULA PROGRAMABLE HIROCEFALIA ADULTO	LA INSTRUMENTADORA SAS	MEDTRONIC	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
276	Neurocirugía	Neurocirugía	CT3771110	KIT VALVULA PROGRAMABLE HIROCEFALIA PEDIÁTRICA DE PENFIL BAJO	LA INSTRUMENTADORA SAS	MEDTRONIC	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
277	CIRUGIA	SUTURAS	CLIPHEMO	CLIP DE POLIEMO NO ABSORBIBLE L CARTUCHO X 6	ASEPIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	HEM-O-LOK DE TELEFLEX MEDICAL	CUMPLE	
277	Cirugía	Suturas	CLIPHEMO	LIGACLIP DE POLIMIERO NO ABSORBIBLE L CARTUCHO X 6	RP MEDICAS S.A.	HANS-CLIP	CUMPLE	
278	CIRUGIA	CIRUGIA GENERAL	D01H04	CLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	ASEPIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	HORIZON DE TELEFLEX MEDICAL	CUMPLE	
278	Cirugía	cirugía general	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	SPS LTDA	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
278	Cirugía	cirugía general	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	RP MEDICAS S.A.	PETERS SURGICAL	CUMPLE	
279	CIRUGIA	SUTURAS	CT10301230	CLIP DE TITANIO MEDIUM LARGE CARTUCHO 6 CLIPS	ASEPIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	HORIZON DE TELEFLEX MEDICAL	CUMPLE	
279	Cirugía	Suturas	CT10301230	LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	SPS LTDA	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
279	Cirugía	Suturas	CT10301230	LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Aesculap	CUMPLE	
280	CIRUGIA	SUTURAS	D01H03	CLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	ASEPIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	HORIZON DE TELEFLEX MEDICAL	CUMPLE	
280	Cirugía	Suturas	D01H03	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	SPS LTDA	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
280	Cirugía	Suturas	D01H03	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	RP MEDICAS S.A.	PETERS SURGICAL	CUMPLE	
281	ENFERMERIA	ENFERMERIA	AD4L01	LLAVE DE TRES VIAS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
283	Cirugía	Suturas	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15 CM X 10 CM PARA REPARACION ABDOMINAL	TWITY S.A.	WINER	CUMPLE	
283	Cirugía	Suturas	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 10cm PARA REPARACION DE PARED ABDOMINAL	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
284	Cirugía	Suturas	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30 CM X 30 CM	TWITY S.A.	WINER	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
284	Cirugía	Suturas	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
284	Cirugía	Suturas	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	Invivo Biogeniería S.A.S	Neomedic/ DIMA	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
287	Urología	Urología	CT2751800	MANGUERA DE EXTENSION PARA TRADUCTOR DE PRESION	G. BARCO S.A.	BD	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
289	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
289	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	POLIFARMA SA	LIFE CARE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
289	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
292	Neurocirugía	Neurocirugía	N01N02	MATRIZ HEMOSTÁTICA DE GELATINA CON TROMBINA JERINGA 6 ml	UCIPHARMA S.A	BAXTER	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
293	NEUROCIRUGIA	NEUROCIRUGIA	CT4011629	MEMBRANA ABSORBIBLE SUSTITUTO DE DURAMADRE 5 cm x 5 cm	EKEL MEDICAL S.A.S.	INTEGRA LIFESCENCES	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
296	cirugía	Suturas	E02P01	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 30cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
297	cirugía	Suturas	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 30cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
	Gastroenterología	Gastroenterología	D01P03	PAPILOTOMO PRECORTE	LM Instruments S.A.	Olympus	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
298	Gastroenterología	Gastroenterología	D01P03	PAPILOTOMO PRECORTE	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	MEDI-GLOBE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
299	Gastroenterología	Gastroenterología	D01P01	PAPILOTOMO TRENADO 5 Fr.	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	MEDI-GLOBE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
307	Cirugía	Suturas	C02M40	PINZA LAPAROSCOPIA 5mm 37cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Aesculap	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
310	cirugía	Suturas	E03P04	POLIESTER O AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
310	Cirugía	Suturas	E03P04	POLIESTER O AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
310	Cirugía	Suturas	E03P04	POLIESTER O AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
312	cirugía	Suturas	E03P02	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
312	Cirugía	Suturas	E03P02	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
312	Cirugía	Suturas	E03P02	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
313	cirugía	Suturas	E03P05	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMTECH CORPORATION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
313	Cirugía	Suturas	E03P05	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
314	Cirugía	Cardiovascular	CT9711747	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26MM 90CM CV ALMOHADILLA TEFLON	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
316	cirugía	Suturas	E03P01	POLIESTER BLANCO 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMTECH CORPORATION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
318	cirugía	cirugía general	CT3421D63	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMTECH CORPORATION	CUMPLE	
318	Cirugía	cirugía general	CT3421D63	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
319	cirugía	Suturas	CT3421D65	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMTECH CORPORATION	CUMPLE	
319	Cirugía	Suturas	CT3421D65	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
319	Cirugía	Suturas	CT3421D65	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
320	cirugía	Suturas	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMTECH CORPORATION	CUMPLE	
320	Cirugía	Suturas	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
320	Cirugía	Suturas	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
321	cirugía	Suturas	C02S06	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMTECH CORPORATION	CUMPLE	
321	Cirugía	Suturas	C02S06	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
321	Cirugía	Suturas	CO2506	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 70cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
322	cirugía	Suturas	ED2507	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
322	Cirugía	Suturas	ED2507	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
323	cirugía	Suturas	CO2507	POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
323	Cirugía	Suturas	CO2507	POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
324	cirugía	Suturas	CO2502	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
324	Cirugía	Suturas	CO2502	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
325	cirugía	Suturas	CO2501	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
325	Cirugía	Suturas	CO2501	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
326	cirugía	Suturas	CO2503	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
326	Cirugía	Suturas	CO2503	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
327	cirugía	Suturas	CO2504	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
327	Cirugía	Suturas	CO2504	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
328	cirugía	Cardiovascular	CT3421761	POLIGLACAPRONE 3/0 ANTIBACTERIAL AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19MM 70CM	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
328	Cirugía	Cardiovascular	CT3421761	POLIGLACAPRONE 3/0 ANTIBACTERIAL AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19MM 70CM	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
329	cirugía	cirugía general	C02512	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO .19mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
329	Cirugía	cirugía general	C02512	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO .19mm 45cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
330	cirugía	cirugía general	C02513	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO .19mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
330	Cirugía	cirugía general	C02513	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO .19mm 45cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
331	cirugía	Suturas	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
331	Cirugía	Suturas	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
331	Cirugía	Suturas	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN - MEDTRONIC	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
332	cirugía	Suturas	G02M26	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 26mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
333	cirugía	Suturas	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
333	Cirugía	Suturas	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
334	cirugía	Suturas	A02M06	POLIPROPILENO 2/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90 cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
334	Cirugía	Suturas	A02M06	POLIPROPILENO 2/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90 cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
335	cirugía	Suturas	G02M23	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
336	cirugía	Suturas	H02M31	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
336	Cirugía	Suturas	H02M31	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
337	cirugía	Suturas	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
337	Cirugía	Suturas	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
338	cirugía	Suturas	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
339	cirugía	Suturas	602M22	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
340	cirugía	Suturas	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
340	Cirugía	Suturas	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
340	cirugía	Cardiovascular	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
341	Cirugía	Cardiovascular	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
342	cirugía	Suturas	602M21	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
343	cirugía	Suturas	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
343	Cirugía	Suturas	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
344	cirugía	Suturas	602M20	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
345	cirugía	cirugía general	CT9711268	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA TUGSTENO/RENIO REDONDA 3/8 CIRCULO 13MM 60CM	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	CUMPLE	
346	cirugía	cirugía general	CT9711245	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
347	cirugía	cirugía general	CT9711632	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA TUGSTENO/RENIO REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
362	cirugía	Suturas	H01506	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
363	cirugía	Suturas	B01501	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
364	cirugía	Suturas	D01520	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
365	cirugía	Suturas	CT6681062	SEDA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
367	cirugía	Suturas	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
368	cirugía	Suturas	B01S03	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
369	cirugía	Suturas	D01S22	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
370	cirugía	Suturas	B01S04	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
371	cirugía	Suturas	D01S23	SEDA 4/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
372	cirugía	cirugía general	CT6631627	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
373	cirugía	Suturas	B01S05	SEDA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	ARPA MEDICAL S.A.S.	DEMETECH CORPORATION	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
374	Neurocirugía	Neurocirugía	E01D02	SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LCR CON CATETER VENTRICULAR	LA INSTRUMENTADORA SAS	MEDTRONIC	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
375	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	E01U04	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS DE 1/4	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
376	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E01U04	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	LIFE CARE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
377	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E01U01	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	LIFE CARE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
378	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E01U01	SISTEMA DRENAJE DE HERIDAS 1/8	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
379	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E01U02	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 3/16	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	LIFE CARE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
380	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	E01U02	SISTEMA DRENAJE DE HERIDAS 3/16	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
381	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT4531602	SISTEMA DE PRESION POSITIVA CONTINUA Y ACCESORIOS CPAP	TECNICA ELECTROMEDICA SA	FISHER & PAYKEL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
382	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E01U07	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 1.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	CARDINAL HEALTH	CUMPLE	CUMPLEN AMBOS SISTEMAS. SE DIFICULTA PARA ARMAR
383	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E01U05	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	CROSSWELL DE COLOMBIA SAS	CARDINAL HEALTH	CUMPLE	CUMPLE EL FLEXIBLE AZUL, EL RIGIDO ROJO NO
385	Soporte Nutricional	Soporte Nutricional	A23S03	SONDA DE ALIMENTACION 12F CON PUNTA DE TUNGSTENO 7G	UCIPARMA S.A	VICTUS INC	NO CUMPLE	SE ACODÓ Y EL TUBO SE TUVO QUE CAMBIAR, SE SOMETIÓ AL PACIENTE A OTRO PROCEDIMIENTO





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
385	Soporte nutricional	Soporte nutricional	A23S03	SONDA DE ALIMENTACION 12F SIN PUNTA DE TUNGSTENO	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	KENDALL	CUMPLE	
387	Enfermería	Enfermería	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
388	Enfermería	Enfermería	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
389	Enfermería	Enfermería	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
390	Enfermería	Enfermería	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COVIDIEN	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
	Enfermería	Enfermería	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
394	Enfermería	Enfermería	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
395	Enfermería	Enfermería	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
396	Enfermería	Enfermería	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
397	Enfermería	Enfermería	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
399	Enfermería	Enfermería	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
400	Enfermería	Enfermería	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	TECNICA ELECTROMEDICA SA	GLOBAL HEALTHCARE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
401	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	COBO MEDICAL S.A.S.	SMITHS MEDICAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
401	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	SHERLEG	SHERLEG	NO CUMPLE	SE PIERDE PRESIÓN A MEDIDA QUE SE UTILIZA GENERANDO PÉRDIDA DE PRESIÓN DE VACÍO
401	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	TECNICA ELECTROMEDICA SA	DAR MALLINCKRODT	NO CUMPLE	DIFÍCIL INTRODUCCIÓN DE LA SONDA, DIFÍCIL PASO DE LA SONDA, SOLO SE DIRECCIONA A LO MÁS ANCHO
402	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	COBO MEDICAL S.A.S.	SMITHS MEDICAL	NO CUMPLE	EL INSUMO NO SUCCIONA DE MANERA ADECUADA, ES NECESARIO USAR SONDA DE SUCCION ABIERTA, NO TIENE BUENA PRESIÓN
402	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	TECNICA ELECTROMEDICA SA	DAR MALLINCKRODT	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
403	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT4011601	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUNTA DIRIGIDA	TECNICA ELECTROMEDICA SA	DAR MALLINCKRODT	NO CUMPLE	NO TRAE JERINGA PARA INSTALAR Y NO GENERA BUENA PRESIÓN DE SUCCIÓN
404	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	COBO MEDICAL S.A.S.	SMITHS MEDICAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
404	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	SHERLEG	SHERLEG	NO CUMPLE	SE PIERDE PRESIÓN A MEDIDA QUE SE UTILIZA
404	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	TECNICA ELECTROMEDICA SA	DAR MALLINCKRODT	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
405	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	SHERLEG	SHERLEG	CUMPLE	
405	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	TECNICA ELECTROMEDICA SA	DAR MALLINCKRODT	CUMPLE	
406	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	SHERLEG	SHERLEG	CUMPLE	
406	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	TECNICA ELECTROMEDICA SA	DAR MALLINCKRODT	CUMPLE	
407	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT401824	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	SHERLEG	SHERLEG	CUMPLE	
407	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT401824	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	TECNICA ELECTROMEDICA SA	DAR MALLINCKRODT	CUMPLE	
408	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	SHERLEG	SHERLEG	CUMPLE	
408	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	TECNICA ELECTROMEDICA SA	DAR MALLINCKRODT	CUMPLE	
409	Urología	Urología	E02501	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS SILICONADA	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
409	Urología	Urología	E02501	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS SILICONADA 3ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
410	Urología	Urología	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
411	Urología	Urología	E02503	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS SILICONADA	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
411	Urología	Urología	E02503	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
412	Urología	Urología	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
413	Urología	Urología	E02504	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
413	Urología	Urología	E02504	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA 10ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
414	Urología	Urología	E02511	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
415	Urología	Urología	E02505	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS SILICONADA	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
415	Urología	Urología	E02505	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
416	Urología	Urología	CT401798	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30ml	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
417	Urología	Urología	E02506	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS SILICONADA	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
417	Urología	Urología	E02506	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS SILICONADA 5ml	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
418	Urología	Urología	E02508	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
418	Urología	Urología	E02508	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
419	Urología	Urología	CT401797	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS SILICONADA	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
419	Urología	Urología	CT401797	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS SILICONADA 30ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
420	Urología	Urología	E02513	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS LATEX 30ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
421	Urología	Urología	ED2509	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS SILICONADA	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
421	Urología	Urología	ED2509	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml.	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
422	Urología	Urología	ED2512	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS LATEX 30ml.	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
423	Urología	Urología	ED2510	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
423	Urología	Urología	ED2510	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
424	Urología	Urología	ED2502	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS SILICONADA	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
424	Urología	Urología	ED2502	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS SILICONADA 3-5ml CON GUIA	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	UROTECH	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
	Gastroenterología	Gastroenterología	CT1461587	STENT BILIAR CON SISTEMA INTRODUTOR	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	MEDI-GLOBE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
429	Gastroenterología	Gastroenterología	CT11021147	STENT PANCREATICO 5Fr * 7cm	M&M EQUIPOS MÉDICOS SAS	MEDI-GLOBE	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
430	Enfermería	Enfermería	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	B.BRAUN MEDICAL S.A.	Braun	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
430	Enfermería	Enfermería	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	BD	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
430	ENFERMERIA	ENFERMERIA	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
436	Terapia respiratoria	Terapia respiratoria	V1V106-2	TRAMPA PARA RECOLECCION DE ESPECIMENES	LM Instruments S.A.	Busse	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
437	Anestesia	Anestesia	D04T01	TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	LABORATORIOS GOTHAPLAST	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
437	Anestesia	Anestesia	D04T01	TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO	LM Instruments S.A.	Biometrx medical	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
439	Cirugía	Suturas	TROCA	TROCAR DESECHABLE 12mm X 100mm CON CUCHILLA	Invivo Biogeniería S.A.S	Neolap	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
439	Cirugía	Suturas	TROCA	TROCAR DESECHABLE 12mm X 100mm CON CUCHILLA	UCIPHARMA S.A	APPLIED	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
441	Cirugía	Suturas	TROC	TROCAR DESECHABLE 5mm X 100mm CON CUCHILLA	Invivo Biogeniería S.A.S	Neolap	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
442	Cirugía	Suturas	C01B02	TROCAR OPTICO 5mm - 100mm DESECHABLE	Invivo Biogeniería S.A.S	Neolap	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
442	Cirugía	Suturas	C01B02	TROCAR OPTICO 5mm - 100mm DESECHABLE	UCIPHARMA S.A	APPLIED	CUMPLE	
443	Cirugía	Suturas	CT10441073	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 100mm SIN CUCHILLA	Invivo Biogeniería S.A.S	Neolap	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO

*AP*





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ROMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
443	Cirugía	Suturas	CT10441073	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 100mm SIN CUCHILLA	UCIPHARMA S.A	APPLIED	CUMPLE	
444	Cirugía	Suturas	CT10441196	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 150mm SIN CUCHILLA	UCIPHARMA S.A	APPLIED	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
445	Anestesia	Anestesia	E10T03	TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	SHERLEG	SHERLEG	CUMPLE	
445	Anestesia	Anestesia	E10T03	TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	TECNICA ELECTROMEDICA SA	ARGYLE KENDALL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
446	Anestesia	Anestesia	E10T04	TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	SHERLEG	SHERLEG	CUMPLE	
446	Anestesia	Anestesia	E10T04	TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	TECNICA ELECTROMEDICA SA	ARGYLE KENDALL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
447	Anestesia	Anestesia	E10T05	TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	SHERLEG	SHERLEG	CUMPLE	
447	Anestesia	Anestesia	E10T05	TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	TECNICA ELECTROMEDICA SA	ARGYLE KENDALL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
448	Anestesia	Anestesia	E10T06	TUBO DE TORAX 38 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	SHERLEG	SHERLEG	CUMPLE	
448	Anestesia	Anestesia	E10T06	TUBO DE TORAX 38 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	TECNICA ELECTROMEDICA SA	ARGYLE KENDALL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
450	Anestesia	Anestesia	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35F	LM Instruments S.A.	Portex	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
450	Anestesia	Anestesia	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35F	TECNICA ELECTROMEDICA SA	MALLINCKRODT	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
451	Anestesia	Anestesia	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37F	LM Instruments S.A.	Portex	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
451	Anestesia	Anestesia	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37F	TECNICA ELECTROMEDICA SA	MALLINCKRODT	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
452	Anestesia	Anestesia	G06T01	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	LM Instruments S.A.	Portex	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
452	Anestesia	Anestesia	G06T01	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	TECNICA ELECTROMEDICA SA	MALLINCKRODT	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
453	Anestesia	Anestesia	G06T02	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37F	LM Instruments S.A.	Portex	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
453	Anestesia	Anestesia	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL IZQUIERDO 3.7F	TECNICA ELECTROMEDICA SA	MALLINCKRODT	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
454	Anestesia	Anestesia	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
454	Anestesia	Anestesia	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
454	ANESTESIA	ANESTESIA	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO 2.5	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
455	anestesia	Anestesia	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
	anestesia	Anestesia	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
456	Anestesia	Anestesia	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
456	ANESTESIA	ANESTESIA	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
456	Anestesia	Anestesia	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
457	Anestesia	Anestesia	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
457	Anestesia	Anestesia	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
457	ANESTESIA	ANESTESIA	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO 3.0	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
458	Anestesia	Anestesia	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
458	ANESTESIA	ANESTESIA	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
458	Anestesia	Anestesia	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
458	ANESTESIA	ANESTESIA	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO 3.5	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
459	Anestesia	Anestesia	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
459	Anestesia	Anestesia	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
459	ANESTESIA	ANESTESIA	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO 4.5	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
460	Anestesia	Anestesia	607707	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
460	ANESTESIA	ANESTESIA	607707	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
460	Anestesia	Anestesia	607707	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
460	ANESTESIA	ANESTESIA	607707	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO 5.0	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
461	Anestesia	Anestesia	607710	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
461	Anestesia	Anestesia	607710	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
462	Anestesia	Anestesia	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
462	ANESTESIA	ANESTESIA	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
462	Anestesia	Anestesia	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
463	Anestesia	Anestesia	607708	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
463	ANESTESIA	ANESTESIA	607708	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
463	Anestesia	Anestesia	607708	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
464	Anestesia	Anestesia	607709	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
464	ANESTESIA	ANESTESIA	607709	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
464	Anestesia	Anestesia	607709	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
465	ANESTESIA	ANESTESIA	607710	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 9/8 LIFE CARE	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
465	ANESTESIA	ANESTESIA	607710	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACIÓN
465	Anestesia	Anestesia	607710	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
465	ANESTESIA	ANESTESIA	607710	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
465	ANESTESIA	ANESTESIA	607710	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
465	Anestesia	Anestesia	607710	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
466	Anestesia	Anestesia	607711	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
466	ANESTESIA	ANESTESIA	607711	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
466	Anestesia	Anestesia	607711	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
466	ANESTESIA	ANESTESIA	607711	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
467	Anestesia	Anestesia	607712	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
467	ANESTESIA	ANESTESIA	607712	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
467	Anestesia	Anestesia	607712	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO





No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
468	Anestesia	Anestesia	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
468	ANESTESIA	ANESTESIA	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
468	Anestesia	Anestesia	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
469	Anestesia	Anestesia	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
469	Anestesia	Anestesia	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
470	Anestesia	Anestesia	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PLUS VITAL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
470	Anestesia	Anestesia	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	PROTEX	SUPREME	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
470	ANESTESIA	ANESTESIA	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO 4.0	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
471	Anestesia	Anestesia	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5mm	TECNICA ELECTROMEDICA SA	MALLINCKRODT	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
472	Anestesia	Anestesia	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	TECNICA ELECTROMEDICA SA	MALLINCKRODT	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
473	Anestesia	Anestesia	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm	TECNICA ELECTROMEDICA SA	MALLINCKRODT	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
474	Anestesia	Anestesia	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	TECNICA ELECTROMEDICA SA	MALLINCKRODT	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
475	Anestesia	Anestesia	G08T01	TUBO LATEX EN T No 12	POLIFARMA SA	MEDEX	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
477	Anestesia	Anestesia	G08T04	TUBO LATEX EN T No 18	POLIFARMA SA	MEDEX	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
478	Anestesia	Anestesia	E10T01	TUBO TORAX No 28	SHERLEG	SHERLEG	CUMPLE	
478	Anestesia	Anestesia	E10T01	TUBO TORAX No 28	TECNICA ELECTROMEDICA SA	ARGYLE KENDALL	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
479	Anestesia	Anestesia	E10T02	TUBO TORAX No 30	SHERLEG	SHERLEG	CUMPLE	
479	Anestesia	Anestesia	E10T02	TUBO TORAX No 30	TECNICA ELECTROMEDICA SA	ARGYLE KENDALL	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
480	Ortopedia	Ortopedia	A01V01	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	POLIFARMA SA	SANTTEX	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
480	Ortopedia	Ortopedia	A01V01	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
481	Ortopedia	Ortopedia	A01V02	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	POLIFARMA SA	SANTTEX	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
481	Ortopedia	Ortopedia	A01V02	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
482	Ortopedia	Ortopedia	A01V03	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	POLIFARMA SA	SANTTEX	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
482	Ortopedia	Ortopedia	A01V03	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
484	Ortopedia	Ortopedia	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	SHERLEG	SHERLEG	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
484	Ortopedia	Ortopedia	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	POLIFARMA SA	EUROCAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL SERVICIO
485	Ortopedia	Ortopedia	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	SHERLEG	SHERLEG	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION
485	Ortopedia	Ortopedia	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	POLIFARMA SA	EUROCAST	NO CUMPLE	NO TRAE MUESTRA PARA EVALUACION



No. ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	MARCA	CONCEPTO	OBSERVACION
486	Ortopedia	Ortopedia	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	SHERLEG	SHERLEG	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
486	Ortopedia	Ortopedia	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	POLIFARMA SA	EUROCAST	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
487	Ortopedia	Ortopedia	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	SHERLEG	SHERLEG	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
487	Ortopedia	Ortopedia	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	ALFA TRADING SAS	ALFA SAFE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
487	Ortopedia	Ortopedia	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	POLIFARMA SA	SANTTEX	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
487	Ortopedia	Ortopedia	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
488	Ortopedia	Ortopedia	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	SHERLEG	SHERLEG	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
488	Ortopedia	Ortopedia	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	ALFA TRADING SAS	ALFA SAFE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
488	Ortopedia	Ortopedia	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	POLIFARMA SA	SANTTEX	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
488	Ortopedia	Ortopedia	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
489	Ortopedia	Ortopedia	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	SHERLEG	SHERLEG	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
489	Ortopedia	Ortopedia	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	ALFA TRADING SAS	ALFA SAFE	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
489	Ortopedia	Ortopedia	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	POLIFARMA SA	SANTTEX	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO
489	Ortopedia	Ortopedia	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	PROTEX	MEDISPO	PENDIENTE	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL SERVICIO

*Amel*

LUIS ÁNGEL CÁRDENAS GARZÓN  
LÍDER PROYECTO FARMACIA

*Nath*

JONATHAN ALEXIS FAJARDO TORRES  
Q.F. CONCEPTOS TÉCNICOS